

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"dostawa odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **14/14PN/2023**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 9

PYTANIA DO PAKIETU NR 22

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 4 podłoża z datą ważności 56 dni od daty produkcji i minimum 6 tygodni od daty dostawy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, wyraża zgodę.

2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 odczynnika z datą ważności 6 miesięcy od daty produkcji i minimum 5 miesięcy od daty dostawy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, wyraża zgodę.

3) Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie podłoży od producenta, który posiada ważny certyfikat ISO 17025 oraz wymaga jego dołączenia do oferty?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, wymaga.

Zamawiający