

L.Dz. SZW.DZI.262.199/ 56/PN/MN/2018

Suwałki dnia: 2019-04-30

**Wszyscy uczestnicy postępowania
56/PN/MN/2018**

**POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
część 2**

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony** na:

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Mieczysław Kruszelnicki

Ul. Chorwacka 45

51-107 Wrocław

na:

część 57 za cenę **12 480,00 zł**

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena 60%, termin dostawy 10%, jakość 30%)

Emed Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Ryżowa 69A

05-816 Opacz Kolonia

na:

część 29 za cenę **17 360,00 zł**

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena 60%, termin dostawy 10%, jakość 30%)

Unieważnienie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie **części 188** - postępowanie unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą cenę przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe	Nazwa i adres wykonawcy	Nazwa kryterium - liczba pkt	Razem
29 - część 29	Agencja Naukowo - Techniczna SYMICO Sp. z o.o Ul. Powstańców Śl. 54a/2 53-333 Wrocław	1 - Cena - 55.33 2 - Termin dostawy - 10.00 3 - Jakość - 30.00	95,33
29 - część 29	Emed Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Ryżowa 69A 05-816 Opacz Kolonia	1 - Cena - 58.00 2 - Termin dostawy - 10.00 3 - Jakość - 30.00	98,00
29 - część 29	Empireum Piotr Dopieralski Ul. Chotomowska 30 05-110 Jabłonna	1 - Cena - 41.10 2 - Termin dostawy - 10.00 3 - Jakość - 30.00	81,10
29 - część 29	Polcomed Włodzimierz Olejniczak Ul. Zakrzewska 10 62-080 Tarnowo Podgórne	1 - Cena - 60.00 2 - Termin dostawy - 10.00 3 - Jakość - 6.00	76,00
29 - część 29	BOWA Internetal Sp. z o.o. Sp. K. Ul. Złotkowa ul. Obornicka 10 62-002 Suchy Las	1 - Cena - 57.11 2 - Termin dostawy - 10.00 3 - Jakość - 7.50	74,61
57 - część 57	Firma Produkcyjno-Uługowo- Handlowa Mieczysław Kruszelnicki Chorwacka 45 51-107 Wrocław	1 - Cena - 60.00 2 - Termin dostawy - 10.00 3 - Jakość - 30.00	100,00
57 - część 57	Zarys International Group Sp. z o.o . Sp. k. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	1 - Cena – 25.67 2 - Termin dostawy - 10.00 3 - Jakość - 30.00	65.67
57 - część 57	NEOMED Polska Sp. z o.o. sp.k. Szymanów 9E 05-532 Góra Kalwaria	1 - Cena - 47.10 2 - Termin dostawy - 10.00 3 - Jakość - 30.00	87,10
57 - część 57	ABENA Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 15 72-100 Łozienica, Goleniów	1 - Cena - 38.08 2 - Termin dostawy - 10.00 3 - Jakość - 30.00	78,08

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:	Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:	Uzasadnienie odrzucenia oferty:
1	17 Color Trading Sp. z o. o. Ul. Żołyń 40, 02-815 Warszawa	<p>art. 89 ust.1 pkt. ust. 2 - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zadania 188</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oczekiwał zaoferowania w zakresie Części Nr 188 pozycji. 1 i 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pompa elastomerowa jednorazowego użytku do podawania cytostatyków. Pojemność 275 ml bez regulacji prędkości przepływu, przepływ 2ml/h. Zbiornik wykonany z elastomerów, obudowa skutecznie blokująca promieniowanie UV do długości fali 380mm – blokująca promienie UVB,UVC i większość promieni UVA. Objętość szczątkowa leku do 3ml, czas pracy do 120 godz, z filtrem cząsteczkowym 5 mikronów, posiadająca zawór zwrotny, długość drenu 95 cm odporny na zginanie, dokładność dozowania +/- 10%, działający ze stałym ciśnieniem wewnętrznym 10PSI, posiadająca obszerne badania stabilności, sterylizowana radiacyjnie. 2. Pompa elastomerowa jednorazowego użytku do podawania cytostatyków. Pojemność 275 ml bez regulacji prędkości przepływu, przepływ 5ml/h. Zbiornik wykonany z elastomerów, obudowa skutecznie blokująca promieniowanie UV do długości fali 380mm – blokująca promienie UVB,UVC i większość promieni UVA. Objętość szczątkowa leku do 3ml, czas pracy do 48 godz, z filtrem cząsteczkowym 5 mikronów, posiadająca zawór zwrotny, długość drenu 95 cm odporny na zginanie, dokładność dozowania +/- 10%, działający ze stałym ciśnieniem wewnętrznym 10PSI, posiadająca obszerne badania stabilności, sterylizowana radiacyjnie <p>Zamawiający w dniu 19.12.2018 r. przy odpowiedziach na pytanie nr 17</p>

		<p>Uczestnika 33 doprecyzował przedmiot zamówienia tj.: <i>„Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 188 poz. 1: Czy Zamawiający w części 188 wymaga pompy elastomerowej podającej wlew w systemie zamkniętym tj. bez filtrów powietrza na przebiegu linii? Taki wymóg zwiększa bezpieczeństwo pacjenta i gwarantuje szczelność systemu nawet w wilgotnym otoczeniu (w przypadku zawilgocenia lub zmoczenia filtra zawartość pompy elastomerowej będzie przez niego wyciekać). Odpowiedź: tak, Zamawiający wymaga”</i></p> <p>Wykonawca Color Trading z Warszawy w Części nr 188 w poz. 1 i 2 zaoferowała pompy elastomerowe o nazwie handlowej Apte producenta Surgika s.l.r. o nr katalogowym w poz. 1 - SKA 30020, a w poz. 2 - SKA 30050</p> <p>Zaoferowane przez Wykonawcę w części nr 188 w poz. 1 i 2 pompy elastomerowe nie posiadają wlewu w systemie zamkniętym – filtra powietrza na przebiegu linii, co nie gwarantuje szczelności systemu w wilgotnym otoczeniu, co zwiększa niebezpieczeństwo pacjenta przy użytkowaniu tego rodzaju pomp elastomerowych</p> <p>Wobec powyższego Oferta wykonawcy jest nie zgodna z SIWZ co stanowi podstawę do jej odrzucenia.</p>
2	<p>32 Labo Clinic Sp. z o.o. Sp. k. ul. Dworcowa 41A/2 10 -437 Olsztyn</p>	<p>art. 89 ust.1 pkt. ust. 2 - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zadania 188 poz. 1 i poz. 2 Uzasadnienie: Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oczekiwał zaoferowania w zakresie Części Nr 188 pozycji. 1 i 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pompa elastomerowa jednorazowego użytku do podawania cytostatyków. Pojemność 275 ml bez regulacji prędkości przepływu, przepływ 2ml/h. Zbiornik wykonany z elastomerów, obudowa skutecznie blokująca promieniowanie UV do długości fali 380mm – blokująca promienie UVB,UVC i większość promieni UVA. Objętość szczątkowa leku do 3ml, czas pracy do 120 godz, z filtrem cząsteczkowym 5 mikronów, posiadająca zawór zwrotny, długość drenu 95 cm odporny na zginanie, dokładność dozowania +/- 10%, działający ze stałym ciśnieniem wewnętrznym 10PSI, posiadająca obszerne badania stabilności, sterylizowana radiacyjnie. 2. Pompa elastomerowa jednorazowego użytku do podawania cytostatyków. Pojemność 275 ml bez regulacji prędkości przepływu, przepływ 5ml/h. Zbiornik wykonany z elastomerów, obudowa skutecznie blokująca promieniowanie UV do długości fali 380mm – blokująca promienie UVB,UVC i większość promieni UVA. Objętość szczątkowa leku do 3ml, czas pracy do 48 godz, z filtrem cząsteczkowym 5 mikronów, posiadająca zawór zwrotny, długość drenu 95 cm odporny na zginanie, dokładność dozowania +/- 10%, działający ze stałym ciśnieniem wewnętrznym 10PSI, posiadająca obszerne badania stabilności, sterylizowana radiacyjnie <p>Zamawiający w dniu 19.12.2018 r. przy odpowiedziach na pytanie nr 17 Uczestnika 33 doprecyzował przedmiot zamówienia tj.: <i>„Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 188 poz. 1: Czy Zamawiający w części 188 wymaga pompy elastomerowej podającej wlew w systemie zamkniętym tj. bez filtrów powietrza na przebiegu linii? Taki wymóg zwiększa bezpieczeństwo pacjenta i gwarantuje szczelność systemu nawet w wilgotnym otoczeniu (w przypadku zawilgocenia lub zmoczenia filtra zawartość pompy elastomerowej będzie przez niego wyciekać). Odpowiedź: tak, Zamawiający wymaga”</i></p> <p>Wykonawca w Części nr 188 w poz. 1 i 2 zaoferował pompy elastomerowe o nazwie handlowej DOSI-FUSER producenta LEVENTON o nr katalogowym w poz. 1 – L25915-250D5 DOSI FUSER 250D5, a w poz. 2 - L25915-250D5 DOSI FUSER 250D2.</p> <p>Zaoferowane przez Wykonawcę w części nr 188 w poz. 1 i 2 pompy elastomerowe nie posiadają wlewu w systemie zamkniętym – filtra powietrza na przebiegu linii, co nie gwarantuje szczelności systemu w wilgotnym otoczeniu, co zwiększa niebezpieczeństwo pacjenta przy użytkowaniu tego rodzaju pomp elastomerowych</p> <p>W związku z tym oferta Wykonawcy nie jest zgodna z zapisami SIWZ co stanowi podstawę do jej odrzucenia.</p>

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:	Nazwa i adres wykonawcy:	Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:
------	--------------------------	-------------------------------------

0		
---	--	--

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Z poważaniem
Adam Szatanda
DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach