

Bytom dnia: 2025-04-22

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu - powtórzenie.

Numer referencyjny: 9/9PN/2025

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 9**

Pakiet 173

Poz. 1 prosimy o dopuszczenie czujnika na palec dla pacjentów o wadze 4-15Kg lub czujnika uniwersalnego typu Y- do wyboru przy realizacji zamówienia częściowego

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Poz. 2 prosimy o dopuszczenie czujnika na palec dla pacjentów o wadze 4-15Kg lub 15-50 kg - do wyboru przy realizacji zamówienia częściowego

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Poz. 3 prosimy o dopuszczenie rozmiarów 9-14 cm, 14-21 cm, 21-27 cm, 27-35 cm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

PAKIET 191

Poz. 5- prosimy o dopuszczenie mankietów o wymiarach 17,5x60cm.(dla obwodu kończyny 34-47 cm)

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Poz. 6- prosimy o dopuszczenie mankietów o wymiarach 14,5x50cm.(dla obwodu kończyny 25-35 cm)

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet 232

poz. 4 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47 cm (obwód kończyny)

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

poz. 5 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm (obwód kończyny)

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

poz. 6 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 9-14 cm (obwód kończyny)

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

poz. 7 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 14-21 cm (obwód kończyny)

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 238 poz.

1 i 2 prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o czujniki dla dorosłych, dzieci czy noworodków?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga w pozycji 1 – czujnika dla noworodka i dla dzieci do**

wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia, w pozycji 2 dla dorosłych.

poz. 2 czy chodzi o czujnik wpinany bezpośrednio do monitora czy do kabla przedłużającego

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  
**Zamawiający ma na myśli kabel przedłużający.**

poz. 3 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 9-14 cm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

poz. 4 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 14-21 cm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

poz. 5 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 21-27 cm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  
**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zamawiający**  
Koordynator Zamówień Publicznych  
*mgr Magdalena Pudło*