

UNIwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Skaningowy laserowy oftalmoskop (SLO) połączony z tomografem optycznym SS-OCT dla Oddziału Klinicznego Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej.
Numer referencyjny: DZP/192/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **UNIwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Dotyczy: Wzór umowy § 5 pkt. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: "w przypadku awarii tego samego podzespołu w liczbie >3 Wykonawca przekaze Zamawiającemu w użytkowanie nowy podzespół o tych samych parametrach"?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje brzmienie ust. 8 w § 5, jak niżej:

8. Zamawiający zastrzega, że w przypadku awarii tego samego podzespołu w liczbie >3, Wykonawca przekaze Zamawiającemu w użytkowanie nowe urządzenie o tych samych parametrach lub nowy podzespół/ moduł.