



Znak sprawy: ADZP-381-A-229/24

Poznań, 08.10.2024 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Sukcesywna dostawa odczynników, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do automatycznego posiewu krwi**” - znak sprawy ADZP-381-A-229/24.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 04.10.2024 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do ww. postępowania, dlatego działając zgodnie z Regulaminem Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytań wraz z odpowiedziami.

PYTANIE 1: Dotyczy wzoru umowy § 7, ust. 5-7

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o akceptację poniższych zapisów dotyczących czasu reakcji serwisu:

Odpowiedź telefoniczna – do 8 godzin w dni robocze

Przyjazd Inżyniera serwisu – do 3 dni roboczych

Maksymalny czas usuwania awarii – do 5 dni roboczych (do 16, gdy istnieje potrzeba sprowadzenia części zza granicy)

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

PYTANIE 2: Dotyczy wzoru umowy § 1, ust. 7

Biorąc pod uwagę, że oferowany asortyment jest produkowany poza granicami Polski czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia wraz z pierwszą dostawą dokumentów wymienionych w ustępie umowy, to jest:

1) karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZIOS zawartych w odczynnikach (dopuszczalny nośnik elektroniczny);

2) metodyki oznaczeń w języku polskim;

3) instrukcje obsługi oferowanego wyposażenia w języku polskim;

w zamian za udostępnienie strony internetowej, z której w prosty i szybki sposób Zamawiający będzie mógł w każdej chwili samodzielnie pobrać wymagane i aktualne dokumenty.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

PYTANIE 3: Dotyczy tabeli asortymentowo-cenowej - pozycji 6

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany suplement był tego samego producenta co oferowane podłoża do hodowli?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 4: Dotyczy wzoru umowy § 4, ust. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o odstąpienie od wymogu umieszczania na fakturze daty zawarcia umowy, na podstawie której odbywa się realizacja zamówienia. Na fakturze będzie widniał numer umowy

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

Dyrektor

/-/ Izabela Marciniak

Sprawę prowadzi: Karolina Hetmanowska-Prentke tel. +48 61 61 62 753

e-mail: karolina.hetmanowska-prentke@szoz.pl, zampub@szoz.pl