

Numer postępowania: **ZP-271-53/24**

Kraków, dnia 03.09.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego”**

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

część nr 5 Wózek do przewożenia pacjentów

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2220mm? Jest to niewielka różnica 2 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

część nr 5 Wózek do przewożenia pacjentów

Czy Zamawiający dopuści wózek o zakresie regulacji wysokości 660-860mm? Jest zakres pozwalający na bezpieczne przenoszenie i transport pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

część nr 5 Wózek do przewożenia pacjentów

Czy Zamawiający dopuści, aby pozycja Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga realizowane były za pomocą regulacji hydraulicznej, przy pomocy dźwigni nożnej?

Rozwiązanie to jest lepsze od opisanego, ponieważ sprawia, że operator ma wolne ręce podczas uzyskiwania tej pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

część nr 5 Wózek do przewożenia pacjentów

Czy Zamawiający dopuści, aby wózek zabezpieczony był w 4 krążki odbojowe jednoosiowe? Takie rozwiązanie jest powszechnie używane przez wielu producentów, które odpowiednio zabezpiecza wózek przed kolizjami.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5

część nr 5 Wózek do przewożenia pacjentów

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne bez dolnej poprzeczki wyposażonej w listwę odbojową? Barrierki wykonane są w sposób nie wymagający dolnej poprzeczki z listwą –pozostałe wymaganie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6

część nr 5 Wózek do przewożenia pacjentów

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne zabezpieczające w $\frac{3}{4}$ długości leża składające się z 1 poziomej poprzeczki oraz 6 pionowych o wysokości min. 350 mm powyżej leża. Barrierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami bez dolnej poprzeczki wyposażonej w listwę odbojową jednakże każda z barierki z mocowaniem od spodniej strony ramy leża, mocowanie 6 punktach, zamiast barierki rama wózka wyposażona w krążki odbojowe chroniące przed zarysowaniami?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7

część nr 5 Wózek do przewożenia pacjentów

Czy Zamawiający dopuści barierki boczne opuszczane za pomocą jednej dźwigni, charakterystyczne oznaczonej kolorem czerwonym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8

część nr 5 Wózek do przewożenia pacjentów

Czy Zamawiający dopuści zamiast tworzywowej tacy w wyposażeniu wózka – metalową półkę, z wypełnieniem z tworzywa HPL. Półka łatwa do montażu i demontażu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9

część nr 5 Wózek do przewożenia pacjentów

Prosimy o odstąpienie od wymogu łatwego demontażu osłony podwozia. Osłona chroni podwozie przed zanieczyszczeniami i jest łatwa do dezynfekcji, a łatwy demontaż mógłby umożliwić dostęp osobom niepowołanym, co może prowadzić do uszkodzenia elementów podwozia. Ponadto, osłona łatwa w demontażu może się poluzować lub odpaść podczas transportu, co stanowiłoby dodatkowe zagrożenie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Udzielone wyjaśnienia są obowiązujące.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.