

Bytom dnia: 2024-02-29

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 4/4PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 16

Dotyczy załącznika nr 7 do SWZ Pakiet 26: Czy Zamawiający w pozycjach nr 2 i 3 dopuści do zaoferowania szkielek nakrywkowe o grubości 0,13 - 0,16 mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści do zaoferowania szkielek podstawowe, cięte bez pola do opisu grubości 1 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza szkielek bez pola opisu.

w przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wskazanie przykładowego dostawcy szkiełek we wskazanym rozmiarze.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż otrzymał szkiełka zgodne z opisem przedmiotu zamówienia z firmy elektro-med.

Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści do zaoferowania szkiełka podstawowe, szlifowane bez pola do opisu grubości 1 mm ? szkiełka szlifowane pozostają bezpieczniejsze w użytkowaniu niż ostre szkiełka cięte.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza szkiełek bez pola opisu.

Zamawiający

