

Bytom dnia: 2022-10-10

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Zakup aparatury medycznej tj. Oscylometru z rynomanometre, zestawu do manometrii anorektalnej, aparatu do pomiaru zawartości wodoru w wydychanym powietrzu urządzenia do terapii wysokoprzepływowej oraz respiratora noworodkowego NCPAP na potrzeby oddziału Klinicznego Pediatrii dla Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy 40/40PN/2022.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 6

Czy zamawiający dopuści do postępowania zaoferowanie wysokiej klasy urządzenia z gwarancją producenta 24 miesiące co skutkować będzie przyznaniem 0 pkt w kategorii gwarancji ale nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Urządzenia do pomiaru zawartości wodoru w wydychanym powietrzu wykorzystują w swej budowie wodorowe czujniki elektrochemiczne z przewidzianym czasem życia 24miesiące. Ze względu na to że zamawiający oczekuje gwarancji na cały dostarczony przedmiot, nie jest możliwe zaoferowanie gwarancji dłuższej dla tego typu urządzeń, niż trwałość sensora przewidziana przez ich producentów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

W imieniu komisji przetargowej:

Inspektor
ds. Zamówień Publicznych
Anna Panek
mgr Anna Panek