

Bytom dnia: 2025-01-23

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:


Pytanie nr 24

Pytanie 1 do Zadania 207 lp.1,

Prosimy o dopuszczenie produkowanego w UE, wysokiej jakości:

Aparatu wielorazowego do resuscytacji o pojemności 280ml dla noworodka (możliwość do 100 cykli sterylizacji potwierdzona w instrukcji producenta), reszta parametrów zgodna z SIWZ ?

Zdjęcie poglądowe resuscytatora (noworodek)



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje pojemności 160ml.

Pytanie 2 do Zadania 207 lp.3,

Prosimy o dopuszczenie produkowanego w UE, wysokiej jakości:

Maski twarzowej pediatrycznej wielorazowej, okrągłej w całości z transparentnego silikonu z zawiniętym kołnierzem.

(możliwość do 100 cykli sterylizacji potwierdzona w instrukcji producenta)


Rozmiary do wyboru przez zamawiającego:

Nr 0 : śr. zew. maski/ śr. wew./wysokość maski: **5,5cm/3,5cm/3,0cm**, łącznik średnica. zew. 15mm,

Nr 1 : śr. zew. maski/ śr. wew./wysokość maski: **7,0cm/4,0cm/4,0cm**, łącznik średnica. zew. 15mm,

Nr 2 : śr. zew. maski/ śr. wew./wysokość maski: **8,0cm/5,0cm/4,0cm**, łącznik średnica. wew. 22mm ?

Zdjęcie poglądowe maseczek twarzowych



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.


Pytanie 3 do Zadania 136 lp.1,2,

Lp.1

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania znane mu produkty wg opisu poniżej :

Rury silikonowe, wielorazowego użycia, średnicy **19 mm** długości 110cm lub 130cm, reszta parametrów zgodna z Siwz?,

Zdjęcie poglądowe



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Lp2

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania znane mu produkty wg opisu poniżej :

Rury silikonowe, wielorazowego użycia, średnicy **9 mm** długości 110cm lub 130cm, reszta parametrów zgodna z Siwz?

Zdjęcie poglądowe



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 do Zadania 56

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania jako produkt równoważny produkowanego w USA, wysokiej jakości produkty wg poniższego opisu:

Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego wykonanego z tytanu (drenaż długo terminowy), rozmiary jak poniżej:



(A) I dia.	(B) IF	(C) Lumen
2,70	1,00	1,02
2,70	1,00	1,14
2,70	1,00	1,27

Do wyboru przez zamawiającego ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4 do Zadania 55 lp.1,lp2

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania jako produkt równoważny produkowanego w USA, wysokiej jakości produkty wg poniższego opisu:

Lp.1 Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, **średnica otworu 1,14 mm, z nitką metalową**, pakowany sterylnie pojedynczo,

Lp.2 Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, , **średnica otworu 1,02 mm, z nitką metalową**, pakowany sterylnie pojedynczo ?

Zdjęcie tylko poglądowe (oferowany produkt ma nitkę zamiast ogonka !)



Material	(A) FI dia.	(B) IF	(C) Lumen
Blue Flpl (Wire)	2.30	1.60	1.14
Blue Flpl (Wire)	2.30	1.60	1.02

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający

Przemysław Kuciel