

Ogłoszenie nr 540201686-N-2020 z dnia 15-10-2020 r.

**Bydgoszcz:**  
**OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 592806-N-2020

**Data:** 02/10/2020

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 09235474600000, ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48523709124, e-mail zam.pub@szpital.bydgoszcz.pl, faks +48523709125.  
Adres strony internetowej (url): www.szpital.bydgoszcz.pl

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** Zał. nr I

**Punkt:** część 52 pkt.1

**W ogłoszeniu jest:** 1 Rurka tracheotomijna z mankietem, wykonana z PCV, w rozmiarach od 6-10 co 0,5 (w zależności od potrzeb zamawiającego), wyposażona w obrotowy łącznik o średnicy 15 mm, znacznik RTG na całej długości rurki, z elastycznymi skrzydełkami mocującymi z możliwością montażu tasemek stabilizujących rurkę, z minimum 1 tasiemką stabilizującą, z miękkim niskociśnieniowym, cienkościennym mankietem, balonik kontrolny wskazujący stan napełnienia mankieta, z kaniulą atraumatyczną, miętko wyobloną wygiętą. szt. 119 2 Jednorazowa maska krtaniowa rozmiar 2,5, 3, 4, 5 ( w zależności od potrzeb Zamawiającego ) wykonana z PCV, z mankietem o obniżonej przenikalności podtlenku azotu, z przewodem łączącym balonik kontrolny z luźnym nie wbudowanym drenem w korpus rurki, posiadająca balonik kontrolny, sterylna szt. 45

**W ogłoszeniu powinno być:** 1 Rurka tracheotomijna z mankietem, wykonana z PCV, w rozmiarach od 6-10 co 0,5 (w zależności od potrzeb zamawiającego), wyposażona w obrotowy łącznik o średnicy 15 mm, znacznik RTG na całej długości rurki, z elastycznymi skrzydełkami mocującymi z możliwością montażu tasemek stabilizujących rurkę, z minimum 1 tasiemką stabilizującą, z miękkim niskociśnieniowym, cienkościennym mankietem, balonik kontrolny wskazujący stan napełnienia mankieta, z kaniulą atraumatyczną, miętko wyobloną wygiętą. szt. 119

**II.2) Tekst, który należy dodać**

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**

**Numer sekcji:** Zał. nr I

**Punkt:** część 90

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Część nr: 90 Nazwa: Maski krtaniowe 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Jednorazowa maska krtaniowa rozmiar 2,5, 3, 4, 5 ( w zależności od potrzeb Zamawiającego ) wykonana z PCV, z mankietem o obniżonej przenikalności podtlenku azotu, z przewodem łączącym balonik kontrolny z luźnym nie wbudowanym drenem w korpus rurki, posiadająca balonik kontrolny, sterylna szt. 45 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 33170000-2, 33100000-1 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia:

data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenie Cena 100,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Drukuj