

**Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach**

ul. Dworcowa 31

44-145 Pilchowice

Znak sprawy: **10/ZP/2022/K**

Pilchowice, 2022-06-13

**WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY**

**Tryb podstawowy bez negocjacji na: Dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla szpitala w Pilchowicach oraz dzierżawa analizatora– 14 zadań**

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn.zm) informujemy, iż do w/w postępowania wpłynęły zapytania o następującej treści:

**Pytanie 1** dot. zadania 14 „Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych”

Zamawiający określił ilość oznaczeń na 14 400 oznaczeń gazometrii oraz 7 200 oznaczeń elektrolitów. Informujemy, że analizator parametrów krytycznych przy każdym podstawieniu materiału badanego – krwi pełnej, dokonuje jednocześnie oznaczeń zarówno gazometrycznych oraz elektrolitów. W przypadku podstawienia materiału badanego – surowicy, będą oznaczane tylko elektrolity. Wobec powyższego prosimy o doprecyzowanie czy gazometria i elektrolity będą oznaczane jednocześnie z krwi pełnej – wówczas łączne zapotrzebowanie wyniesie 14 400 oznaczeń, lub czy gazometria będzie oznaczana w krwi pełnej w ilości 14 400 oznaczeń a dodatkowo elektrolity będą oznaczane w surowicy w ilości 7 200 oznaczeń. W tym wypadku łączna ilość oznaczeń wyniesie 21 600 oznaczeń

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż szacunkowa łączna ilość badań na analizatorze wyniesie 21 600 oznaczeń w tym 14 400 oznaczeń gazometrii z krwi pełnej oraz 7 200 elektrolitów z surowicy.

**Pytanie 2** dot. zadania 14.

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby jako jedną z form świadczenia usług serwisowych był zdalny nadzór serwisowy nad analizatorem/analizatorami realizowany za pomocą usługi LiveConnect, której szczegóły przedstawiamy w załączniku do pytania. Pragniemy zwrócić uwagę, iż usługa LiveConnect zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych Państwa pacjentów. Usługa gromadzi jedynie dane dotyczące wydajności analizatora i oprogramowania, takie jak status urządzenia, kalibracja, kontrola jakości i wyniki obserwacji. Dane dotyczące stanu zdrowia i dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych (RODO) i ustawie o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA) nie będą przekazywane.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną system Szpitalny nie jest dostosowany do powyższego rozwiązania jednakże Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższą możliwość w przypadku dostosowania systemu na etapie realizacji przedmiotu umowy.

**Pytanie 3**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora oznaczającego wymagane parametry, w tym HCT, z próbki o objętości 148µl bez względu na rodzaj materiału do pobrania próbki, pracujący w oparciu o odczynniki i kalibratory płynne konfekcjonowane w 2 oddzielnie wymieniane opakowania, pozwalający na wykonanie pomiarów pomimo przetrwania kalibracji, jednak bez gwarancji uzyskania wyników dla wszystkich parametrów? Wyjaśnienie kwestii kalibracji: przeprowadzenie kalibracji jest gwarantem uzyskania wyniku parametrów w danych warunkach, które uwzględniają zmienne mogące mieć wpływ na wynik, generalnie więc dla bezpieczeństwa pacjenta ważne jest aby kalibracje przebiegały bez zakłóceń, stąd możliwe jest, że w wyniku przetrwania kalibracji któryś z parametrów nie zostanie ponownie aktywowany. Jest to kwestia etapu na którym kalibracja została wstrzymana.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 4 dot. Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego

**Pytanie 5 dot. Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

*1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:*

*1.1. Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte umową) na produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane w postępowaniu o zamówienie publiczne*

*1.2. zmianę sposobu konfekcjonowania;*

*Uzasadnienie: Diagnostyka laboratoryjna Naszej firmy podlega ciągłemu rozwojowi prowadząc do powstawania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Chcąc zapewnić naszym klientom dostęp do jak najnowocześniejszym systemów chcielibyśmy zaproponować możliwość zmiany pozwalającą na wymianę w trakcie trwania umowy używanego Urządzenia lub odczynników na nowe ich generacje.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ

**Pytanie 6 dot. Wzoru umowy**

Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającego zagrożenia epidemiologicznego stanowią okoliczności siły wyższej?

**Odpowiedź:**

W ocenie Zamawiającego każda sytuacja związana z zagrożeniem epidemiologicznym na gruncie niniejszej umowy będzie rozpatrywana indywidualnie.

**Pytanie 7 dot. Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego / wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego / wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pytanie 8 dot. Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

**uzasadnienie:** Zgodnie z art. 433 pkt 4) PZp w umowach należy określić minimalną wielkość świadczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 4 do SWZ (umowa dla zadania od nr 1 do nr 13 zostało określone §3 ust. 8 lit.a zobowiązanie zamawiającego do realizacji zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 70 % maksymalnej wartości umowy określonej w §5 pkt.1 (danego zadania) oraz w załączniku nr 5 do SWZ (umowa dla zadania nr 14) zostało określone w § 5 ust. 7 lit. a (dotyczy realizacji umowy w zakresie odczynników), iż zmniejszenie zapotrzebowania nie może przekroczyć 30% wartości umowy.

**Pytanie 9 dot. Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie formy składania zamówień do elektronicznej z wyłączeniem wykorzystania faksu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

**Pytanie 10 dot. Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 11 dot. Wzoru umowy**

**Dotyczy paragrafu 5 ust. 8:** Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Ponadto z uwagi na zmianę przepisów na podstawie ustawy dotyczącej zatorów płatniczych, wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest niebezpieczne i nieuczciwe w ocenie Prezesa UOKiK. Dlatego prosimy o modyfikację zapisów poprzez dodanie zdania: „nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pytanie 12 dot. Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce drukowanych dokumentów dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w zakresie zadania nr 14 w zakresie dzierżawy analizatora Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie 13 dot. Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż kary umowne w wzorze umowy dla zadań od nr 1 do nr 13 oraz dla zadania nr 14 naliczane są od zwłoki, a nie opóźnienia.

**Pytanie 14 dot. Wzoru umowy**

Prosimy o doprecyzowanie od jakiej wartości naliczana będzie kara umowna, a jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby naliczana ona była od wartości dostawy, lub w przypadku kar dotyczących aparatu od wartości sumy czynszu dzierżawnego. **Aktualnie błędna numeracja odwołująca się do paragrafu 9 umowy nie posiada ust. 1a) i 1b) i nie wiadomo w jaki sposób jest naliczana kara umowna.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 5 – wzór umowy dla zadania nr 14 numeracja została zmodyfikowana. Patrz modyfikacja SWZ z dnia 13.06.2022.

**Pytanie 15 dot. Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od ządania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pytanie 16 dot. Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pytanie 17 dot. Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania / odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pytanie 18 dot. Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pytanie 19 dot. Wzoru umowy**

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wypowiedzenia przez Wykonawcę umowy w paragrafie 11?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wzór umowy – załącznik nr 4 do SWZ w § 11 przewiduje zapisy dotyczące klauzuli poufności jednakże załącznik nr 5 do SWZ w § 11 szczegółowo opisuje możliwości Zamawiającego w zakresie rozwiązania i odstąpienia od umowy.

**Pytanie 20 dot. Wzoru umowy**

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego postanowienia: "Niniejsza Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia." Alternatywnie, czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w tym postanowieniu następującego fragmentu: "jednak nie wcześniej niż w chwili realizacji przynajmniej 80% wartości umowy."?

Uzasadnienie: Zastrzeżenie prawa Zamawiającego do wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie jej trwania powoduje znaczną niepewność co do długości trwania kontraktu oraz wolumenu sprzedawanego towaru. Zgodnie z art. 433 pkt 4) nPZP Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 4 oraz 5 do SWZ brak zapisu o wyżej podanym brzmieniu. Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pytanie 21 dot. Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 22 dot. Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania Umowy, Strony postanawiają, że do cen netto przedmiotów objętych umową doliczany będzie podatek od towarów i usług według nowej stawki od momentu wejścia w życie nowej stawki podatku VAT.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ. Wzór umowy dla zadania nr 14 (Załącznik nr 5 do SWZ) w § 12 ust. 1 pkt 8 zawiera dopuszczenie zmiany umowy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, oraz podatku akcyzowego.

**Pytanie 23 dot. Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawę numeracji kolejnych ustępów? Po numerze X jest od razu nr X, w związku z czym dalsza numeracja wymaga korekty

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 4 oraz 5 do SWZ nie znaleziono sytuacji jaką opisuje Wykonawca.

**Pytanie 24 dot. Wzoru umowy**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie:

Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę w związku z powyższym modyfikacji ulega załącznik nr 5 do SWZ wzór umowy. Patrz modyfikacja SWZ z 13.06.2022r

**Pytanie 25 dot. Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pytanie 26 dot. Wzoru umowy**

Prośba o poprawne zredagowanie paragrafu 9 dotyczącego wynagrodzenia, ponieważ teraz w paragrafie 10 dotyczącym kar umownych są odwołania do paragrafu ust. 1a) lub ust. 1 b), zaś w paragrafie 9 istnieje tylko ustęp 1 lub 2 - bez litery a) lub b). Nie wiadomo w jaki sposób wyliczana jest kara umowna.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zmodyfikował powyższe. Patrz modyfikacja z dnia 13.06.2022r.

**Pytanie 27**

W celu usprawnienia podłączenia analizatorów do funkcjonującego u Zamawiającego systemu, zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

- a. Zwracamy się z prośbą o wskazanie typu podłączenia do systemu LIS (HIS), oraz miejsca instalacji (np. ZDL, IP, SOR, Oddział, inne).
- b. Zwracamy się z prośbą o wskazanie jaki jest sposób komunikacji z systemem LIS (HIS) - bezpośrednio, integracja z linią komunikacyjną wymagającą konfiguracji analizatorów (lub innych urządzeń) w systemie HIS/LIS, integracja z linią komunikacyjną niewymagającą konfiguracji analizatorów (lub innych urządzeń) w systemie HIS/LIS.
- c. Zwracamy się z prośbą o wskazanie rodzaju analizatora do konfiguracji w systemie – analityczny, mikrobiologiczny czy serologiczny.
- d. Czy Zamawiający wymaga / przewiduje konfigurację stacji roboczych (wymagające - rozpakowania, podłączania do sieci, konfiguracji systemu operacyjnego, instalacji oprogramowania aplikacyjnego)?

- e. Czy Zamawiający wymaga / przewiduje podłączenie i konfigurację urządzeń peryferyjnych jak np. drukarki, czytniki kodów kreskowych (prosimy o wyszczególnienie jakie i ile)?
- f. Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia innych czynności, takich jak np. serwis systemu LIS, szkolenia użytkowników?
- g. Czy Zamawiający posiada odpowiednią liczbę licencji na system LIS (HIS) i czy są one objęte ważnym nadzorem autorskim producenta oprogramowania?
- h. Czy Zamawiający posiada aktualną wersję oprogramowania z dostawcą sieci LIS/HIS i ma z nim ważną umowę serwisową?
- i. Czy, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Zamawiającego, aby przystąpić do realizacji zlecenia, będą wymagane inne zgody, upoważnienia, specjalne dokumenty (jeśli tak, to jakie)?

**Odpowiedź:**

- a) Zamawiający informuje, iż posiada system KS Solab firmy KAMSOFT, miejsce instalacji: Pracownia diagnostyki laboratoryjnej,
- b) Zamawiający informuje, iż przez Zamawiającego na etapie postępowania nie jest możliwe określenie sposobu komunikacji z systemem LIS (HIS)
- c) Zamawiający określa, iż jest to analizatora parametrów krytycznych
- d) Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien zapewnić pełną konfigurację umożliwiającą pracę na analizatorze,
- e) Zamawiający informuje, iż przewiduje podłączenie i konfigurację urządzeń peryferyjnych m.in. drukarki. Na ten moment Zamawiający przewiduje jedną drukarkę jednakże w okresie trwania umowy ilość urządzeń może zostać zmieniona.
- f) Zamawiający informuje, iż zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego
- g) Zamawiający informuje, iż posiada odpowiednią liczbę licencji na system LIS (HIS) i są one objęte ważnym nadzorem autorskim producenta oprogramowania
- h) Zamawiający informuje, iż posiada aktualną wersję oprogramowania z dostawcą sieci LIS/HIS i ma z nim ważną umowę serwisową
- i) Zamawiający informuje, iż nie posiada żadnych informacji w/w zakresie.

**Zamawiający**

**DYREKTOR:**

**Lek. med. Joanna Niestrtój – Ostrowska**