

Bytom dnia: 2024-07-02

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony na "dostawę odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu".

Numer referencyjny: 13/13PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 7

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania do postępowania przetargowego:

Dotyczy pakietu nr 5, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości 96,9% i swoistości 85,4%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy pakietu nr 18, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie

testów o czułości i swoistości >99% względem innego testu immunochromatograficznego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy pakietu nr 18, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu immunologicznego do jakościowego wykrywania czterech serologicznych markerów wirusa Epstein-Barr (EBV): przeciwciał IgM przeciw antygenowi VCA, heterofilnych przeciwciał IgM, przeciwciał IgG przeciw antygenowi VCA, oraz przeciwciał IgG przeciw antygenowi EBNA o poniższych parametrach:

VCA IgM – czułość 91%, swoistość 97%

PB-HA – czułość 94%, swoistość 99%

VCA-IgG – czułość 92%, swoistość 95%

EBNA-IgG – czułość 91%, swoistość 92%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy pakietu nr 20, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o wartościach granicznych wykrywalności: 0,39 ng/ml antygeny Clostridium difficile GDH, 2 ng/ml toksyny A Clostridium difficile i 3,12 ng/ml toksyny B Clostridium difficile?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy pakietu nr 20, poz. 4 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości 100% i swoistości 95,2% względem mikroskopii?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający