

## **Opis przedmiotu zamówienia**

### **Dostawa i montaż myjni – dezynfektorów 2 szt. wraz z akcesoriami .**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa , montaż i uruchomienie fabrycznie nowych (rok produkcji nie starszy niż 2022) myjni -dezynfektorów w Centralnej Sterylizatorni SP ZOZ w Kolbuszowej .

#### **I. Wymagane parametry urządzenia:**

##### **Myjnia przelotowa dwudrzwiowa – 2 szt. :**

1. Wymiary gabarytowe 800x710x1970 (SxGxW) (+/- 5 % ).
2. Pojemność komory 200 litrów (+/-5%).
3. Wymiary komory 600x610x610 mm szer x gł x wys (+/- 5%).
4. Wbudowana suszarka o wysokiej wydajności z filtrem wstępnym i filtrem HEPA klasy H13.
5. Złącze wentylacyjne wyposażone w tuleję przyłączeniową i zabezpieczenie przed wstecznym przepływem kondensatu.
6. Wbudowana drukarka.
7. Drzwi uchylne, przeszklone, które mogą służyć jako dodatkowy blat do ustawienia na nich wózków wsadowych.
8. Wysokość załadunku min 830 mm od podłogi(+/-5%).
9. Ogrzewanie elektryczne; zasilanie 400 V, 3N AC 50 Hz.
10. Całkowita moc max 13 kW.
11. Pojemność komory- 8 tac narzędziowych zgodnych z DIN .
12. W pełni automatyczne sterowanie mikroprocesorowe PLC .
13. Min. 5 programów mycia dezynfekcji wybieranych bezpośrednio z panelu sterowania.
14. 7''kolorowy panel sterowania.
15. Możliwość dokonywania zmian parametrów procesu przez użytkownika.
16. 4 niezależne wyjmowane półki z ramionami myjącymi.
17. 5 ramion natryskowych w komorze zapewniające natrysk każdej tacy z góry i od spodu ze zdejmowanymi nakładkami ułatwiającymi czyszczenie wewnętrznej powierzchni ramienia.
18. Automatycznie podłączane/ zamykane złącza ramion myjących .
19. Demontaż półek myjących bez użycia narzędzi.
20. Min. 3 pompy detergentu i 1 pompa środka wspomaganego płukania.
21. Zawór zasilania wodą uzdatnioną lub pompa i zawór wody uzdatnionej.
22. Wskazanie niewystarczającej objętości środka czyszczącego do zakończenia cyklu .
23. Końcowe płukanie wodą uzdatnioną .
24. Automatyczne odmierzenie i dozowanie środków myjących i dezynfekujących .
25. Wielopoziomowy system kodów dostępu.
26. Obudowa myjni, komora, ramiona natryskowe , elementy grzewcze , rama nośna wykonana ze stali nierdzewnej; brak elementów ze stali miękkiej lub galwanizowanej.

27. Wysokowydajna pompa cyrkulacyjna min 800l/min .
28. Zabezpieczenie przed zalaniem i przegrzaniem .
29. Sygnalizacja świetlna awarii.

**Wypożyczenie myjni i akcesoria :**

1. Wózek do optyk, rur oraz endoskopów sztywnych.
2. Wózek do endoskopów sztywnych wraz z tacą.
3. Stojak na sprzęt anestezyjologiczny
4. Stojak na butelki 500g
5. Taca druciana 1/2 340/250/70 mm wraz z przykrywką – 8 kompletów.
6. Taca druciana 250/170/70 mm wraz z przykrywką – 4 komplety .
7. Przykrywka dociskowa 1/1 600/600 mm.
8. Przykrywka dociskowa 1/2 600/300 mm.
9. Regał do przechowywania akcesoriów do myjni o wymiarach 1100x600x1800mm (+/-5 %).

**II. Dodatkowe wymagania Zamawiającego :**

Wykonawca winien zapewnić:

- szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów,
- dostawca pokrywa koszty dostawy i montażu urządzenia na miejscu posadowienia
- wymagana gwarancja i rękojmia min. 24 miesiące - z bezpłatnymi przeglądami w okresie gwarancji - podanie wydłużonego okresu gwarancji stanowi II kryterium wyboru oferty
- czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę - do 24 h od chwili zgłoszenia.
- serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat,( podanie nazwy i adresu serwisu)
- gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat,
- zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy urządzenia podstawowego

**Do oferty należy dołączyć:**

- materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych.

Urządzenia winny posiadać (dostarczyć na wezwanie Zamawiającego dokumenty lub oświadczenia):

- Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych
- Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE,

**Uwaga:**

**1. Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej celem ustalenia miejsca lokalizacji urządzeń - konieczne dostosowanie do istniejącej infrastruktury.**

2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.

Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

**III. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Waga kryterium Pkt.
I Cena	60
II Okres udzielonej gwarancji	30
III Termin dostawy	10

**Punkty za I kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:**

$$\frac{\text{cena oferty najtańszej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 60 = \text{liczba punktów}$$

**Punkty za II kryterium „Okres udzielenia gwarancji ” zostaną obliczone według wzoru:**

$$\frac{\text{Okres (w miesiącach) gwarancji oferty badanej}}{\text{Najdłuższy proponowany okres (w miesiącach) gwarancji spośród złożonych ważnych ofert}} \times 100 \times 30 = \text{liczba punktów}$$

1) Wymagany minimalny okres udzielenia gwarancji i rękojmi to **24 miesiące.**

2) W przypadku braku wpisania w formularzu ofertowym (**załącznik nr 1 do SWZ**) lub zaoferowania w ofercie krótszego okresu udzielenia gwarancji i rękojmi od wymaganego, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226 ust. 5 ustawy Pzp.

3) Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium „**Okres udzielenia gwarancji** ” wynosi **30 pkt. (po uwzględnieniu wagi kryterium)**

**Punkty za III kryterium „ Termin wykonania zamówienia” zostaną obliczone według następujących zasad:**

Najkrótszy proponowany termin wykonania zamówienia ( w dniach)

----- X 100 x 10 = liczba punktów

Termin wykonania zamówienia oferty badanej ( w dniach)

- 1) **Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia – max do 20.12.2024r .**
- 2) W przypadku braku wpisania w formularzu ofertowym (**załącznik nr 1 do SWZ**) lub zaofiarowania dłuższego terminu wykonania zamówienia od wymaganego, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226 ust. 5 ustawy Pzp.
- 3) Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium „**Termin realizacji zamówienia**” wynosi **10 pkt.** (po uwzględnieniu wagi kryterium)

**Łączna ilość punktów / za kryterium I II i III / stanowić będzie wartość ogólną ocenianej oferty.**

Kolbuszowa 18.10.2024r.

Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa

Zbigniew Strzelczyk

.....

/ podpis osoby uprawnionej /