

Warszawa, dnia 27 maja 2022 r.

ODPOWIEDZI
na zapytania do SWZ

Dotyczy: postępowania na „Dostawę artykułów fizelinowych i jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Wolskiego”; EP/31/2022.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „Dostawę artykułów fizelinowych i jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Wolskiego”, numer sprawy EP/31/2022, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

PYTANIE NR 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 5 półmasek, które różnią się jedynie niuansami budowy, zachowując wymagane przez zamawiającego normy:

W poz. 1 półmaskę spełniającą wymogi zamawiającego w kwestii norm (również wyrobu medycznego), mocowaną za pomocą niepodrażniających taśm zausznych, bez gąbki oraz z metalowym wzmocnieniem w okolicy nosa wszytym między warstwy maski. Dodatkowo oferowana przez nas maska dzięki 3-panelowej budowie zapobiega parowaniu okularów.

Odpowiedz: NIE

W poz. 2 półmaskę spełniającą wymogi zamawiającego w kwestii norm (również wyrobu medycznego), jednakże bez gąbki oraz z metalowym wzmocnieniem w okolicy nosa wszytym między warstwy maski. Dodatkowo oferowana przez nas maska dzięki 3-panelowej budowie zapobiega parowaniu okularów.

Odpowiedz: NIE

PYTANIE NR 2

Pytanie 1 – zadanie 4 Poz. 1-3- proszę o dopuszczenie zaoferowania pojemników pakowanych w rękaw foliowy oddzielnie przykrywki i oddzielnie pojemniki (wiaderka). Pakowanie pojemników nie ma wpływu na wykonywanie procedur, a umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów. Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedz: NIE

Pytanie 2 – zadanie 4 Poz. 5- proszę o podanie kolorów pojemnika czy kolorem pojemnika do wyboru będzie czerwony, żółty i niebieski?

Odpowiedz: Kolor pojemnika: czerwony.

Pytanie 3 – zadanie 4 Poz. 6- proszę o dopuszczenie w tej pozycji pojemnika 10 L w kolorze czerwonym, żółtym lub niebieskim? W pozycjach od 1 – 6 Zamawiający wymaga pojemników do gromadzenia sprzętu jednorazowego użytku, dlatego kolor takiego pojemnika ma być : czerwonym, żółtym lub niebieskim.

Odpowiedz: NIE

Pytanie 4 – zadanie 4 Poz. 7 – proszę dopuszczenie worków czerwonych 160 L, o grubości 28 mikronów , pakowanych w rolki po 10 szt. Umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów.

Odpowiedz: NIE

Pytanie 5 – zadanie 4 Poz.10,11,12,13- proszę dopuszczenie zaoferowania pojemników wykonanych z PE (polietylenu) , o kształcie walca (o jednakowej średnicy pojemnika). Umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów. Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedz: NIE

Pytanie 6 – zadanie 4 Poz.14 i 17 - proszę dopuszczenie zaoferowania pojemników wykonanych z PS (polistyrenu). Umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów. Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedz: NIE

Pytanie 7 – zadanie 4 Poz.14 i 15 - proszę dopuszczenie zaoferowania pojemników o kształcie walca (o jednakowej średnicy pojemnika). Umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów. Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedz: NIE

Pytanie 8 – zadanie 4 Poz.19 - proszę dopuszczenie zaoferowania pojemnika typu tulipan o pojemności 2,5 L. Pojemnik typu tulipan jest 2,5 litrowy.

Odpowiedz: TAK

PYTANIE NR 3

W zadaniu nr 5 w pozycji 2, Zamawiający wymaga, aby maski FFP3 posiadały zawór wydechowy oraz aby były wyrobem medycznym klasy I. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 745/2017 dotyczącym wyrobów medycznych oraz z definicjami zawartymi w normie EN 14683, maska jako wyrób medyczny powinna zakrywać usta, nos i brodę, zapewniając barierę w celu minimalizacji bezpośredniego przenoszenia czynników infekcyjnych między personelem a pacjentem – posiadanie zaworu wydechowego sprawia, iż nie ma możliwości zapewnienia nawet minimalnej bariery przed bezpośrednim przenoszeniem czynników infekcyjnych pomiędzy personelem a pacjentem. Dlatego też wnosimy o zniesienie zapisu dla maski FFP3 z zaworem odnośnie wymogu wyrobu medycznego oraz stawki 8%. Jednocześnie pragniemy uczulić, iż wybranie oferty wykonawcy z maską FFP3 z zaworem na 8% vat. może nieść potencjalne niebezpieczeństwo dla Zamawiającego zgłoszeniem przez pacjenta lub inny podmiot/osobę poważnego incydentu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych, który może skutkować poważnymi konsekwencjami dla Szpitala. Dodatkowo mamy wrażenie, iż Zamawiający ukierunkował się na maskę konkretnego wytwórcy co jest niezgodne z zasadą konkurencyjności.

Odpowiedz: NIE

PYTANIE NR 4


Zadanie nr 6

1. Dotyczy punkt 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemnika chirurgiczne na wycinki histopatologiczne **o pojemność 20 ml wypełniony 10% buforowaną formaliną w objętości 13 ml**. Pojemnik wykonany z polipropylenu wysokiej jakości z **innowacyjnym mechanizmem uszczelniającym**, który eliminuje

możliwość wycieku formaliny podczas transportu, zapewniający bezpieczny i prawidłowy transport materiału tkankowego. Zdjęcie poglądowe poniżej:

Odpowiedz: NIE



2. Dotyczy punkt 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemnika chirurgiczne na wycinki histopatologiczne **o pojemność 60 ml wypełniony 10% buforowaną formaliną w objętości 40 ml**. Pojemnik wykonany z polipropylenu wysokiej jakości z **innowacyjnym mechanizmem uszczelniającym**, który eliminuje możliwość wycieku formaliny podczas transportu, zapewniający bezpieczny i prawidłowy transport materiału tkankowego. Zdjęcie poglądowe poniżej:

Odpowiedz: NIE




Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy, zadanie nr 7

3. Dotyczy punktu 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kasetki histopatologicznej jednorazowego użytku z przykrywką bez zawiasów, ze sprężystym zamknięciem, wieczko urywane. Podstawa kasetki z 75 nieregularnymi otworami, nie większymi niż 1x5 mm, wieczko z 76 nieregularnymi otworkami nie większymi niż 1x5 mm zapewniającymi **doskonałą penetrację oraz przepływ odczynnika** podczas procesu przeprowadzania materiału tkankowego. Otworki zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o maksymalizacji przepływu odczynnika przy jednoczesnej **pewności, iż materiał nie wypadnie z kasetki**. Idealnie dopasowane zamykanie wieczka do podstawy kasetki w celu zapewnienia **trwałego zamknięcia podczas całego procesu**. Przednia część kasetki specjalnie odtłuszczona oraz wyprofilowana dla łatwego oraz trwałego znakowania zarówno ołówkami/markerkami jak również za pomocą drukarek. **Kolor turkusowy.**

Odpowiedz: TAK

Zdjęcie poglądowe poniżej (inny kolor):




4. Dotyczy punktu 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kasetki histopatologicznej jednorazowego użytku z przykrywką bez zawiasów, ze sprężystym zamknięciem, wieczko urywane. Podstawa kasetki z 75 nieregularnymi otworami, nie większymi niż 1x5 mm, wieczko z 76 nieregularnymi otworkami nie większymi niż 1x5 mm zapewniającymi **doskonałą penetrację oraz przepływ odczynnika** podczas procesu przeprowadzania materiału tkankowego. Otworki zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o maksymalizacji przepływu odczynnika przy jednoczesnej **pewności, iż materiał nie wypadnie z kasetki**. Idealnie dopasowane zamykanie wieczka do podstawy kasetki w celu zapewnienia **trwałego zamknięcia podczas całego procesu**. Przednia część kasetki specjalnie odtłuszczona oraz wyprofilowana dla łatwego oraz trwałego znakowania zarówno ołówkami/markerkami jak również za pomocą drukarek. **Kolor żółty.**

Odpowiedz: TAK

Zdjęcie poglądowe poniżej (inny kolor):




5. Dotyczy punktu 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kasetki histopatologicznej jednorazowego użytku z przykrywką na zawiasie. Kasetka z wewnętrzną komorą, otworki o wielkości 0,38x0,38 mm zapewniającymi **doskonałą penetracją oraz przepływ odczynnika** podczas procesu przeprowadzania materiału tkankowego. Otworki zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o maksymalizacji przepływu odczynnika przy jednoczesnej **pewności, iż materiał nie wypadnie z kasetki**. Idealnie dopasowane zamykane wieczko na zawias w celu zapewnienia **trwałego zamknięcia podczas całego procesu**. Przednia część kasetki specjalnie odtłuszczona oraz wyprofilowana dla łatwego oraz trwałego znakowania zarówno ołówkiem/markerami jak również za pomocą drukarek. **Kolor biały.**

Odpowiedz: NIE


Zdjęcie poglądowe poniżej (inny kolor):



6. Dotyczy punktu 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kasetki histopatologicznej jednorazowego użytku z przykrywką na zawiasie. Kasetka z wewnętrzną komorą, otworki o wielkości 0,9x0,9 mm zapewniającymi **doskonałą penetracją oraz przepływ odczynnika** podczas procesu przeprowadzania materiału tkankowego. Otworki zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o maksymalizacji przepływu odczynnika prze jednocześniej **pewności, iż materiał nie wypadnie z kasetki**. Idealnie dopasowane zamykane wieczko na zawias w celu zapewnienia **trwałego zamknięcia podczas całego procesu**. Przednia część kasetki specjalnie odtłuszczona oraz wyprofilowana dla łatwego oraz trwałego znakowania zarówno ołówkiem/markerami jak również za pomocą drukarek. **Kolor różowy, wieczko białe.**
Odpowiedz: NIE

Zdjęcie poglądowe poniżej (inny kolor):



PYTANIE NR 5

Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedz: NIE

Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz: NIE

Zadanie nr 1, pozycja 2

Wnosimy o dopuszczenie badań potwierdzających spełnienie normy EN 14683 z dowolnego laboratorium posiadającego akredytację na badania na wskazaną normę. Wymaganie badań z określonej jednostki badawczej - w tym przypadku CIOP stanowi czyn ograniczający uczciwą konkurencję.

Podkreślamy, iż zgodnie z prawem Europejskim każda jednostka badawcza posiadająca akredytację na badanie zgodnie z normą EN 14683 posiada stosowne uprawnienia i kompetencje w tym zakresie a wyniki takich badań są wiarygodne (co gwarantuje akredytacja) i dające prawo Producentowi do deklarowania zgodności wyrobu medycznego: maska chirurgiczna/medyczna z normą EN14683. Akredytacja jest potwierdzeniem kompetencji podmiotu (jednostki certyfikującej wyroby, usługi, osoby, systemy), laboratorium (badawczego, wzorcującego, etc.), jednostki inspekcyjnej, do działań w określonym zakresie. Zakres akredytacji jest załącznikiem do certyfikatu akredytacji i precyzuje obszar potwierdzonych kompetencji.

Odpowiedz: TAK DOPUSZCZAMY, WRAZ Z PRZEDSTAWIENIEM RAPORTU.

Zadanie nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny z wstawką absorbującą pot na całym obwodzie?

Odpowiedz: TAK

Zadanie nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty w kolorze niebieskim?

Odpowiedz: TAK

Zadanie nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedz: NIE

Zadanie nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści koszulę z wycięciem „Y” pod szyją?

Odpowiedz: NIE

Zadanie nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści koszulę z rękawem standardowym?

Odpowiedz: NIE

Zadanie nr 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym z szerokością po rozciągnięciu 130cm?

Odpowiedz: NIE

Zadanie nr 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym z szerokością po rozciągnięciu 140cm?

Odpowiedz: NIE

Zadanie nr 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze XL z szerokością po rozciągnięciu 150cm?

Odpowiedz: NIE

Zadanie nr 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedz: NIE

Zadanie nr 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z bluzą posiadającą 3 kieszenie?

Odpowiedz: TAK

Zadanie nr 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny w kolorze niebieskim?

Odpowiedz: NIE

Zadanie nr 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny w rozmiarze od S do XXL?

Odpowiedz: NIE

Zadanie nr 1, pozycja 8

W związku z wystąpieniem w specyfikacji zapisu zawierającego nieaktualną normę EN 13795, która zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, została zastąpiona wydaniem EN 13795-2:2019, prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zgodności z obecnie obowiązującym, najnowszym wydaniem normy tj. EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych co potwierdzone ma być załączeniem do oferty przetargowej raportu z badań z jednostki niezależnej?

Żądanie potwierdzenia zgodności z normą EN 13795-2:2019 gwarantuje Zamawiającemu otrzymanie rozwiązania, które w sposób odpowiedni zapewni dbałość o minimalizowanie zanieczyszczenia powietrza w sali operacyjnej przez złuszczonego naskórek pochodzący ze skóry osób noszących podczas zabiegów chirurgicznych oraz w innych sytuacjach medycznych. Chcemy podkreślić, iż zgodnie z

zapisami normy dzięki wskazaniu dwóch poziomów wydajności (standardowy i wysoki) ułatwiona zostaje ocena właściwości barierowych wyrobów. W zależności od czystości mikrobiologicznej sali operacyjnej wymaganej do zabiegu operacyjnego mogą być wymagane różne wyroby. Taki podział wprowadza najnowsze wydanie normy z 2019 roku, w związku z tym bazowanie na wydaniach wcześniejszych jest działaniem niezgodnym z obowiązującymi wymaganiami normatywnymi stawianymi ubraniom operacyjnym.

W związku z powyższym w trosce o profesjonalną ochronę pacjentów i personelu Zamawiający winien stosować rozwiązania spełniające aktualne wymagania normatywne a żądanie przedstawienia badań z laboratorium niezależnego gwarantuje Zamawiającemu spełnienie tych wymagań

Odpowiedz: TAK. WYMAGAMY PRZEDSTAWIENIA RAPORTU.

Zadanie nr 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści bluzę z długim rękawem wykonaną z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim?

Odpowiedz: ZGODNIE Z ZAPISAMI W SWZ

Zadanie nr 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści bluzę wyposażoną w biały elastyczny kołnierzyk pod szyją?

Odpowiedz: NIE

Zadanie nr 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wysokie z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m²?

Odpowiedz: NIE

Zadanie nr 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wysokie wykonane z Materiału: polipropylen/polietylen o gramaturze 63 g/m²?

Odpowiedz: NIE

Zadanie nr 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wysokie wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane?

Odpowiedz: TAK

Zadanie nr 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści kombinezon występujący w rozmiarze od S do XXXL?

Odpowiedz: NIE

Zadanie nr 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarze L i XL?

Odpowiedz: NIE

Zadanie nr 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym mankietem?

Odpowiedz: TAK

Zadanie nr 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20g/m²?

Odpowiedz: NIE

Zadanie nr 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim?

Odpowiedz: TAK

Zadanie nr 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne w rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedz: NIE

Zadanie nr 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne o gramaturze 25g/m² lub 45g/m²?

Odpowiedz: ZGODNIE Z SWZ

Zadanie nr 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści poszwę z fizeliny zakończoną zakładkami zapobiegającymi wysuwaniu się koca?

Odpowiedz: NIE

Zadanie nr 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedz: NIE

Zadanie nr 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści poszwę i poszewkę z fizeliny zakończoną zakładkami zapobiegającymi wysuwaniu się poduszki i koca?

Odpowiedz: NIE

Zadanie nr 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 150cm x 210cm?

Odpowiedz: NIE

Zadanie nr 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o długości 50metrów z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedz:

Odpowiedz: NIE

Zadanie nr 1, pozycja 17, 18

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce w kolorze białym?

Odpowiedz: TAK

Zadanie nr 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o szerokości 58cm i długości 50metrów z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedz: NIE

Zadanie nr 1, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm $\pm 2,5$ cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ± 5 g, chłonność 3820,18 ml?

Odpowiedz: TAK. Z POTWIERDZENIEM CHŁONNOŚCI 9 LITRÓW.

PYTANIE NR 6

Zadanie 1,poz. 6

Czy zamawiający dopuści wycięcie półokrągłe pod szyją? Czy zamawiający dopuszcza ubrania wykonane z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m² z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?

Odpowiedz: NIE

Zadanie 1,poz. 8 Czy zamawiający dopuści wycięcie półokrągłe pod szyją?

Odpowiedz: NIE

Czy zamawiający dopuszcza ubrania wykonane z włókna polipropylenowej SMS 35 g/m² z powłoką antystatyczną, nie zawierającą lateksu?

Odpowiedz: TAK. POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.

Czy zamawiający dopuszcza kolor niebieski?

Odpowiedz: NIE

Zadanie 1, poz. 13

Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem z elastycznym ściągaczem?

Odpowiedz: TAK

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

Odpowiedz: NIE

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedz: TAK

Zadanie 1, poz. 14

Czy zamawiający dopuści wymiar 210 x 160 cm?

Odpowiedz: NIE

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m²?

Odpowiedz: JAK W SWZ

Zadanie 1, poz. 16

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/m², wykonana z włókna polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

Odpowiedz: NIE

Czy zamawiający dopuści poszwę na poduszkę z zakładką ok. 12 cm (+/- 3 cm) oraz poszwę na kołdrę z zatrzaskami wykonanymi z plastiku (bez zakładki)?

Odpowiedz: NIE

Zadanie 1, poz. 1-6,10,13,14,16

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-6,10,13,14,16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z

zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedz: NIE

Zadanie 2, poz. 1,3-6,

Czy zamawiający wydzieli poz. 1, 3-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedz: NIE

Zadanie 2, poz. 3

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedz: NIE

Zadanie 2, poz. 4

Czy zamawiający dopuści dł. około. 45 cm

Odpowiedz: TAK

PYTANIE NR 7

Pakiet 1 - KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie sposobu oceny właściwości techniczno-użytkowych produktów tj. podanie ile punktów otrzyma dany produkt za spełnienie określonych wymagań.

Odpowiedz: Pozycje będą oceniane w następujący sposób:

poz 13-16 oceniane łącznie	gramatura 25g/m2	0 pkt.
	gramatura 26-30g/m2	2 pkt.
	gramatura powyżej 30g/m2	5 pkt.
poz 17-19 oceniane łącznie	z perforacją mniej niż co 50 cm	0 pkt.
	z perforacją co 50cm	5 pkt.
poz 3,4 oceniane łącznie	opakowanie po 200szt	0 pkt.
	opakowanie po 100szt	2 pkt.

poz 2	opakowanie 100szt		0 pkt.
	opakowanie 50szt		2 pkt.
poz 5	opakowanie po 200 szt.		0 pkt.
	opakowanie 100 szt.		2 pkt.
poz 6	gramatura 21-29g/m2		0 pkt.
	gramatura 30g/m2		2 pkt.
	gramatura powyżej 30g/m2		1 pkt
poz 1,7	gramatura	21 g/m2	0 pkt.
	gramatura	22-25g/m2	2 pkt.
	gramatura	powyżej 26g/m2	1 pkt
poz.8	gramatura	30-44g/m2	0 pkt
	gramatura	45g/m2	2 pkt
	gramatura powyżej 45g/m2		1 pkt
poz.9	gramatura	45g/m2	0 pkt
	gramatura	45-49g/m2	2 pkt.
	gramatura powyżej	50g/m2	1 pkt.
poz 10.	opakowanie po 200szt		0 pkt.
	opakowanie po 100szt		2 pkt.
poz.11	mic.	20-25	0 pkt
	mic	powyż. 30	2 pkt
	mic.	25-30	1 pkt
poz.12		Szwy zgrzewalne	20 pkt.
		Szwy niezgrzewalne	10 pkt.

Zadanie 2 poz. 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie worka w rozmiarze 84x66cm

Odpowiedz: TAK

Zadanie 2 poz. 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie fartuchów pakowanych a'100 sztuk.

Odpowiedz: NIE

Zadanie 5 poz. 1

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od rejestracji maski FFP2 jako wyrób medyczny i dopuszczenie masek zarejestrowanych wyłącznie jako środek ochrony osobistej.

Odpowiedz: NIE

Zadanie 5 poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie masek posiadających gumki na uszy.

Odpowiedz: NIE

Zadanie 5 poz. 2 Zwracam się z prośbą o dopuszczenie masek posiadających gumki na uszy.

Odpowiedz: NIE

PYTANIE NR 8

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, bądź za opakowanie handlowe w Zadaniu nr 7? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych tj. szkiełka, kasetki, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2 Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedz: NIE

Pytanie nr 3 Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego,

który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...) Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedz: ZAMAWIAJĄCY NIE JEST W STANIE PRZEWIDZIEĆ ILOŚCI ZAMAWIANYCHV PRODUKTÓW GDYŻ JEST TO UŻALEŻNIONE OD ILOŚCI PRZYJMOWANYCH PACJENTÓW/WYKONYWANYCH ZABIEGÓW.

Pytanie nr 4 Dotyczy wzoru umowy Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedz: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ

Pytanie nr 5 Dotyczy wzoru umowy Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedz: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ

Pytanie nr 6 Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie, „Nazwy producenta” jak również „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaoferowany wymagany asortyment.

Odpowiedz: Zamawiający uzupełnia załącznik nr 2. W załączeniu przekazuje aktualny formularz załącznik nr 2 – formularz asortymentowo cenowy.

Pytanie nr 7 Dotyczy wzoru umowy W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w §6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy. Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedz: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ

Pytanie nr 8 Dotyczy wzoru umowy Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”? Mając na względzie czynniki ekologiczne i ekonomiczne , chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

Odpowiedz: NIE

Pytanie nr 9 Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy? Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa

się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji. Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13). Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

Odpowiedz: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ

Pytanie nr 10 Dotyczy wzoru umowy: Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę postanowień § 6 ust. 1 „wzoru umowy”, w taki sposób, aby uzyskał on brzmienie: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w przypadku: 1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 10 zł, 2) zwłoka w rozpatrzeniu reklamacji, w wysokości 1% wartości brutto zamówienia będącego przedmiotem reklamacji, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 5 ust. 4, jednak nie mniej niż 10 zł 3) zwłoka w usunięciu wady w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 10 zł, kara ta dotyczy również okoliczności wskazanej w § 5 ust. 6 . W ocenie wykonawcy procentowo określone kary mają charakter wygórowany i poprzez ich wysokość nie mają charakteru prewencyjnego ale charakter represyjny, a w razie ich naliczenia prowadziłyby do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego, który w przypadku uchybienia w obowiązkach wykonawcy nie ponosi szkody. W zakresie niedopuszczalności zastrzeżenia kary umownej jako rażąco wygórowanej odwołać należy się poglądu zaprezentowanego w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 listopada 2017 r. sprawie KIO 2219/17, gdzie wskazano, że: „Nie jest przy tym dozwolone zastrzeganie we wzorcu umownym kary umownej rażąco wygórowanej (tak też: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2007 r., sygn. akt: I CSK 484/06). O tym, czy w danym wypadku można mówić o karze umownej rażąco wygórowanej, nie może sama przez się decydować jej wysokość przyjęta procentowo w określonym akcie prawnym, lecz przede wszystkim stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie dłużnika. W sytuacji, gdy kara

umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną. Kara umowna może być „rażąco wygórowana” już w chwili jej zastrzeżenia lub stać się taką w następstwie późniejszych okoliczności, do których można przykładowo zaliczyć to, że szkoda wierzyciela jest znikoma, skutkiem czego zachodzi rażąca dysproporcja pomiędzy jej wysokością a wysokością należnej kary (tak też: Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania, 2013). Izba zważyła, że Zamawiający konstruując postanowienia dotyczące kar umownych wypaczył w istocie ich rzeczywisty cel jakim jest naprawienie szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, czym naruszył przepisy kodeksu cywilnego. Uprawnienie Zamawiającego do konstruowania zapisów umownych w sprawie zamówienia publicznego nie może być nadużywane i prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego poprzez ustalenie rażąco wygórowanych kar umownych.

Odpowiedz: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ

Pytanie nr 11 Dotyczy wzoru umowy: Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie do wzoru umowy poniższej klauzuli dot. wprowadzania zmian do umowy: Strony oświadczają, że Umowa jest zawierana w sytuacji pandemii i zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz uznają, że konsekwencje geopolityczne, ekonomiczne oraz społeczne tych zdarzeń nie są możliwe do przewidzenia. W konsekwencji za nieprzewidziane w chwili zawarcia Umowy strony uznają wszelkie okoliczności pozostające w związku z wyżej wymienionymi sytuacjami, które mogą wpłynąć na realizację tej Umowy. Na tej zasadzie Wykonawca ma możliwość skorzystania z przyznanych mu tą Umową oraz przepisami prawa uprawnień w zakresie kierowania do Zamawiającego wniosków i roszczeń co do zmiany Umowy w przypadkach określonych w tej Umowie oraz przepisach powszechnie obowiązujących w każdym czasie obowiązywania Umowy.

Odpowiedz: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 12

Zadanie 4: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz.8-17 i utworzenie nowego na pojemniki na próbki histopatologiczne. Umożliwi to złożenie konkurencyjnych ofert przez większą ilość wykonawców.

Odpowiedz: NIE

Pytanie nr 13

Zadanie 4: Poz.13: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o pojemności 366 ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedz: NIE

Pytanie nr 14

Zadanie 4: Poz.8-17: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych spełniały wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki IVD. W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy: „ 1) pojemniki do przechowywania i transportu materiału histologicznego; pojemniki spełniają wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Dodatkowo zgodnie z zawartą definicją pojemnika na próbki w ustawie o wyrobach medycznych czytamy, iż jest to „pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro”.

Odpowiedz: ZAMAWIAJĄCY NIE PROWADZIMY BADAŃ ZWIĄZANYCH Z IVD.

Pytanie nr 15

Zadanie 4: Poz.8-17: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Na etykietach mają być miejsca na umieszczenie danych takich jak: dane pacjenta, datę i godzinę pobrania oraz datę i godzinę utrwalenia. W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy: „2) sposób oznakowania pojemników; pojemniki są oznakowane niezmywalnymi etykietami zawierającymi dane pozwalające na identyfikację pacjenta i pobranego materiału, zgodnie z załączonym skierowaniem.” Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi PTP zawartego w dokumencie „Standardy organizacyjne oraz standardy postępowania w patomorfologii – wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” w Rozdziale 9 pt.: „Zasady utrwalania, zabezpieczenia i transportu materiału tkankowego do badania patomorfologicznego zestaw standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii” czytamy: 1. Pojemniki muszą być oznakowane etykietą z danymi identyfikującymi pacjenta oraz informacją o rodzaju pobranego materiału. Dane na etykiecie muszą się zgadzać z danymi na skierowaniu, mogą być wyrażone w formie kodu paskowego. 2. Etykieta umieszczona na naczyniu musi być trwała, niezmywalna, aby nie została zniszczona lub uszkodzona w trakcie transportu, przypadkowego zalania naczynia”.

Odpowiedz: DOPUSZCZAMY , NIE WYMAGAMY POJEMNIKÓW Z ETYKIETAMI .

Pytanie nr 16

Zadanie 7: Poz.1: Z uwagi na ograniczoną dostępność kolorystyczną kasetek histopatologicznych, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kasetek w kolorach niebieskim / zielonym zamiast turkusowego (lub innego dopuszczanego przez Zamawiającego).

Odpowiedz: DOPUSZCZAMY KOLOR ZIELONY

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.


DYREKTOR
.....
Robert Mazur

Załącznikiem do pisma jest aktualny załącznik nr 2 – formularz asortymentowo - cenowy

Sporządził: Marta Leoniak