



ADZP-381-79/24

Poznań, 24.10.2024 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**II WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1320), prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego** w przedmiocie: **"Sukcesywna dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i kontroli niezbędnych do wykonania wybranych badań biochemiczno-immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora"** udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1:** Dotyczy Zał\_2a i b do SWZ - formularz cenowy arkusz parametrów technicznych pkt 19: W związku z wymogiem dwustronnej komunikacji i wymiany danych pomiędzy systemem zintegrowanym a Laboratoryjnym Systemem Informatycznym – LIS/ Szpitalnym Systemem Informatycznym – HIS, prosimy Zamawiającego o wskazanie nazwy/producenta systemu informatycznego.


**Odpowiedź:** Moduł InfoMedica/AMMS firmy ASSECO.

**Pytanie nr 2:** Dotyczy Zał\_2a i b do SWZ - formularz cenowy arkusz parametrów technicznych pkt 28: Prosimy Zamawiającego o zgodę na zapewnienie kontroli RiQAS (minimum tych których nie ma w COBJ) dla parametrów, dla których kontrole RIQAS są dostępne na rynku. RIQAS nie posiada kontroli m.in. do parametrów tj. anty CCP/Autoprzeciwciała anty CCP, cystatyna C

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na innego dostawcę dostępnego na rynku polskim, gdy w kontrola RiQAS nie posiada w swoich zasobach danego parametru i dokonał stosownej zmiany.

**Pytanie nr 3:** Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu ?

Oferowane analizatory oraz systemy wymagają do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, pobieraniem danych o odczynnikach, kontrolach, kalibratorach, serwisem zdalnym oraz połączeniem z LIS. Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach. Poniżej schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów).



URL	IP	Port	Typ	Description
*.navify.com	193.58.155.0/24	443	CloudFlare	Main connections enabling Remote Service
*.navify.com	193.228.103.0/24	433 (514/541)	CloudFlare	Current/future setup using Cloudflare
remoteservice.roche.com	62.209.44.11	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas1.roche.com	62.209.44.21	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas2.roche.com	62.209.44.22	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas3.roche.com	209.202.167.19	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas4.roche.com	209.202.167.20	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas5.roche.com	120.136.45.231	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas6.roche.com	120.136.45.230	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas15.roche.com	35.76.193.4	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas16.roche.com	52.193.219.53	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
rlin-cm-*.dia.roche.com	52.178.37.238	514 / 541	Direct	Dedicated connections enabling FortiGate management
teleservice.roche.com	196.3.50.39	443 / 80	HTTP	Dedicated connection to TSN
remoteservice-dr.roche.com	209.202.167.21	443	Direct	Axeda Disaster Recovery

**Odpowiedź:** Dostęp do internetu jest ograniczony do konkretnych usług i portów dla wykonawcy. Wykonawca otrzyma dedykowany VPN. Szczegóły dostępu są ustalane z Działem Informatyki.

**Pytanie nr 4:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do sieci Zamawiającego (LIS) oferowanych urządzeń do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Uzasadnienie: Z uwagi na długie terminy realizacji połączeń urządzeń przez dostawcę Państwa systemu LIS, które nie są zależne od nas jako Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokona zmian w umowie w § 3 Termin dostawy Sprzętu wraz z wykonaniem obowiązków określonych w § 1 ust. 2 pkt 4) i ust. 3 pkt 6) i 7) nastąpi w terminie dostawy i instalacji analizatora w terminie 02.12.2024 r.- 07.01.2025 r.. Pełne uruchomienie, włączając w to integrację aparatu z LIS-Laboratoryjny Systemem Informatyczny oraz modulem kontroli Jakości nastąpi najpóźniej do 07.01.2025 r.

**Pytanie nr 5:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 6:** Czy Zamawiający zgodzi się by Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie instalacji, które wynikają ze zmian podjętych przez Zamawiającego już w czasie jej trwania, w szczególności dotyczy: zmiany konfiguracji lub umiejscowienia aparatów w pomieszczeniu laboratorium.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 7:** Dot. pkt XI.1.1 SWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ulotek, katalogów, folderów oferowanych odczynników i analizatora, a dla pozostałych pozycji przedstawimy oświadczenie o posiadaniu tych dokumentów oraz ich dostawie na każde żądanie Zamawiającego? Jednocześnie Wykonawca poda w ofercie adres strony internetowej, na której znajdują się ww dokumenty, z której Zamawiający może stale korzystać.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 8:** Dot. Zał\_2a do SWZ, poz. 70: Czy Zamawiający wymaga aby metoda oznaczania prokalcytoniny była wystandaryzowana wobec metody referencyjnej BRAHMS PCT, co umożliwi wykorzystanie do interpretacji wyników punktów odcięcia do diagnostyki sepsy ustalonych dla wszystkich testów oznaczających prokalcytoninę w oparciu o licencję i standaryzację Brahms PCT?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie nr 9:** Dot. Zał\_2a do SWZ, poz. 65: Czy Zamawiający oczekuje aby oferowane odczynniki do oznaczania IgE posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji noworodków, niemowląt i dzieci, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga i dokonał stosownej zmiany w zał\_2b do SWZ.

**Pytanie nr 10:** Dot. Załącznik Nr 2b do SWZ, Załącznik Nr 1b do Umowy, pkt. 25.3 parametrów granicznych - moduł biochemiczny:

Prosimy o doprecyzowanie czy nie zaistniała omyłka i Zamawiający wymaga możliwości przechowywania odczynników cały czas na pokładzie? Wyniki oznaczeń są przechowywane w pamięci analizatora oraz co jakiś czas automatycznie archiwizowane na dysku zewnętrznym.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza i dokonał stosownej zmiany.

**Pytanie nr 11:** Dot. Załącznik Nr 2b do SWZ, Załącznik Nr 1b do Umowy, pkt. 25.4 parametrów granicznych - moduł biochemiczny:

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku kiedy jeden odczynnik jest płynny ale pochodzi z firmy trzeciej i oznaczany jest na kanale otwartym co wymaga przelania go do odpowiedniej kasety bez konieczności odmierzania ilości? Jego identyfikacja odbywa się automatycznie na pokładzie.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 12:** Dot. Załącznik Nr 2b do SWZ, Załącznik Nr 1b do Umowy, pkt. 26.1 parametrów granicznych - moduł ISE:

Czy pod pojęciem "całkowicie bezobsługowe elektrody" Zamawiający wymaga aby nie wymagały one takich czynności jak uzupełnianie płynów czy wymiana membran (niezależnie kto tą czynność wykonuje - operator czy serwis) nie wliczając kalibracji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 13:** Dot. Załącznik Nr 2b do SWZ, Załącznik Nr 1b do Umowy, pkt. 35 parametrów granicznych:

Czy Zamawiający dopuści aby certyfikaty CE dla oferowanego przedmiotu postępowania, dostępne były w każdej chwili na życzenie w wersji elektronicznej? Jednocześnie prosimy o usunięcie z tego pktu opisów dot. wirówek i inkubatorów, te urządzenia nie są przedmiotem tego postępowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza. Zamawiający usunie zapisy odnośnie wirówek i inkubatorów.

**Pytanie nr 14:** Dotyczy Zał\_2a i b do SWZ - formularz cenowy arkusz parametrów technicznych pkt 25.11 w zał 2b: Prosimy o oszacowanie, jaki procent oznaczeń zostanie objęty wykrywaniem lipemii, ikterii, hemolizy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada takich danych.

**Pytanie nr 15:** Dotyczy Zał\_2a i b do SWZ - formularz cenowy arkusz parametrów technicznych Tab. 2., Tab.3., Tab.4. w Zał. 2a:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w w/w Tabelach w kolumnie nr 4 "Ilość ozn. z 1 op." podać wielkość opakowania?

Prosimy o informację czy nie zaszła omyłka pisarska w Tab.4. w kolumnie 2 "Nazwa kalibratora / kontroli" i o potwierdzenie, że należy podać nazwy "Materiałów zużywalnych, płynów i innych do wykonania oznaczeń".

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonał stosownej zmiany.

**Pytanie nr 16:** Dot. SWZ pkt. XI.1.1. Prosimy o wyrażenie zgody by w przypadku gdy załączone do oferty dokumenty nie zawierają informacji o parametrach wymaganych Wykonawca jako oferent składa oświadczenie na potwierdzenie tych parametrów.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 17:** Prosimy Zamawiającego o odpowiedzieć czy możliwa będzie dostawa i instalacja analizatora do końca 2024 roku?

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał stosownej zmiany.

**Pytanie nr 18:** dotyczy zał. nr 7 projektowane postanowienia umowy par. 1 ust. 2 pkt 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatne” na „w ramach wynagrodzenia”?

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 5 w §1 ust. 2 i nadaje mu brzmienie:

„5) przeszkolenie w ramach wynagrodzenia umownego pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi analizatorów”.

**Pytanie nr 19:** dotyczy zał. nr 7 projektowane postanowienia umowy par. 1 ust. 3 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5-dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”? Ewentualnie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 20:** dotyczy zał. nr 7 projektowane postanowienia umowy par. 1 ust. 5 i ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zrezygnować z wersji pisemnej instrukcji i pozostać przy formie elektronicznej tj. pliku przesyłanego w email lub udostępnionego na stronie internetowej? Rozwiązanie takie należy uznać za optymalniejsze z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, zapewniające Zamawiającemu bieżący i nieograniczony dostęp, zwłaszcza wobec postępującego procesu elektroniczacji.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 21:** dotyczy zał. nr 7 projektowane postanowienia umowy par. 1 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia, tak aby zmniejszenie nie mogło przekroczyć 20 % całkowitej wartości umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody ale dokonał stosownej zmiany.

**Pytanie nr 22:** dotyczy zał. nr 7 projektowane postanowienia umowy par. 2 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "dni" na "dni robocze"?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonał stosownej zmiany.

**Pytanie nr 23:** dotyczy zał. nr 7 projektowane postanowienia umowy par. 7 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 24:** dotyczy zał. nr 7 projektowane postanowienia umowy par. 7 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 25:** dotyczy zał. nr 7 projektowane postanowienia umowy par. 7 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu? Naprawy aparatury w ciągłym użytkowaniu są normalnym zjawiskiem, a w związku z tym, w pierwszej kolejności Wykonawca powinien mieć zapewnioną możliwość przywrócenia sprawności sprzętu. Pozostawienie tak restrykcyjnych, niestandardowych zapisów, jak proponowane obecnie przez Zamawiającego będzie wiązało się z ponoszeniem przez Wykonawcę nieproporcjonalnie dużego ryzyka finansowego, które będzie musiało zostać uwzględnione w cenie oferty, co wpłynie na koszt zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonał stosownej zmiany.

**Pytanie nr 26:** dotyczy zał. nr 7 projektowane postanowienia umowy par. 7 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sformułowania "godziny na dobę przez wszystkie dni w roku." na "godzin w dni robocze"?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 27:** dotyczy zał. nr 7 projektowane postanowienia umowy par. 10 ust. 1 pkt 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości miesięcznego czynszu dzierżawnego?

Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sformułowania "jednak nie mniej niż 200,00 złotych za każdą godzinę zwłoki" na "jednak nie mniej niż 20,00 złotych za każdą godzinę zwłoki w dni robocze"? Funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego i powinna służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do wzbogacenia się jednej ze stron kontraktu, ponadto mogłaby zostać uznana za rażąco wygórowaną. To w konsekwencji mogłoby narażać Zamawiającego na dodatkowe koszty choćby postępowania sądowego, którego przedmiotem byłoby miarkowanie.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany w §10 ust. 1 pkt 3 Wzoru umowy i nadaje mu brzmienie:

„3) za zwłokę w zrealizowaniu czynności określonych w § 7 ust. 5 i 6 Umowy w wysokości 1% wartości brutto miesięcznego czynszu dzierżawnego danego Sprzętu, jednak nie mniej niż 200,00 złotych za każdą godzinę zwłoki”.

**Pytanie nr 28:** dotyczy zał. nr 7 projektowane postanowienia umowy par. 10 ust. 1 pkt 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości miesięcznego czynszu dzierżawnego?

Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sformułowania “jednak nie mniej niż 200,00 złotych za każdy dzień zwłoki” na “jednak nie mniej niż 20,00 złotych za każdy dzień zwłoki”?

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany treści §10 ust. 1 pkt 4 Wzoru umowy i nadaje mu brzmienie: „4) za zwłokę w zrealizowaniu czynności określonych w § 7 ust. 7 i 8 Umowy w wysokości 1% wartości brutto miesięcznego czynszu dzierżawnego danego Sprzętu, jednak nie mniej niż 200,00 złotych za każdy dzień zwłoki;”

W pozostałym zakresie Zamawiający nie dokonuje modyfikacji ww. postanowienia umownego.

**Pytanie nr 29:** dotyczy zał. nr 7 projektowane postanowienia umowy par. 10 ust. 1 pkt 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości miesięcznego czynszu dzierżawnego?

Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sformułowania “jednak nie mniej niż 2000,00 złotych za każde zdarzenie” na “jednak nie mniej niż 200,00 złotych za każde zdarzenie”?

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany treści §10 ust. 1 pkt 5 Wzoru umowy i nadaje mu brzmienie: „5) za niewykonanie czynności, o których mowa w § 7 ust. 4 Umowy w wysokości 2% wartości brutto miesięcznego czynszu dzierżawnego danego Sprzętu, jednak nie mniej niż 2000,00 złotych za każde zdarzenie”.

**Pytanie nr 30:** dotyczy zał. nr 7 projektowane postanowienia umowy par. 10 ust. 1 pkt 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna wynosiła “200,00 zł” za każde zdarzenie?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonał stosownej zmiany.

**Pytanie nr 31:** dotyczy zał. nr 7 projektowane postanowienia umowy par. 10 ust. 1 pkt 7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia “z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” na “z przyczyn zawnionych przez Wykonawcę”?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje zmiany treści tego postanowienia. Interpretacja tego postanowienia wskazuje, że jeżeli odstąpienie będzie wynikało z działań Wykonawcy, za które odpowiedzialność on ponosi, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej.

**Pytanie nr 32:** dotyczy zał. nr 7 projektowane postanowienia umowy par. 10 ust. 4 czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych wynosiła 10 % wartości Wynagrodzenia całkowitego określonego w § 4 ust. 1 Umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Wzoru umowy w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 33:** dotyczy zał. nr 7 projektowane postanowienia umowy par. 10 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie “do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

**Odpowiedź:** Zamawiający wskazuje, że odpowiedzialność Wykonawcy będzie wyliczana do wartości rzeczywiście poniesionej szkody zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie treści, że „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”.

**Pytanie nr 34:** dotyczy zał. nr 7 projektowane postanowienia umowy par. 11 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu:

„po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany pkt 1 i 2 w §11 ust. 2 Wzoru umowy i nadaje im brzmienie:



„1) trzykrotnej zwłoki w realizacji dostaw lub reklamacji w zakresie asortymentu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3 Umowy;  
2) dwukrotnej zwłoki w realizacji dostaw lub reklamacji przekraczające 5 dni roboczych;”

W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Wzoru umowy. Okoliczności te nie są związane z dodatkowym wezwaniem Wykonawcy do prawidłowej realizacji zamówienia, a następują one niezależnie od wezwania Wykonawcy. Wykonawca swoje obowiązki powinien realizować w sposób terminowy i zgodny z umową.

**Pytanie nr 35:** dotyczy zał. nr 7 projektowane postanowienia umowy par. 11 ust. 2 pkt 1) i pkt 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację - zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

**Odpowiedź:** Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 34.

**Pytanie nr 36:** dotyczy zał. nr 7 projektowane postanowienia umowy par. 11 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

W przypadku braku zgody na usunięcie niniejszego postanowienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu "lecz nie dłużej niż 3 miesiące po jej zakończeniu"?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści ww. postanowienia.

**Pytanie nr 37:** dotyczy zał. nr 7 projektowane postanowienia umowy par. 12 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści ww. postanowienia.

**Pytanie nr 38:** dotyczy zał. nr 7 projektowane postanowienia umowy par. 12 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu zadania “z zastrzeżeniem § 1 ust. 10.”?

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany §12 ust. 4 Umowy i nadaje mu brzmienie:

„4. Wykonawcy nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze w przypadku niezrealizowania pełnego zakresu Umowy określonego w Załączniku nr 1 a i b do Umowy, z zastrzeżeniem §1 ust. 10 Umowy.”

**Pytanie nr 39:** dotyczy zał. nr 7 projektowane postanowienia umowy par. 15 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia, tak aby Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, mogło się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy? Uzasadnienie: W projekcie umowy, zawarto postanowienia przewidujące waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Zostały one jednak sformułowane w taki sposób, że w przypadku umowy, która może być zawarta w wyniku tego postępowania przetargowego, waloryzacja wynagrodzenia będzie w praktyce niemożliwa z uwagi na to, że jej warunki wstępne nie mogą zaistnieć lub będzie miała pomijalną wartość. Takie sformułowanie postanowień powoduje, że mają one pozorny charakter, a zatem ich umieszczenie stanowi obejście normy wynikającej z art. 439 Prawa zamówień publicznych, która wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umowy w tym zakresie. Przyjęta wartość maksymalna waloryzacji zdaniem Zamawiającego jest poprawna.

**Pytanie nr 40:** dotyczy zał. nr 8 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych par. 3 ust. 4 oraz par. 13 ust. 3 Zwracamy się z prośbą o modyfikację postanowienia w sposób zezwalający Wykonawcy na podpowierzenie przetwarzania spółkom powiązanym i podwykonawcom Wykonawcy w zakresie przetwarzania, znajdującym się również poza EOG. Lista podmiotów podprzetwarzających zostanie przedłożona Zamawiającemu do akceptacji.

Przetwarzanie danych polegać będzie wyłącznie na potencjalnym dostępie zdalnym do analizatorów. Serwisant spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego uzyska realny dostęp do danych wyłącznie wtedy, gdy otrzyma prośbę o wsparcie, a jednocześnie dane osobowe będą umieszczone w analizatorze. Podkreślamy również, że Wykonawca w celu należytego zapewnienia bezpieczeństwa, zapewnia zgodność z wymaganiami oraz zobowiązuje podwykonawców do przestrzegania zasad uregulowanych niniejszą Umową na takich samych warunkach, którym sam podlega. Globalne koncerny podczas

świadczenia dostaw lub usług wykorzystują spółki ze swoich grup kapitałowych, co pozwala na korzystanie z unikalnej wiedzy o danym produkcie lub dostępu do tego produktu. Ponadto, siedziba firmy mieści się w Szwajcarii, poza obszarem EOG, w związku z czym, uzyskanie zgody na podpowierzenie przetwarzania podwykonawcom, w tym znajdującym się poza EOG, jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej oraz sprawnej realizacji usługi przez Wykonawcę.

Prosimy również o dodanie do niniejszego postanowienia zastrzeżenia: „Wyjątek stanowią spółki powiązane i podwykonawcy Procesora z listy opisanej załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy. Lista może ulec zmianie, a na propozycję dodania nowych podmiotów Administrator ma prawo nie wyrazić zgody.” Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, to czy będzie korzystał z analizatorów w taki sposób, aby nie wprowadzać do nich danych osobowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał stosownej zmiany.

**Pytanie nr 41:** dotyczy zał. nr 8 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin zgłoszenia naruszenia ochrony danych został wydłużony do 48h? W ocenie Wykonawcy, wskazany przez Zamawiającego termin jest zbyt krótki. Zgodnie z Rozporządzeniem, czas na zgłoszenie faktu naruszenia ochrony danych przez Administratora wynosi 72h.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej zmiany.

**Pytanie nr 42:** dotyczy zał. nr 8 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych par. 9 ust. 3 i ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

**Odpowiedź:** NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 43:** dotyczy zał. nr 8 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych par. 11 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dodać następujące postanowienia:

"a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.

b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę

d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej zmiany.

**Pytanie nr 44:** dotyczy zał. nr 8 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych par. 11 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "dni" na "dni robocze"?

**Odpowiedź:** NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 45:** dotyczy zał. nr 8 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych par. 11 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego postanowienia? Ewentualnie, czy Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli w najkrótszym ustalonym przez Strony terminie? Należy mieć na uwadze, że nawet UODO nie przeprowadza niezapowiedzianych kontroli.

**Odpowiedź:** Na wstępie zaznaczam, że ani przepisy RODO ani ustawy o ochronie danych Osobowych nie zawierają regulacji nakazujących PUODO zawiadomienie kontrolowanego o planowanej kontroli. Oznacza to, że choć w istocie dotychczasowa praktyka Urzędu pokazała że o kontroli zawiadamiają, to jednak z punktu widzenia formalnego Urząd może przeprowadzić kontrolę w sposób niezapowiedziany. Do tego dodać należy, że dość niedawno zmienił się Prezes Urzędu i spora część kadry, a co za tym idzie nie sposób przewidzieć na dzień dzisiejszy czy nowe władze Urzędu będą kontynuować praktykę zawiadamiania o planowanej kontroli. Co do samych zapisów umownych proponuję następującą modyfikację:

Par. 11 ust. 5 Umowy: "W przypadku powzięcia przez Administratora wiadomości o rażącym naruszeniu zobowiązań wynikających z przepisów obowiązującego prawa lub Umowy, a także o incydencie, Procesor

umożliwi Administratorowi przeprowadzenie kontroli w możliwie najkrótszym ustalonym przez Strony terminie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od wyrażenia przez Administratora woli przeprowadzenia kontroli w opisywanym w niniejszej regulacji trybie.”

**Pytanie nr 46:** dotyczy zał. nr 8 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych par. 13 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Umowy załącznika nr 1 z listą podmiotów podprzetwarzających, w tym na dodanie do Umowy par. 13 ust. 6 o treści “Lista podmiotów podprzetwarzających znanych na dzień podpisania niniejszej Umowy, z których usług Podmiot przetwarzający jest uprawniony do korzystania, stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.”?

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje stosownej zmiany.

**Pytanie nr 47:** dotyczy zał. nr 8 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych par. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień zawartych w niniejszym paragrafie na następujące sformułowania:

„1. Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z niniejszą umową przetwarzania przez Przetwarzającego Danych Osobowych.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przetwarzającego niniejszej umowy, Przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.”?

**Odpowiedź:** NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 48:** dotyczy zał. nr 8 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych par. 15 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu:

„po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

**Odpowiedź:** NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 49:** dotyczy zał. nr 8 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych par. 17 ust. 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Odpowiedź:** TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 50:** dotyczy par. 7.5 czas przystąpienia do naprawy do 6h od zgłoszenia:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by wspomniany czas reakcji został zmodyfikowany na 24 h w dni robocze? Lub ewentualnie na inny czas zaproponowany przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 51:** dotyczy par. 7.7 w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 12h(lub 24h) - dostarczenie urządzenia zastępczego i dokonanie naprawy w ciągu 14 dni:

Czy Zamawiający w przypadku przedłużającej się awarii dopuszcza możliwość wykonania badań w innym laboratorium na koszt Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał stosownej zmiany.

**Pytanie nr 52:** dotyczy par. 7.6 czas naprawy max. 12h od przystąpienia do naprawy, lub 24h przypadku sprowadzania części zamiennych - zadaje pytanie o godz. w dni robocze:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu w przypadku zamawiania części zamiennych z zagranicy d 48h?

**Odpowiedź:** Zapis dotyczy wszystkich dni tygodnia. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 53:** Dotyczy projektu umowy pkt. 10 par. 1 oraz pkt. 4 par. 12 projektu umowy Zamawiający określił minimalny próg wykonania umowy w wysokości 50% wartości umowy.

Zgodnie z art. 433 pkt 4 Pzp:

„Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać:

4) możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.”

Należy podnieść, że komentowany przepis nie daje Zamawiającemu nieograniczonej swobody w określeniu minimalnego progu wykonania umowy.



Narzucenie tak skrajnie niekorzystnych warunków zamówienia przez Zamawiającego w postaci określenia minimalnego progu wykonania umowy w wysokości 50 % wartości umowy i ograniczenia, w ten sposób, roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego jest przejawem nadużycia przez niego pozycji gospodarza postępowania. Ogranicza to krąg wykonawców, którzy mogą wziąć udział w postępowaniu. Jedynie bowiem podmiot gospodarczy o dużych zasobach finansowych może sobie pozwolić na realizację zamówienia ze stratą, byle tylko wykonać zamówienie i uzyskać z tego tytułu referencyjność, przydatną przy wykazywaniu doświadczenia w wykonaniu tego rodzaju zamówień przy ubieganiu się o kolejne zamówienia publiczne w tym sektorze. Jest to sprzeczne także z celami dyrektywy 2014/24/UE, która promuje udział małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) w zamówieniach publicznych w ramach celów socjalnych dyrektywy.

Ponadto, wykonawca zobowiązany jest ponieść określone koszty stałe, takie jak zatrudnienie odpowiedniej ilości pracowników, nabycie i utrzymanie określonej ilości sprzętu do wykonania usługi na podstawie długoterminowych umów z dostawcami, do tego koszty produkcji, kredytu, leasingu itp., zaś nagłe ograniczenia wykonywania usługi powodują niekiedy konieczność zwolnień pracowników, i to w trybie ekonomicznym, za co, zgodnie z ustawą o zwolnieniach ekonomicznych, należne im są odprawy (art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników). Dzieje się tak, gdyż zgodnie z teorią ekonomii, w krótkim okresie co najmniej jeden czynnik produkcji jest niezmienny, stąd pojawiają się koszty stałe, których w krótkim okresie wykonawca nie jest w stanie wyeliminować w wypadku ograniczenia wielkości przedmiotu zamówienia przez zamawiającego. Ponadto, istnieje prawidłowość ekonomiczna, zgodnie z którą im większy przedmiot zamówienia, tym niższe koszty ponosi wykonawca (tzw. ekonomiczny efekt skali – koszty nie rosną wprost proporcjonalnie do wielkości produkcji, lecz maleją), na skutek czego w takim wypadku wykonawca jest w stanie zaoferować niższą cenę. Jeśli jednak już po zawarciu umowy przedmiot zamówienia zmaleje w stopniu znacznym, okaże się, że wykonawca nie jest w stanie osiągnąć efektu skali i otrzymuje wynagrodzenie po cenach niższych od takich, jakie zaoferowałby, gdyby jeszcze przed złożeniem ofert zamawiający zmniejszył przedmiot zamówienia. W dodatku, wykonawca ponosi tzw. koszty alternatywne, czyli koszty „utraconych szans”, gdyż poprzez fluktuacje wielkości przedmiotu zamówienia zobowiązany jest utrzymać w gotowości – w rezerwie – określoną ilość personelu, sprzętu i asortymentu na wypadek nagłego przywrócenia wyłączonej pierwotnej ilości do realizacji, które to zasoby mógłby wykorzystać do świadczenia usług w innym miejscu, pozostawione zaś w gotowości generują tylko koszty, zaś sprzęt dodatkowo ulega utracie wartości.

**Zatem zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę niniejszego zapisu SWZ na „.....Zamawiający zobowiązuje się zrealizować nie mniej niż 80% wartości umowy”**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody ale dokonał stosownej zmiany.

**Pytanie nr 54:** Dotyczy pkt. 8 par. 2 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wymiany towaru wadliwego z 5 dni po otrzymaniu reklamowanego towaru na 5 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji?

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał stosownej zmiany.

**Pytanie nr 55:** Dotyczy pkt. 7 par. 3 projektu umowy

Prosimy o wykreślenie niniejszego punktu albowiem zgodnie z art. 27.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach do gospodarowania odpadami obowiązany jest ich wytwórca. Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają do tego odpowiednie uprawnienia (m.in. zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów), przy czym uprawnienia te nie leżą w zakresie kompetencji dostawców systemów diagnostycznych

**Odpowiedź:** Zamawiający dopisze nie dotyczy odpadów medycznych

**Pytanie nr 56:** Dotyczy pkt. 5 par. 4 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby do dostawy dołączany był wyłącznie dokument WZ?

Uzasadnienie: faktura wystawiana jest automatycznie po wyjeździe towaru z magazynu i będzie automatycznie dostarczana na adres mailowy Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonał stosownej zmiany.

**Pytanie nr 57:** Jeśli Zamawiający podtrzyma w mocy zapis o potwierdzeniu dostawy na WZ, Wykonawca może na żądanie Zamawiającego przesłać potwierdzenie odbioru towaru na dokumencie przewoźnika. Wtedy Wykonawca dostarczy potwierdzony dokument WZ w dniu odbioru towaru mailem na adres

mailowy Wykonawcy. Brak przesłania Wykonawcy potwierdzenia odbioru towaru na dokumencie WZ w dniu odbioru towaru przez Zamawiającego nie wstrzymuje biegu terminu płatności faktury.

**Odpowiedź:** Zgodnie z pytaniem 56.

**Pytanie nr 58:** Dotyczy pkt. 6-9 par. 7 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów niniejszych punktów na: pkt 6

„6.Czas usunięcia awarii u Zamawiającego wynosi maksymalnie do 24 godzin od przystąpienia do usunięcia awarii i do 48 godzin w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych.

7.W przypadku nieusunięcia awarii, w terminie określonym w ust. 6, Wykonawca zobowiązuje się po wcześniejszym uzgodnieniu Dostawca gwarantuje pokrycie kosztów wykonania analiz w innym laboratorium u podwykonawcy zewnętrznego. dopuszcza

8.Wykonawca zobowiązuje się do wymiany Sprzętu na nowy, o nie gorszych parametrach, w okresie obowiązywania Umowy, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii uniemożliwiających jego pracę przez czas ponad 48h oraz niemożności dokonania naprawy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia awarii. Wymiana nastąpi w terminie przez Strony uzgodnionym, jednak nie później niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia awarii. W takim przypadku stosuje się ust. 7

9.Wykonawca gwarantuje możliwość zgłoszenia awarii 7 dni w tygodniu w godzinach 8-21 przez wszystkie dni w roku.”

**Odpowiedź:** Pkt 6 Zgodnie z SWZ,

Pkt 7 Zamawiający dokonał stosownej zmiany,

Pkt 8 Zamawiający dokonał stosownej zmiany,

Pkt 9 Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 59:** Dotyczy pkt. 1 par. 10 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów na:

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych:

1) za zwłokę w dostawie lub reklamacji Towarów w wysokości 0,04 % wartości niezrealizowanej dostawy lub reklamowanego Towaru, jednak nie mniej niż 20,00 złotych za każdy dzień zwłoki;

2) za zwłokę w wykonaniu czynności określonych w § 3 ust. 2 Umowy w wysokości 100,00 złotych za każdy dzień zwłoki;

3) za zwłokę w zrealizowaniu czynności określonych w § 7 ust. 5 i 6 Umowy w wysokości 1% wartości brutto miesięcznej raty dzierżawy danego Sprzętu, jednak nie mniej niż 100,00 złotych za każdą godzinę zwłoki;

4) za zwłokę w zrealizowaniu czynności określonych w § 7 ust. 7 i 8 Umowy w wysokości 1% wartości brutto miesięcznej raty dzierżawy danego Sprzętu, jednak nie mniej niż 100,00 złotych za każdy dzień zwłoki;

5) za niewykonanie czynności, o których mowa w § 7 ust. 4 Umowy w wysokości 2% wartości brutto miesięcznej raty dzierżawy danego Sprzętu, jednak nie mniej niż 200,00 złotych za każde zdarzenie;

6) za nieprzekazanie Zamawiającemu informacji, o której mowa w § 1 ust. 8 Umowy, w wysokości 0,01% wartości Umowy brutto, za każde zdarzenie;

7) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części Umowy brutto.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał zmiany treść PPU w tym zakresie w pyt. 28-33 i podtrzymuje zmienione w tych odpowiedziach postanowienia dot. kary umownych.

**Pytanie nr 60:** Dotyczy pkt. 2 ppkt 3 par. 11 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „trzykrotna reklamacja jakości tego samego wyrobu”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonał stosownej zmiany.

**Pytanie nr 61:** Dotyczy FAC

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca nie musiał oferować dedykowanych rozcieńczalników służących do manualnego rozcieńczania próbek pacjentów, w przypadku otrzymania wyników powyżej zakresu oznaczenia oznaczalności analizatora ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 62:** Dotyczy FAC

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta z wartościami dedykowanymi na oferowany analizator i odczynnik można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnika wymienionej i wymaganej w ulotce odczynnikowej. Zgoda na taki materiał kontrolny pozwoli na obniżenie kosztów oferty i pozwoli na korzystanie z renomowanego materiału kontrolnego wieloparametrowego, co jest rozwiązaniem wygodniejszym w pracy Laboratorium i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 63:** Dotyczy FAC

Czy Zamawiający posiada na wyposażeniu laboratorium podchloryn czy wymaga dostarczenia go przez Oferenta? Roztwór podchlorynu jest używany w procesie mycia i konserwacji analizatora.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 64:** Dotyczy FAC

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia soli fizjologicznej do rozcieńczania próbek? W przypadku wymogu dostarczenia roztworu, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie soli fizjologicznej Braun'a do rozcieńczania próbek o stężeniu 0,9%, bez zapisu o takim zastosowaniu w oficjalnej ulotce producenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 65:** Dotyczy FAC

Czy Zamawiający wymaga, aby dla testów wirusologicznych: HIV, HCV, HBs swoistość i czułość były tak dobrane, aby umożliwiały podanie wyników jednoznacznych, w pierwszym oznaczeniu, bez konieczności wykonywania dodatkowych oznaczeń. Wyniki podane, jak reaktywne lub niereaktywne w oparciu o jeden punkt odcięcia – potwierdzone zapisami w ulotkach odczynnikowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie nr 66:** Dotyczy pkt. 26.1, Zał 2b Warunki graniczne

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania zintegrowanego (w jednej obudowie) bezobsługowego modułu przystawki jonoselektywnej do oznaczania jonów sodu, potasu i chloru, zawierający elektrody do oznaczeń jonów Na, K i Cl?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 67:** Dotyczy pkt. 25.1, Zał. 2b Warunki Graniczne

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maksymalnej objętości próbki aspirowanej, która wynosi 35ul?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza i dokonał stosownej zmiany.

**Pytanie nr 68:** Dotyczy pkt. 32, Zał 2b Warunki Graniczne

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania testu do oznaczania B-HCG bez zapisów w ulotce odczynnikowej dotyczących zastosowań onkologicznych? Oferowany test wykrywa obecność całkowitej  $\beta$ -HCG, a więc tego samego analitu co wykrywany w innych testach komercyjnych posiadających taki zapis w ulotce. Powszechnie wiadomo, że marker ten można traktować jako marker onkologiczny po uprzednim wykluczeniu ciąży, dlatego też taki zapis nie pojawił się w ulotce do oferowanego zestawu odczynnikowego, aby uniknąć nadinterpretacji wyników podwyższonego  $\beta$ -HCG jako bezwzględnie wskazującego na chorobę nowotworową. Oferowany test posiada bardzo wysoką jakość porównywalną z innymi testami  $\beta$ -HCG dostępnymi na rynku (czułość analityczna) oraz posiada największy zakres liniowości testu - do minimum 15 000 mIU/ml  $\beta$ -HCG w pierwszym oznaczeniu bez konieczności rozcieńczania próbki. Dwustopniowa reakcja zmniejsza prawdopodobieństwo występowania interferencji. Test ten od wielu lat jest stosowany z powodzeniem w wielu centrach onkologicznych.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 69:** Dotyczy pkt. 4 Zał. 2b Warunki graniczne

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania analizatora, którego rok produkcji to 2022?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 70:** Dotyczy pkt. 36, Zał. 2b Warunki graniczne

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w punkcie 36 brzmiącym: „Oferowane odczynniki do oznaczania TSH, ft3,ft4 posiadają określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji noworodków, niemowląt, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach” - jeżeli Wykonawca potwierdzi go publikacjami naukowymi, które podają wartości referencyjne dla wymienionych populacji, a badania przeprowadzane były na grupach amerykańskich i europejskich.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 71:** Dotyczy pkt. 18, Zał. 2b Warunki graniczne

Prosimy Zamawiającego o uściślenie co miał na myśli poprzez zapis „Automatyczna konserwacja wykonywana w „tle” podczas oznaczeń wraz z ich rejestracją i sygnalizowaniem konieczności ich wykonywania”?

**Odpowiedź:** Zamawiający rozumie przez ten zapis: Wykonanie konserwacji każdego z modułów osobno tzn biochemicznego i immunochemicznego.

**Pytanie nr 72:** Dotyczy pkt. 25.4, Zał. 2b Warunki graniczne

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu odczynnikowego do wykonania badania Lipazy oraz Cystatyny C gdzie składowe R1 i R2 są gotowe do użycia, natomiast użytkownik musi je przelać do dedykowanego dla oferowanego analizatora pojemnika odczynnikowego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 73:** Czy zamawiający zgodzi się na wykonywanie oznaczeń Lipazy i Cystatyny C na kanale otwartym?

Oznaczenia te mogą być zaaplikowane na kanały otwarte oferowanego analizatora zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach medycznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 74:** Dotyczy pkt. 25.8, Zał 2b Warunki graniczne

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mieszania odczynników i próbek za pomocą mieszadeł wyposażonych w system mycia ograniczający ryzyko przeniesienia poniżej wartości istotnej klinicznie?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 75:** Dotyczy pkt.74, Zał. 2a Cennik

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania Troponiny I lub Troponiny T?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 76:** Prosimy Zamawiającego o informacje kto jest dostawcą LIS do laboratorium?

**Odpowiedź:** Moduł InfoMedica/AMMS firmy ASSECO.

**Pytanie nr 77:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli w moczu dla oznaczenia białko w płynie mózgowo-rdzeniowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 78:** Prosimy Zamawiającego o uściślenie czy parametr HbA1c zamierza wykonywać w hemolizacji czy krwi pełnej?

**Odpowiedź:** Z krwi pełnej.

**Pytanie nr 79:** Czy Zamawiający wymaga prokalcytoniny metodą immunochemiczną w oparciu o licencję BRAHMS'a i liniowości nie mniejszej niż 100ug/L?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 80:** Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu na: „Deklaracje CE dla analizatorów, wirówek, inkubatorów, dostępne on-line”. Uzasadnienie: Wymieniony sprzęt nie jest przedmiotem niniejszego przetargu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał stosownej zmiany.

**Pytanie nr 81:** Prosimy Zamawiającego o odpowiedzieć czy możliwa będzie dostawa i instalacja analizatora do końca 2024 roku?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 82:** Dotyczy Zał\_2a i b do SWZ - formularz cenowy arkusz parametrów technicznych Zał. 2a Kolumna 5 "Deklarowana ilość oznaczeń/24 M-CE": Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga doliczeń oznaczeń na przeprowadzenie kalibracji i kontroli?

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał stosownej zmiany.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) dokonuje zmiany treści SWZ poprzez zmianę terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

- składania ofert, z dnia **31.10.2024 r. godz. 10:00** na dzień **08.11.2024 r. godz. 09:00.**
- otwarcia ofert, z dnia **31.10.2024 r. godz. 11:00** na dzień **08.11.2024 r. godz. 10:00.**
- wykonawca jest związany ofertą do dnia **05.02.2025 roku.**

Ponadto Zamawiający w związku z udzieloną odpowiedzią dokonał zmian następujących dokumentów:

- SWZ biochemia immunochemia;
- Zał\_7\_do SWZ - PPU ZMIANA I;
- Zał\_2a i b do SWZ - formularz cenowy arkusz parametrów technicznych ZMIANA\_I;
- Zał\_8\_do SWZ - umowa powierzenia danych osobowych.

Wszystkie zmiany treści wskazanych wyżej dokumentu zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Zmienione dokument otrzymał nazwę:

- ZMIANA I SWZ biochemia immunochemia;
- ZMIANA\_II Zał\_2a i b do SWZ - formularz cenowy arkusz parametrów technicznych;
- ZMIANA II Zał\_7\_do SWZ – PPU;
- ZMIANA I Zał\_8\_do SWZ - umowa powierzenia danych osobowych.

Z poważaniem

**Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych**

**/ - / Marek Dakowski**

*Sprawę prowadzi: Karolina Hetmanowska-Prentke tel. +48 61 61 62 753  
e-mail: [karolina.hetmanowska-prentke@szoz.pl](mailto:karolina.hetmanowska-prentke@szoz.pl), [zampub@szoz.pl](mailto:zampub@szoz.pl)*