

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom  
Pismo: 10/10PN/2020/9

Bytom dnia: 2020-06-15

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-06-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**Zadanie 23**

Prosimy Zamawiającego o wskazanie w jakiej technologii pomiarowej mają działać czujniki do pomiaru saturacji wielorazowego użytku ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Kompatybilny z kardiomonitorem FX 2000P typu NELCOR.**

**Zadanie 121**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o typie filtracji hydrofobowej, mechanicznej o skuteczności przeciwbakteryjnej  $\geq 99,9999\%$ , przeciwwirusowej  $> 99,9999\%$ , skuteczność filtracji wg NaCl  $\geq 99,74\%$ , o wadze 39g, przestrzeni martwej 66ml, o objętości oddechowej 200-1500mm (informacja na temat objętości oddechowej umieszczona jest na każdym jednostkowym opakowaniu filtra), posiadającego standardowe złącze 22F/15M-22M/15F.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

