

## **WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego”**

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami oraz informuje o dokonanych zmianach:

**Pytanie od 1 do 5** Dotyczy lampy zabiegowej, bezcieniowej ściennej (część nr 2):

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści do zaoferowania lampę o zwartej, jednolitej, zaokrąglonej konstrukcji? Lampa nie posiada miejsc utrudniających czyszczenie i dezynfekcję.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w pkt 10 dopuści do zaoferowania 5 stopniową regulację natężenia światła w zakresie 30-100%? Jest to standardowa wartość w tego typu lampach.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Modyfikacji ulega załącznik nr 6 do SWZ.**

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w pkt 12 dopuści do zaoferowania stałą temperaturę barwową 4300 K? Jest to optymalna temperatura barwowa w lampie zabiegowej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Modyfikacji ulega załącznik nr 6 do SWZ.**

### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający w pkt 13 i 14 dopuści średnicę pola światła D10 = 170 mm? Lampę charakteryzuje bardzo duża głębokość świetlna wynosząca 1645 mm dzięki temu lampa może być znacznie oddalona od miejsca zabiegowego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający w pkt 15 dopuści wymiary czaszy 300 x 310 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Modyfikacji ulega załącznik nr 6 do SWZ.**

**Pytanie od 6 do 10 Dotyczy lampy zabiegowej, bezcieniowej, jezdnej (część nr 3):**

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści do zaoferowania lampę o zwartej, jednolitej, zaokrąglonej konstrukcji? Lampa nie posiada miejsc utrudniających czyszczenie i dezynfekcję.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający w pkt 7 dopuści do zaoferowania lampę z 4 ramienną podstawą jezdnią z 4 podwójnymi kołami w tym dwa z hamulcem? Podstawa jest bardzo stabilna, dodatkowo mniejsza ilość ramion podstawy ułatwia dostęp do lampy.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Modyfikacji ulega załącznik nr 7 do SWZ.**

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający w pkt 8 dopuści do zaoferowania maksymalne natężenie światła 100 000 LX mierzone z odległości 1m? Jest to parametr wyższy od wymaganego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Modyfikacji ulega załącznik nr 7 do SWZ.**

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający w pkt 9 dopuści do zaoferowania 5 stopniową regulację natężenia światła w zakresie 30-100%? Jest to standardowa wartość w tego typu lampach.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Modyfikacji ulega załącznik nr 7 do SWZ.**

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający w pkt 11 dopuści do zaoferowania stałą temperaturę barwową 4300 K? Jest to optymalna temperatura barwowa w lampie zabiegowej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Modyfikacji ulega załącznik nr 7 do SWZ.**

**Pytanie nr 11**

Prosimy o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 12**

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 8, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości netto umowy. Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Udzielone wyjaśnienia i zmiany SWZ są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały załączniki, w których w ramach udzielonych odpowiedzi konieczne było wprowadzenie zmian.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.