

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 66**

Dotyczy zapisów SWZ rozdz. 8 pkt. 8.1, ppkt. 8.1.7.2

Zgodnie z zapisami Załącznika I p.23.1 d Rozporządzenia EU 2017/745 MDR - "W drodze wyjątku nie są wymagane instrukcje używania dla wyrobów klasy I i klasy IIa, jeżeli wyroby takie mogą być bezpiecznie używane bez takich instrukcji".

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania instrukcji użycia.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.**

Pakiet nr 74 poz. 2

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety dwuwarstwowej o wymiarach 45x75cm z otworem przylepnym o średnicy 5cm.



2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety dwuwarstwowej o wymiarach 50x60cm z otworem przylepnym o średnicy 7cm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet nr 74 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety dwuwarstwowej o wymiarach 45cm x75cm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet nr 79

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu zawierającego dodatkowo 4 ręczniczki celulozowe 30cm x 40cm. Zgodność z normami EN 13795-1, EN 11135-1 oraz EN 556-1. Na opakowaniu jednostkowym dwie samoprzylepne naklejki transferowe. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Dodatkowo prosimy o odstąpienie od posiadania piktogramu potwierdzającego, że zestaw nie zawiera lateksu, oraz zgodę na potwierdzenie braku zawartości lateksu w karcie katalogowej / oświadczeniu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet nr 81

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha z rękawem zakończonym niepylącym poliestrowo-bawełnianym mankietem o długości min. 7cm. Zapięcie na rzep przy szyi 2cm x 5cm z jednej strony i 2cm x 10 cm z drugiej strony. Oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki. Rodzaj fartucha umieszczony na etykiecie. Zgodność z normą EN 13795-1 oraz informacje dotyczące poziomu zabezpieczenia zamieszczone w dokumentacji technicznej produktu. Opakowanie jednostkowe ze wskaźnikiem sterylizacji oraz 2 naklejkami do dokumentacji zawierającymi m.in. nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii, datę ważności. Rozmiary M -120 cm [+/- 2cm], L - 130 cm [+/- 2cm], XL - 135 cm [+/- 2cm], XXL - 145 cm [+/- 2cm]. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 70N w kierunku wzdłużnym. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet nr 83

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic z wewnętrzną warstwą chlorowaną, grubość na dłoni 0,10mm. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet nr 83, 84

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej netto za pełne opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Alternatywnie zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej netto z dokładnością do czterech miejsc po przecinku przy jednoczesnym podaniu wartości z dokładnością do dwóch miejsc.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet nr 90

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha w rozmiarach M-XXL

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Zamawiający



