

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na „**Dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów w okresie 24 miesięcy dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**” – znak sprawy **Z.II.260.015.Zp.2022**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Dotyczy Umowy. Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pytanie nr 2. Dotyczy Projektu umowy przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 9 do SWZ, §2 ust. 6. Uprzejmie prosimy o zastąpienie omyłki pisarskiej: „obsługi brokerskiej” na „realizacji umowy o której mowa w §1 ust. 1”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ w załączniku nr 9 (Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych) w §2 ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

6. *Podmiot przetwarzający po zakończeniu realizacji umowy, o której mowa w §1 ust. 1 usuwa dane osobowe przekazane przez Administratora, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie tych danych.*

Zmodyfikowana treść SWZ została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://e-propublico.pl> w dniu 16/05/2022 r.

Pytanie nr 3. Dotyczy Zadania nr 1. Czy Zamawiający wymaga, czy zaoferowany analizator hematologiczny 5 diff miał możliwość oznaczania mikro i makrocytów wraz z możliwością raportowania ich na wyniku? Podane parametry są niezbędne przy diagnostyce niedokrwistości jak również innych schorzeń hematologicznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 4. Dotyczy Zadania nr 1. Czy Zamawiający wymaga, aby osobny tryb dla próbek leukopenicznych mógł być wybierany przez Operatora manualnie (tak samo jak tryb CBC, lub CBC+5DIFF), a nie tylko automatycznie przez oprogramowanie analizatora? Manualne wybieranie trybu dla próbek leukopenicznych daje większą swobodę w weryfikacji próbek, a nie tylko tych, które spełniają kryteria oprogramowania analizatora.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 5. Dotyczy Zadania nr 1: Czy Zamawiający wymaga, aby hematokryt w zaoferowanym analizatorze hematologicznym był parametrem mierzonym, a nie wyliczanym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 6. Dotyczy Formularza oferty, Załącznik nr 2 do SWZ. Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych zadań, do których Wykonawca przystępuje?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 7. Dotyczy Zadania nr 3: Czy Zamawiający odstąpi od konieczności wpięcia do systemu informatycznego półautomatycznego czytnika pasków?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ w załączniku nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia) w Zadaniu nr 3 (Zestawienie parametrów granicznych półautomatycznego czytnika testów) poprzez wykreślenie pozycji nr 19.

Zmodyfikowana treść SWZ została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://e-propublico.pl> w dniu 16/05/2022 r.

Pytanie nr 8. Dotyczy Zadania nr 2: Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora immunologicznego, oznaczenia z zakresu immunodiagnostyki l.p. 25, 26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie testu dającego wynik jakościowy?

UZASADNIENIE: Celem badania jest uzyskanie tylko i wyłącznie wstępnej informacji o ewentualnej obecności antygeny w badanej próbce. Jeśli taki jest obecny próbka poddawana jest dalszej diagnostyce identyfikacyjnej/potwierdzającej za pomocą innych metod.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 9. Dotyczy Zadania nr 2 oraz §1 ust. 3 projektu umowy. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki z minimalnym terminem ważności 4 miesiące dla poz. 9-10, poz. 12 oraz poz. 14-15 i odpowiednio zmodyfikuje zapisy SIWZ w tym projekt umowy?

UZASADNIENIE: Ze względów na specyficzne komponenty odczynników nie można określić terminu ważności odczynników na minimum 6-mcy określone przez Zamawiającego. Wykonawca nie ma prawa gwarantować okresu ważności dłuższego niż zalecany przez producenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający w przypadku Zadania nr 2 dopuszcza złożenie oferty na odczynniki z minimalnym terminem ważności 4 miesiące dla poz. 9-10, poz. 12 oraz poz. 14-15. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów §1 ust. 3 projektu umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty i przygotowaniu umowy właściwej na dostawę odczynników.

Pytanie nr 10. Pytanie do Umowy (zał. nr 7): §4 ust. 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z komunikacji przy użyciu faksu?

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie zamówień i korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ w załączniku nr 7 (Projektowane postanowienia umowy) w §4 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Dostawy realizowane będą w okresie od ____/____/2022 r. do ____/____/2024 r. w wielkościach i asortymencie wg zapotrzebowania Kupującego (zamówienia mogą być realizowane na piśmie lub w formie e-mail) z terminem realizacji do pięciu dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia. W przypadku, gdy Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować dostawy w terminie wynikającym z niniejszego ustępu, termin ulega odpowiedniemu wydłużeniu o udowodniony przez Sprzedawcę okres, w którym nie mógł on zakupić towarów będących przedmiotem umowy z uwagi na brak surowców niezbędnych do produkcji, restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone możliwości.

Zmodyfikowana treść SWZ została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://e-propublico.pl> w dniu 16/05/2022 r.

Pytanie nr 11. Pytania do Umowy dzierżawy (Zał. nr 8): §4 ust. 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację paragrafu na: „Serwis zobowiązany jest przystąpić do pracy w ciągu 48 godz. w dni robocze i zakończyć ją nie później niż w ciągu 3 dni roboczych”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Dyrektor
SPZZOZ w Nisku

Paweł Tofil

/podpisano elektronicznie/