



ADZP-381-25/25

Poznań, 24.04.2025 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy/y: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji w przedmiocie: „**Sukcesywna dostawa fartuchów higienicznych i maseczek dla SZOZnMiD w Poznaniu**” – znak sprawy **ADZP-381-25/25**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Dot. Część 8- Chłodziarka farmaceutyczna Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz LED z przyciskami membranowymi?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści lodówkę bez wsporników do montażowych na ścianie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści standardowy zamek i dwa klucze, bez blokady cyfrowej DIGLock?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 4: Proszę o wyjaśnienie, czym właściwe jest DIGLock? Wygląda to na nazwę własną i tym samym wskazuje na konkretny produkt, ograniczając tym samym konkurencję, co jest niezgodne z ustawą o postępowaniach publicznych.

Odpowiedź: W nazwie DIGLock nastąpiła omyłka pisarska powinno być DigiLock, a nazwa Digilock jest to zamek cyfrowy produkowany przez producenta zamków bez kluczykowych. Firma powstała w północnej Kalifornii w roku 1981 i jest uznawana za światowego lidera w dziedzinie zamków, Zamawiający dokonał stosownej zmiany.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści pojemność 42 litry i wymiary zewnętrzne 480x450x550 mm (SzxGxW)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 6: Część 2, poz. 1. Czy zamawiający wyraża zgodę na podkowę pod głowę 150x35 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 7: Część 2, poz. 2. Czy zamawiający wyraża zgodę na podkowę pod głowę 200x45 mm lub 200x50mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 8: Część 2, poz. 3. Czy zamawiający wyraża zgodę na pas podtrzymujący pacjenta 200x12 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 9: Część 2, poz. 4. Czy zamawiający wyraża zgodę na pozycjoner wyprofilowany pod ramię dla pacjentów w poz. bocznej 50x15x6 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 10: Część 2, poz. 5. Czy zamawiający wyraża zgodę na ochronę na pięty 18x10x7-5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 11: Część 2, poz. 6. Czy zamawiający wyraża zgodę na pozycjoner w kształcie poduszki 35x40 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 12: Część 2, poz. 7. Czy zamawiający wyraża zgodę na krążek pod głowę dla dorosłych 200x 65 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 13: Część 2, poz. 8. Czy zamawiający wyraża zgodę na stabilizator głowy i szyi dla dorosłych 275x240x40 mm lub 230x230x57 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 14: Część 2, poz. 9. Czy zamawiający wyraża zgodę na pozycjoner uniwersalny 460x110x30 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 15: Część 2, poz. 10. Czy zamawiający wyraża zgodę na ochronę kości krzyżowej i pośladków 440x420x35 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 16: Część 2, poz. 13. Czy zamawiający wyraża zgodę na ochronę kostki i pięty 170x230x13 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 17: Część 2, poz. 14. Czy zamawiający wyraża zgodę na podkładkę pod rękę/kolano 500x150x40 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 18: Dot. Część 8- Chłodziarka farmaceutyczna, TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, poz. 7Czy Zamawiający dopuści automatyczny niezależny rejestrator temperatury ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 19: Dot. Część 8 - Chłodziarka farmaceutyczna, TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, poz. 20 Czy Zamawiający dopuści zamek mechaniczny z dwoma kluczami ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 20: Dot. Część 8- Chłodziarka farmaceutyczna, TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, poz. 21 Czy Zamawiający dopuści wymiary: 485x446x715 mm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 21: Dot. Część 8- Chłodziarka farmaceutyczna, TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, poz. 22 Czy Zamawiający dopuści pojemność 56 litrów ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 22: Dot. Część 8- Chłodziarka farmaceutyczna, TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, poz. 23 Czy Zamawiający dopuści drzwi przeszklone ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 23: dot. Część 8- Chłodziarka farmaceutyczna.

Czy Zamawiający dopuści czas usunięcia usterki na 10 dni roboczych , jednocześnie w przypadku naprawy trwającej powyżej 10 dni roboczych zapewniamy wstawienie sprzętu zastępczego ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 24: Dotyczy Części nr 9 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści grotowkręty o długości 180 mm, śr. 6,0 - przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części nr 9, Zamawiający unieważnił postępowanie przed upływem składania ofert.

Pytanie 25: dotyczące części 2 – Pozycjonery i podkładki żelowe : Czy Zamawiający dopuści pozycjoner głowy i szyi dla dorosłych w rozmiarze 25x20x10 cm?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 26: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner głowy i szyi dla dorosłych w rozmiarze 28x24x14 cm?




Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 27: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner głowy i szyi dla dorosłych w rozmiarze 22x19x6 cm?




Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 28: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner głowy i szyi dla dorosłych w rozmiarze 24x22x7 cm?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 29: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner uniwersalny w rozmiarze 45x15x10 cm?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 30: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner uniwersalny w rozmiarze 40x17,5x7,5 cm?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 31: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner uniwersalny w rozmiarze 46x10x5 cm?




Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 32: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner ochrony kości krzyżowej i pośladków w rozmiarze 40x30x5 cm?




Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 33: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner ochrony kości krzyżowej i pośladków w rozmiarze 46x41x2,8 cm?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 34: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner ochrony kości krzyżowej i pośladków w rozmiarze 50x50x3 cm?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 35: Czy Zamawiający dopuści pas stabilizujący boczną pozycję w rozmiarze 60x7x1 cm?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 36: Czy Zamawiający dopuści pas stabilizujący boczną pozycję w rozmiarze 60x14x1 cm?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 37: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner ochrony kostki w rozmiarze 32x20x1,3 cm?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 38: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner ochrony kostki w rozmiarze 32x20x1,3 cm?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 39: Dotyczy– terminu realizacji dla zadania 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 60 dni? Prośbę swoją uzasadnimy terminami dostaw na podzespoły do gotowego wyrobu, które są sprowadzane z zagranicy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 40: Zadanie 1 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że kołdry grzewcze są przeznaczone do urządzenia grzewczego Bair Hugger modelk 775 i zgodnie z wymogami aktualnej MDR dotyczącej wyrobów medycznych jakimi są kołdry i urządzenie grzewcze oferowane produktu mają spełniać wymogi instrukcji obsługi urządzenia Bair Hugger.

Odpowiedź: Zamawiający posiada urządzenie grzewcze IOB-505.

Pytanie 41: Prosimy o dopuszczenie kołder wykonanych z polipropylenu z perforacją od strony grzewczej dla szybkiego i efektywnego transferu ciepła z kołdry.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści jeżeli będzie kompatybilne z naszym urządzeniem grzewczym IOB-505, jeżeli nie będzie pracował z naszym urządzeniem grzewczym to Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 42: Prosimy o dopuszczenie kołdry grzewczej wykonanych z 2 warstw zróżnicowanych materiałów co wraz z oznaczeniami na kołdrze zapewnia łatwą identyfikację strony grzewczej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści jeżeli będzie kompatybilne z naszym urządzeniem grzewczym IOB-505, jeżeli nie będzie pracował z naszym urządzeniem grzewczym to Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 43: Prosimy o dopuszczenie kołder posiadających szczelne podłączenie z przewodem grzewczym urządzenia Bair Hugger co eliminuje dodatkową pracę związaną mocowaniem kołder, które mają taśmy, rzepy i innego typu mocowania oraz eliminuje możliwe rozszczelnienia podłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści jeżeli będzie kompatybilne z naszym urządzeniem grzewczym IOB-505, jeżeli nie będzie pracował z naszym urządzeniem grzewczym to Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 44: Prosimy o dopuszczenie kołdry w rozmiarze 213x91 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 45: dot. Części nr 11 Czy Zamawiającemu w punkcie 8 II chodzi o kabel pacjenta do Rad-G w technologii Masimo SET numer REF: 4773?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 46: dot. Części nr 11

Czy Zamawiający w pakiecie 11 oczekuje:

1) kabla pacjenta do pulsoksymetru Rad-G w technologii Masimo SET numer REF: 4773

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje, dokonał stosownej zmiany.

2) czy czujnika wielokrotnego użytku w technologii Masimo SET do pulsoksymetru Rad-G typu klips na palec, dla pacjentów >3kg ref:4325

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kabla pacjenta wskazanego w pkt 1).

3) Czujnika w technologii Masimo Set YI wielokrotnego użytku do pulsoksymetru Rad-G REF:4653

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kabla pacjenta wskazanego w pkt 1).

4) Zamawiający wymaga powyższych 3 pozycji do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kabla pacjenta wskazanego w pkt 1).

Pytanie 47: Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 7 ust. 1 pkt. c projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie:

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

c) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od wykonania postanowień Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej wartości brutto przedmiotu Umowy.

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość

przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że wyraża zgodę na przedmiotową zmianę.

Pytanie 48: dot. zał. nr 4 do SWZ _ PPU

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia w zakresie części 4 zasłony w systemie parawanów podwieszanych oraz zasłony do parawanów prysznicowych, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu:

- szkoleń pracowników,
- wstawienia sprzętu zastępczego,
- przeglądów okresowych.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej zmiany w PPU.

Pytanie 49: Prosimy o dopuszczenie koców o następujących parametrach: • zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta • wykonane z miękkiej tkaniny • strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty • unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza • mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen) • odporne na płyny • brak zawartości lateksu • uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych -Cocoon -WarmTouch -Bair Hugger Model 505 Warming unit/ Bair Hugger Model 775 -Mistral-Air -WarmAir Convective Warming -Patient Warming System PWS 71000 -Calima™ Forced Air Warming, (system mocowania typu rzep)

Odpowiedź: Zamawiający dopuści jeżeli będzie kompatybilne z naszym urządzeniem grzewczym IOB-505, jeżeli nie będzie pracował z naszym urządzeniem grzewczym to nie dopuści.

Pytanie 50: Część 1 - Koc do ogrzewania na całe ciało pacjenta

Prosimy o podanie modelu urządzenia do którego mają pasować koce.

Odpowiedź : Zamawiający posiada urządzenie grzewcze IOB-505.

Pytanie 51: Koc do ogrzewania na całe ciało pacjenta

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kołderek: - na całe ciało dla pacjenta dorosłego (195 x 100 cm) Prosimy o dopuszczenie koców pakowanych po 10 szt. w 1 opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 52: Pozycjonery i podkładki żelowe

Poz. 3 prosimy o dopuszczenie pasa stabilizującego boczną pozycję o wymiarach: część żelowa 505 x 85 x 8 mm, pas 2,5m Poz. 4 prosimy o dopuszczenie pozycjonera do pozycji bocznej o wymiarach: 520 x 413 x 230 mm. Poz. 6 prosimy o dopuszczenie pozycjonera głowy o wymiarach: 330 x 230 x 50 mm.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 53: Ciepłarka stacjonarna

Pkt. 6 Prosimy o dopuszczenie obudowy z płyty PWC zapewniającej izolację termiczną

Pkt. 7 Prosimy o dopuszczenie pokrywy z tworzywa sztucznego Plexi z system mocowania na siłownikach Aventos HKS utrzymujących pokrywę w pozycji otwartej.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści.

Pkt.8 Prosimy o dopuszczenie panelu z wyświetlaczem led, z przyciskami membranowymi oraz z indykatorami stanu urządzenia. Prosimy o dopuszczenie: wskaźnik stand-by w formie diody przy przycisku włączenia. Zgodnie z poniższym zdjęciem.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści.

Pkt. 9 Prosimy o dopuszczenie urządzenia cały czas wskazującego temperaturę rzeczywistą, zadana temperatura pojawia się na wyświetlaczu w momencie zmiany strzałkami góra/dół.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści.

Pkt. 11 Prosimy o dopuszczenie rozprowadzania ciepła za pomocą konwekcji i kondukcji. Urządzenie wyposażone jest w wentylator, który wymusza obieg gorącego powietrza. Dzięki temu, jest ono w stanie szybciej i skuteczniej podgrzewać pojemniki.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści.

Pkt. 12 Prosimy o odstąpienie od wskazanego parametru i dopuszczenie monitorowania temperatury mis grzejnych a nie powietrza, w związku z innym rozwiązaniem technologicznym jakim jest kondukcja.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści.

Pkt. 17 Prosimy o dopuszczenie mechanicznego zabezpieczenia innego niż termostat bimetaliczny

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pkt. 22 Prosimy o dopuszczenie temperatury wnętrza komory: 28 - 70 °C (Dwa zakresy: I 28 - 41 °C, II 42 - 70 °C) co 0,5 °C Pkt. 24 Prosimy o dopuszczenie: Oprogramowania wyposażonego w programator czasowy, pozwalający precyzyjnie ustalić dzienny cykl pracy urządzenia bez podziału na dni tygodnia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pkt. 26 Prosimy o odstąpienie od wymogu: prąd znamionowy 1.75 A. gdyż nie ma wymogu podawania tej wartości przez producenta. Podana musi być moc urządzenia, w zaproponowanym rozwiązaniu wynosi: 200W.

Odpowiedź : Zamawiający wyrazi zgodę.

Z poważaniem

**Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych**

/ - / Marek Dakowski

Sprawę prowadzi: Agata Szulczyk, tel. +48 61 61 62 558, e-mail: agata.szulczyk@szoz.pl, zampub@szoz.pl