

### Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zakup łóżek szpitalnych

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

#### Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-32 stopnie, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? 2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-820 mm? 3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości przy rozłożonym blacie bocznym wynoszącym 117,5 cm? 4. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 78-113 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2 Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-32 stopnie, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? 2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-820 mm? 3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości przy rozłożonym blacie bocznym wynoszącym 117,5 cm? 4. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 78-113 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 3 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-32 stopnie, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? 2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-820 mm? 3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości przy rozłożonym blacie bocznym wynoszącym 117,5 cm? 4. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 78-113 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*Dyrektor Samodzielnego Publicznego  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Chełmie  
mgr Agnieszka Kruk -/-*