

Bytom dnia: 2022-08-24

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **32/32PN/2022**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 15

Dot. Pak 31, poz.1 RURKA INTUBACYJNA ZBROJONA

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rurki z PVC z powierzchnią Satinslip ułatwiającą włożenie prowadnicy, bez oznaczenia rozmiaru i producenta na baloniku kontrolnym, z prowadnicą od rozmiaru 5,0. pozostałe parametry b/z. ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dot. Pak 32, poz.1 FILTRY ODDECHOWE DLA DOROSŁYCH I DZIECI Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie filtra o 1 g cięższego. Pozostałe parametry b/z. ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

3. Dot. Pak 32, poz 3. FILTRY ODDECHOWE DLA DOROSŁYCH I DZIECI Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie filtra Hygrobac S o masie 28 g (zamiast 25 g.) oraz przestrzeni martwej 51 ml (zamiast 42 ml.). Pozostałe parametry b/z. ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

W imieniu Zamawiającego

