

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy 17/17PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 6

Pakiet nr 79 - STAPLERY CHIRURGICZNE III

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowy, wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,4 mm do 2,6 mm, w zależności od rozmiaru staplera. Rozmiary staplera: 21, 24, 26, 29 i 32 mm. Wysokość otwartych zszywek dla rozmiaru 21 i 24 mm - 4,5 mm, 26 i 29 mm - 4,8 mm, 32 mm – 5,0 mm. Zamawiający określi rozmiar staplera przy realizacji zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający wymaga opisu zgodnie z SWZ.

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler zamykająco-tnący z prostą główką, zapewniającą większą widoczność tkanek w miednicy oraz łatwiejsze manewrowanie staplerem, przy zachowaniu tej samej długości cięcia, co w staplerach z wygiętą główką. Długość linii cięcia 40 mm, posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową, z możliwością ponownego otwarcia szczęk staplera po zamknięciu i poprawienia tkanki, umożliwiający 8 wstrzeleń ładunku podczas jednego zabiegu, załadowany ładunkiem do tkanki grubej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający wymaga opisu zgodnie z SWZ.

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera z prostą główką, o długości linii cięcia 40 mm, do tkanki grubej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 82 STAPLERY DLA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowy, wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,4 mm do 2,6 mm, w zależności od rozmiaru staplera, bez obrotowego ostrza. Rozmiary staplera: 21, 24, 26, 29 i 32 mm. Wysokość otwartych zszywek dla rozmiaru 21 i 24 mm - 4,5 mm, 26 i 29 mm - 4,8 mm, 32 mm – 5,0 mm. Zamawiający określi rozmiar staplera przy realizacji zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

W imieniu komisji przetargowej Zamawiającego:

Referent
ds. Zamówień Publicznych
Niesha M
inż. Małgorzata Jasiniok