

Pismo: sprzętmedyczny/277/2019/16

Siedlce dnia: 2019-08-08

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce, w ramach projektu "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach".

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie nr 1 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - pakiet 2 i 3 oraz zapisów SIWZ i umowy m.in. paragraf 6 ustęp 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zrezygnuje z wymogu przekazania Zamawiającemu po okresie gwarancji „niezbędnych kodów i zabezpieczeń” – jeśli dotyczy?

Dostarczenie kodów serwisowych urządzenia jest możliwe jedynie po uzyskaniu autoryzacji serwisowej (czy Zamawiający podda się, na własny koszt, procesowi autoryzacji serwisowej (uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę) zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta)

Sprzęt zakupiony od Wykonawcy to wyrób medyczny, za którego poprawne działanie Wykonawca, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu. Wygaśnięcie gwarancji na produkt nie oznacza, że automatycznie zmienia się jego natura określona przepisami prawa i, co za tym idzie, nie zmienia się natura odpowiedzialności produktowej.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zrezygnował z tego zapisu.

Pytanie nr 2 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - pakiet 2 i 3 oraz zapisów SIWZ i umowy paragraf 6 ustęp 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu „10 dni roboczych” do 12 dni roboczych?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zmodyfikował ten zapis.

Pytanie nr 3 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - pakiet 2 i 3 oraz zapisów SIWZ i umowy paragraf 8 ustęp 1b

Czy w przypadku gdy Wykonawca na czas naprawy dostarczy sprzęt zastępczy, który zapewni ciągłość pracy pracowni, Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych? W przypadku zgody prosimy o umieszczenie stosownego zapisu w umowie

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zmodyfikował ten zapis.

Pytanie 4, Zadanie nr 1 - dotyczy załącznika Nr 5- wzoru umowy

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następującą treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5, Zadanie nr 1 - dotyczy załącznika Nr 5- Wzór umowy

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6, Zadanie nr 1 - dotyczy załącznika Nr 5- Wzór Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7, Zadanie 1- dotyczy Załącznika nr 5 Wzór Umowy, §6. Pkt. 8

Wnosimy o doprecyzowanie czy zapis mówi o konserwacji urządzenia przeprowadzanej przez użytkownika, polegającej na okresowym rutynowym czyszczeniu filtrów i obudowy, archiwizowaniu badań, kasowaniu pamięci podręcznej?

Odpowiedź:

Zamawiający zrezygnował z tego zapisu.

Pytanie 8, zadanie 1- dotyczy Załącznika nr 5 Wzór Umowy, §6. Pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści jako spełnienie tego punktu możliwość zgłaszania uszkodzenia drogą mailową? Jeśli tak wnosimy o modyfikację punktu w następujący sposób: „Czas przystąpienia serwisu do naprawy gwarancyjnej od zgłoszenia uszkodzenia, przekazanego faksem lub e-mailem, wynosi max. 24 godz. w dni robocze.”

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zmodyfikował ten zapis.

Pytanie 9, zadanie 1- dotyczy Załącznika nr 5 Wzór Umowy, §6. Pkt. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas przystąpienia do serwisu uwzględniał zdalne podłączenie serwisu Wykonawcy w celu zapewnienia szybkiej diagnozy i naprawy aparatu bądź zamówienie części zamiennych na podstawie zebranych informacji?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 10, zadanie 1- dotyczy Załącznika nr 5 Wzór Umowy, §6. Pkt. 13

Prosimy o modyfikację zapisu w następujący sposób: „W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający może je usunąć na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie wady przez Wykonawcę.”

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zmodyfikował ten zapis.

Pytanie 11 Dotyczy Zadania nr 13

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu pracującego w oparciu o kasetę zawierającą odczynniki, kalibratory oraz pojemnik na odpady, osobną kasetę z materiałem kontrolnym oraz kartridż z czujnikami pomiarowymi, wykonującego oznaczenia wszystkich parametrów w ciągu 120 sekund z próbki o objętości 123 µl, posiadający system automatycznej kontroli jakości zapewniający codzienną kontrolę aparatu, na trzech poziomach, bez konieczności uzupełniania materiału kontrolnego lub innej ingerencji Operatora przez 8 dni?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 12 Dot. Załącznik nr 5 - wzór umowy Par. 3 ust. 1

Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź:

Specyfika pracy na każdym urządzeniu jest inna i zamawiający nie jest precyzyjnie oszacować ilość osób do szkolenia. Ponadto, zgodnie z warunkami umowy, przedmiotem szkolenia jest obsługa dostarczonego urządzenia a miejsce szkolenia jest tożsame z miejscem dostawy, dlatego też ilość szkolonych osób nie ma wpływu na szacowanie wartości oferty.

Pytanie 13 - wzór umowy Par. 3 ust. 7

Par. 3 ust. 7 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie oraz doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy. Postanowienie umowy w obecnej formie budzi wątpliwości co do jego interpretacji.

Odpowiedź:

Zamawiający zrezygnował z tego zapisu.

Pytanie 14 - wzór umowy Par. 6 ust. 6

Par. 6 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia umowy na: "W okresie gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z usuwaniem wad i awarii dostarczonego przedmiotu Umowy, za które Wykonawca jest odpowiedzialny. W przypadku, gdy awaria nastąpiła z winy Zamawiającego, lub w wyniku niestosowania się przez Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, koszty usuwania wad i awarii ponosić będzie Zamawiający"

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zmodyfikował ten zapis.

Pytanie 15. - wzor umowy Par. 6 ust. 13

Par. 6 ust. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?
Uzasadnienie: Przedmiot zamówienia jest urządzeniem złożonym dlatego w większości przypadków wystąpienia awarii wymagana jest interwencja doświadczonego inżyniera autoryzowanego serwisu producenta. Dlatego, niedopuszczalne jest, aby inna osoba ingerowała samodzielnie, bez konsultacji z autoryzowanym serwisem w stan urządzenia, które uległo awarii, gdyż przez wzgląd na brak doświadczenia i wiedzy w zakresie kompleksowych usług serwisowych przedmiotu umowy jego działania mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia aparatury.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16. - wzor umowy Par. 7 ust. 3

Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17 - wzor umowy Par. 8

Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18. - wzór umowy Par. 8 ust. 1 lit. a

Par. 8 ust. 1 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu "za każdy dzień" na "za każdy dzień zwłoki"?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zmodyfikował ten zapis.

Pytanie 19. - wzór umowy Par. 11 ust. 4

Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 20 Dotyczy: Zadanie 10, załącznik nr 5 wzór umowy, § 6 pkt 5.

Prosimy o potwierdzenie, że „charakter pełny” gwarancji odnosi się wyłącznie do usuwania staraniem i na koszt wykonawcy usterek/awarii powstałych z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, w tym z powodu wad własnych przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 21 Dotyczy: Zadanie 10, załącznik nr 4, minimalne wymagania techniczne sprzętu, pkt 37.

Prosimy o informację, czy poprzez powyższy wymóg Zamawiający rozumie konieczność zawarcia w ofercie jedynie kosztów podłączenia systemu PACS/RIS po stronie dostarczanego aparatu, czy również kosztów podłączenia po stronie systemu informatycznego RIS/ PACS? Jeśli oferta ma zawierać również koszty po stronie systemów informatycznych, prosimy o podanie nazwy i producenta istniejących systemów oraz ewentualnie nazwy firmy obsługującej szpital w tym zakresie.

Odpowiedź:

W cenie oferty należy uwzględnić koszty podłączenia PACS/RIS po stronie dostarczanego aparatu.

Pytanie 22 Dotyczy: Zadanie 10, załącznik nr 5 wzór umowy, § 6 pkt 14 w powiązaniu z § 6 ust. 11

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli dni robocze, tak jak ma to miejsce w odniesieniu do terminu przystąpienia do naprawy jak również do terminu usunięcia awarii.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?

(dot. § 7 ust. 2).

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 8 ust. 3 poprzez zmianę słów "odsetki ustawowe" na "odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych"?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 25

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust 1:

1. W razie nienależytego wykonania umowy, Wykonawca płaci karę umowną:

a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0, 2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1, za przedmiot odbioru, za każdy dzień licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego wykonania do dnia zgłoszenia do odbioru gotowego przedmiotu odbioru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi czy gwarancji w wysokości 0, 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, za wadliwy przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy,

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26 dot Zadania nr 14

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania nowoczesnego polegającego na zastosowaniu portu RS 232 do podłączenia drukarki, portu Ethernet do podłączenia PC oraz gniazda USB do dodatkowej archiwizacji cykli

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 27 dot Zadania nr 14

Czy Zamawiający dopuści myjnię z faktycznym poziomem hałasu wynoszącym 54dB ?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 28 dot Zadania nr 14

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 85kg?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 29 dot wzoru umowy

Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 6 ust. 11 zdania drugiego o treści:

"Strony dopuszczają możliwość przedłużenia powyższych terminów w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ich dotrzymanie będzie niemożliwe".

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30 dot wzoru umowy

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 11 ust. 1 poprzez oznaczenie dodanie zdania drugiego o treści:

"Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia".

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31 dotyczy Zadania nr 18

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta różniące się względem SIWZ następującymi parametrami:

- możliwość zamocowania do pionowych rur bądź uchwytów za pomocą imadła
- wymiary 32 x 39 x 28 cm
- masa urządzenia 6,8 kg
- przewód zasilający o długości 3,5m
- regulacja temperatury: 37°C, 40°C, 43°C, temperatura otoczenia
- brak wyświetlacza LCD; diody wskazują czy osiągnięta została zadana temperatura oraz alarmują w przypadku jej przekroczenia
- 1 zakres przepływu powietrza z prędkością 21 l/s
- brak pokrowców na przewód grzewczy
- pobór mocy ok 950W
- w zestawie 10 szt kocyków na całe ciało dla dorosłych rozmiar 203 x 102 cm; w ofercie 16 rodzajów kocyków o dla różnych typów pacjentów i różnych zastosowań

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania z zastrzeżeniem, iż przewód grzewczy musi być dezynfekowalny.

Pytanie 32 dotyczy Zadania nr 18

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania bezpiecznego urządzenia do ogrzewania pacjenta wyposażonego we wskaźnik niedrożności węża grzewczego, co pozwoli uchronić przed przegrzaniem urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 33 dotyczy Zadania nr 18

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie do ogrzewania pacjenta wyposażone było w rurę zagiętą pod kątem 90 st, co pozwala na swobodne położenie rury na łóżku bez ryzyka wyrwania rury z portu kocyka?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 34 dotyczy Zadania nr 12

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska w ppkcie 6 OPZ: "Waga urządzenia z baterią max. 8 kg" w parametrze punktowanym? Czy Zamawiający miał na myśli TAK, PODAĆ, 8 kg = 0 pkt, Poniżej 8 kg = 10 pkt. ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zmodyfikował ten zapis.

Pytanie 35 dotyczy Zadania nr 12

Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru punktowanego 6 OPZ, a tym samym przyzna punkty urządzeniu, którego ramię wraz z baterią oraz nakładką resuscytacyjną waży 6,33 kg?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 36 dotyczy Zadania nr 12

Czy zamawiający będzie wymagał aby oferowane urządzenie pozwalało na zmianę czasu przerwy na wentylację podczas kompresji klatki piersiowej (synchronizacja pracy urządzenia z respiratorem) co znacząco wpłynie na jakość prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej u pacjentów ze współistniejącymi chorobami układu oddechowego u których należy rozważyć inne czasy oraz ciśnienia podczas wentylacji (zmieniona patologicznie podatność lub rezystencja płuc).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 37 dotyczy Zadania nr 12

Czy zamawiający będzie wymagał, aby oferowane urządzenie posiadało budowę jednoramienną, pozwalającą na wykonywanie badań oraz zabiegów diagnostyki obrazowej (możliwość projekcji " skosów" oraz " nóg i głowy") bez zakłóceń w obrazie RTG ? Takie rozwiązanie jest bardzo istotne w trakcie wspomnianych procedur medycznych, gdyż daje Państwu pełne możliwości wykonania badań obrazowych w trakcie prowadzenie zabiegów resuscytacyjnych. Rozwiązanie to, pozwala również na wykonanie wkluc centralnych w obrębie szyi, pod pełną kontrolą wzrokową. Pragniemy dodać że nie jest to parametr ograniczający, ponieważ są na rynku inne firmy posiadające wspomnianą wyżej funkcjonalność, jest on natomiast istotny pod kątem zastosowań klinicznych oferowanego sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 38 dotyczy Zadania nr 16 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 45W?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 39 dotyczy Zadania nr 18

Prosimy o dopuszczenie urządzenia fabrycznie nowego, nie rekondycjonowanego, nie powystawowego, wyprodukowanego w 2017 r.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza w przedmiotowym postępowaniu, we wszystkich zadaniach, urządzenia fabrycznie nowe i nie rekondycjonowane, wyprodukowane w latach 2016 - 2019.

Pytanie 40 dotyczy Zadania nr 13 "Rok produkcji"

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fabrycznie nowego urządzenia z gwarancją 24 m-ce, wyprodukowanego w grudniu 2016 r.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza w przedmiotowym postępowaniu, we wszystkich zadaniach, urządzenia fabrycznie nowe i nie rekondycjonowane, wyprodukowane w latach 2016 - 2019.

Pytanie 41, Załącznik nr 5 Wzór umowy, § 6, ad. pkt 7.

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z wymogu przeprowadzania przeglądów technicznych (dot. analizatora parametrów krytycznych), w przypadku gdy nie są one wymagane przez producenta. Elementy odpowiadające za fizyczny pomiar w urządzeniu zabudowane są w kartridżu pomiarowym wymienianym raz na 28 dni w ramach standardowych czynności obsługowych aparatu. Brak konieczności przeprowadzania przeglądów jest potwierdzony stosownym oświadczeniem producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przeglądów tylko w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z zaleceń producenta urządzenia.

Pytanie 42 dotyczy Zadania nr 13, Ad. Pkt. 2

Czy poprzez system automatyczny Zamawiający oczekuje analizatora, w którym wszystkie kalibracje potrzebne do poprawnego działania analizatora, odbywają się w sposób całkowicie automatyczny, bez konieczności wykonywania manualnej kalibracji żadnego z parametrów (wymaganej lub tylko zalecanej przez producenta). Dotyczy kalibracji wykonywanych zarówno przez operatora jak i przez serwis oferenta.

Odpowiedź:

Należy zaoferować urządzenie spełniające warunki zawarte w SIWZ.

Pytanie 43 dotyczy Zadania nr 13 Pytanie 4, Ad. Pkt. 8

Czy poprzez bezpieczny system pobierania próbki, Zamawiający rozumie, rozwiązanie, które w trakcie aspiracji nie wymaga od operatora przytrzymywania medium (strzykawka, kapilara) z podawaną próbką a co się z tym wiąże, eliminuje ryzyko przypadkowego zakłucia się operatora igłą aspiracyjną aparatu?

Odpowiedź:

Opisane rozwiązanie mieści się w definicji "bezpieczny system pobierania próbki".

Pytanie 44 dotyczy Zadania nr 18

Prosimy o dopuszczenie ergonomicznego urządzenia o rozmiarach 33 cm wys. x 33 cm, głębokość x 36 cm szerokość oraz wadze 7,3 kg, i średnim poborze mocy 800W, które jest powszechnie stosowane w Polskich szpitalach oraz w większości krajów świata i zapewnia szybkie bezpieczne i wiarygodne ogrzewanie pacjenta.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 45 dotyczy Zadania nr 17

Mając na uwadze, że oferowane szafy przeznaczone są do pomieszczeń czystych, a więc wymagających wysokiej aseptyki, czy Zamawiający wprowadzi wymóg, aby szafy wykonane były ze stali nierdzewnej w gatunku 304 (1.4301) - stelaż, konstrukcja, wypełnienie? Szafy wykonane ze stali nierdzewnej, z uwagi na gładkość powierzchni, trwałość konstrukcji są bardzo często spotykane i pożądane w jednostkach służby zdrowia. Fronty malowane proszkowo farbą antybakteryjną zawierającą jony srebra. Na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży na etapie składania oferty przedłożyć dokument z badania aktywności antybakteryjnej zastosowanej farby potwierdzający jej bakteriobójcze właściwości. Dzięki powyższemu Zamawiający będzie miał gwarancję, że otrzyma wyroby nie tylko o bardzo wysokiej jakości, ale przede wszystkim sprzyjające utrzymaniu wysokiej aseptyki, z powierzchniami uniemożliwiającymi gromadzenie się i namnażanie bakterii, co znacznie eliminuje ryzyko zakażeń szpitalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 46 dotyczy Zadania nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy na nóżkach 140 mm (z możliwością wypoziomowania w zakresie 20mm)? Oferowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego w SIWZ

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 47 dotyczy Zadania nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy o wymiarach 500x580x2000? Oferowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 48 dotyczy Zadania nr 13

Mając na uwadze, że oferowane wózki przeznaczone są do pomieszczeń czystych, a więc wymagających wysokiej aseptyki, czy Zamawiający wprowadzi wymóg, aby wózki wykonane były ze stali nierdzewnej w gatunku 304 (1.4301) - blat, konstrukcja? Wyroby wykonane ze stali nierdzewnej, z uwagi na gładkość powierzchni, trwałość konstrukcji są bardzo często spotykane i pożądane w jednostkach służby zdrowia. Fronty malowane proszkowo farbą antybakteryjną zawierającą jony srebra. Na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży na etapie składania oferty przedłożyć dokument z badania aktywności antybakteryjnej zastosowanej farby potwierdzający jej bakteriobójcze właściwości. Dzięki powyższemu Zamawiający będzie miał gwarancję, że otrzyma wyroby nie tylko o bardzo wysokiej jakości, ale przede wszystkim sprzyjające utrzymaniu wysokiej aseptyki, z powierzchniami uniemożliwiającymi gromadzenie się i namnażanie bakterii, co znacznie eliminuje ryzyko zakażeń szpitalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 49 dotyczy Zadania nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w wysokiej jakości układ jezdny fi 100mm (dwa koła z hamulcem)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 50 dotyczy Zadania nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach (bez nadstawki): 690x700x985mm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 51 dotyczy Zadania nr 21

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z możliwością połączenia dwóch pomp w jeden zestaw z automatycznym trybem przejmowania infuzji przez drugą pompę po zakończeniu infuzji pompy pierwszej za pomocą opcjonalnej stacji dokującej? Aktualnie obserwuje się odwrót od stosowania modeli dwustrzykawkowych. Ich użycie było swego czasu bardzo powszechne i motywowane względami ekonomicznymi - tym niemniej ryzyko błędnego wprowadzenia danych (zmiana przepływu, podaż bolusa) lub zamiany strzykawek jest zdecydowanie większe przy użyciu takiej pompy, niż przy używaniu dwóch oddzielnych urządzeń. Możliwość popełnienia błędu zwiększa się w sytuacjach nagłych. Ponadto pompy dwutorowej nie można podzielić na dwie niezależne pompy - nie wolno stosować jej dla dwóch różnych pacjentów (każdy tor dla innego chorego). Wadą jest też większy ciężar pojedynczego urządzenia. Wszystkie te argumenty sprawiły, że organizacje zajmujące się bezpieczeństwem procedur medycznych uznały pompy dwutorowe za

niebezpieczne i nie zalecają ich stosowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu, Zamawiający otrzyma 22 urządzenia, zamiast 11.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 52 dotyczy Zadania nr 21

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z zakresem szybkości infuzji co 0,01 ml/h dla:

0,01 - 100 ml/h dla strzykawek 2/3 ml

0,01 - 100 ml/h dla strzykawek 5ml

0,01 - 200 ml/h dla strzykawek 10 ml

0,01 - 400 ml/h dla strzykawek 20 ml

0,01 - 600 ml/h dla strzykawek 30 ml

0,01 - 1800 ml/h dla strzykawek 50 ml

Powyższy zakres jest całkowicie wystarczający do poprawnej podaży infuzji pacjentowi. Dodatkowo takie rozwiązanie jest znacznie lepsze od rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego, ponieważ infuzja z niskimi przepływami dokładność jest zdecydowanie ważniejsza, szczególnie z możliwością współpracy pompy ze strzykawkami o rozmiarach 2/3 ml.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 53 dotyczy Zadania nr 21

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z regulowaną szybkością dozowania dawki uderzeniowej BOLUS co 0,1 ml/h dla:

0,01 - 100 ml/h dla strzykawek 2/3 ml

0,1 - 100 ml/h dla strzykawek 5ml

0,1 - 200 ml/h dla strzykawek 10 ml

0,1 - 400 ml/h dla strzykawek 20 ml

0,1 - 600 ml/h dla strzykawek 30 ml

0,1 - 1800 ml/h dla strzykawek 50 ml

Powyższy zakres jest całkowicie wystarczający do poprawnej podaży bolusa pacjentowi. Dodatkowo takie rozwiązanie jest znacznie lepsze od rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego, ponieważ dodatkowa opcja bolusa dla obsługi strzykawek o rozmiarach 2/3 ml jest bardzo ważna, szczególnie gdy priorytetem jest dokładna niska podaż infuzji.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 54 dotyczy Zadania nr 21

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z funkcją zaprogramowania profilu leku z możliwością dopisania kolejnych profili pod inną nazwą ? Zalecenia kliniczne wskazują na zaprogramowanie dla każdego leku własnego profilu z wyszczególnieniem zakresu dawek, stężeń i z dozwolonymi prędkościami bolusa

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 55 dotyczy Zadania nr 21

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z funkcją Stand-By programowaną w zakresie 1 min - 24h ? Taki przedział jest całkowicie wystarczający do poprawnego funkcjonowania pompy, a przedział między 1 sekundą a jedną minutą nie ma klinicznego zastosowania.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 56 dotyczy Zadania nr 21

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym wytrzymującym ponad 12 godzin pracy przy przepływie 5 ml/h ? Taka ilość czasu w zupełności wystarczy do poprawnej pracy urządzenia w budynku użyteczności publicznej typu szpital, w którym występują liczne gniazdka elektryczne, agregaty.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 57 dotyczy Zadania nr 21

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości pompy objętościowe z regulowaną dawką uderzeniową BOLUS co 0,1 ml/h w przedziale od 0,1 do 1200 ml/h ? Jest to zdecydowanie wystarczająca prędkość do poprawnej podaży leków pacjentowi.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 58 dotyczy Zadania nr 21

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości pompy objętościowe z ustawianą wartością ciśnienia okluzji na 12 poziomach w szerszym przedziale od 75 - 900 mmHg ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 59 dotyczy Zadania nr 21

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe z funkcją Stand-By programowaną w zakresie 1 min - 24h ? Taki przedział jest całkowicie wystarczający do poprawnego funkcjonowania pompy, a przedział między 1 sekundą a jedną minutą nie ma klinicznego zastosowania.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 60 dotyczy Zadania nr 21

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe z zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym wytrzymującym ponad 9 godzin pracy przy przepływie 25 ml/h ? Taka ilość czasu w zupełności wystarczy do poprawnej pracy urządzenia w budynku użyteczności publicznej typu szpital, w którym występują liczne gniazdka elektryczne, agregaty.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 61, dotyczy Zadania 18, pkt 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 160 x 340 x 400 mm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 62, dotyczy Zadania 18, pkt 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach zasilania 220-240 V, 50/60 Hz, 3,2A?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 63, dotyczy Zadania 18, pkt 10

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z przewodem zasilającym o długości 4 m?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 64, dotyczy Zadania 18, pkt 16

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z panelem sterowania, na którym wskazana jest aktualna zadana temperatura za pomocą diody?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 65, dotyczy Zadania 18, pkt 17

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z jednym automatycznie dobieranym przez ogrzewacz w zależności od wielkości kocyka zakresem przepływu powietrza 1415-1670 l/min?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 66, dotyczy Zadania 18, pkt 19

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z przewodem grzewczym dezynfekowalnym zamiast jednorazowych osłon?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 67, dotyczy Zadania 18, pkt 22

Czy Zamawiający dopuści kołderkę dla dorosłych na całe ciało o wymiarach 227x133 cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 68

Dotyczy załącznik nr 4 minimalne wymagania techniczne zadanie nr 16 :

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do pomyłki edycyjnej w drugiej części zadania, gdyż załączony opis parametrów technicznych wydaje się dotyczyć urządzenia do przepływowego podgrzewania płynów, natomiast zgodnie z nagłówkiem zadania oraz informacjami zawartymi w SIWZ rozdział 3.2. zadanie nr 16 ma dotyczyć dostawy 2 sztuk aparatów do ciągłej terapii nerkozastępczej.

Odpowiedź:

Nie doszło do pomyłki.

Pytanie 69, dotyczy Zadania 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie innego kształtu podstawy stołu, tj. równoległoboku, wąskiego przy kolumnie, rozszerzonego w dwóch rogach od strony segmentu nóg na kształt litery V dla pewniejszej stabilności. Rozwiązanie zapewnia taką samą lub lepszą stabilność jak opisane w zestawieniu parametrów wymaganych, ponadto umożliwia dojście operującego maksymalnie blisko do kolumny i blatu stołu.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 70, dotyczy Zadania 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z napędem hybrydowym, tj. część funkcji realizowana jest elektrohydraulicznie z pilota lub panelu (zmiana wysokości blatu, przechyły wzdłużne i boczne, blokowanie do podłoża); natomiast inna część elektromechanicznie z pilota lub panelu (zmiana kąta oparcia dolnego segmentu pleców, flex / reflex, kątowa regulacja segmentu nóg w pionie, automatyczne poziomowanie, przesuw wzdłużny blatu). W oferowanym stole regulacja podglówka oraz podnóżków w płaszczyźnie poziomej (rozchyłanie) odbywa się manualnie.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 71, dotyczy Zadania 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w elektrohydrauliczny system blokowania podstawy do podłoża (wysuwane stopki), jednakże bez systemu awaryjnego odblokowania dźwigni.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga systemu awaryjnego odblokowywania, dopuszcza się inne, niż dźwignia, rozwiązania.

Pytanie 72, dotyczy Zadania 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym wszystkie materace poszczególnych segmentów stołu (w tym części siedzeniowej i plecowej) są od siebie niezależne?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 73, dotyczy Zadania 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym wszystkie materace posiadają płaską powierzchnię na której spoczywa ciało pacjenta?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 74, dotyczy Zadania 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z systemem mocowania komponentów blatu (segmentów) za pomocą wysoce precyzyjnego i szybkiego systemu hakowo - zatrzaskowego. Montaż segmentów tym systemem odbywa się niezwykle szybko, pewnie, bezpiecznie. Nie wymaga dodatkowych zacisków, pokręteł i blokad. System ten jest obecnie cechą stołów o najwyższej jakości. Jest zatem systemem lepszym niż opisany w SIWZ system typu "pin". Ponadto oferowany stół posiada sensory rozpoznające zamontowany element.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 75, dotyczy Zadania 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o całkowitej szerokości blatu: bez szyn akcesoryjnych 530 mm, z szynami akcesoryjnymi 590 mm, co nieznacznie odbiega od wymogów opisanych w SIWZ. Prosimy o dopuszczenie takiego wymiaru i odpowiednie skorygowanie oceny punktowej.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 76, dotyczy Zadania 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z awaryjnym panelem sterowania, umieszczonym na kolumnie stołu, na bocznej ścianie od strony głowy pacjenta, płaskim, zabudowanym, niemal zlicowanym z kolumną (wystającym ok 10 mm ponad powierzchnię kolumny), z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem po kilkunastu sekundach nieużywania funkcji, polegającym na konieczności naciśnięcia klawisza odblokowującego zanim zostanie naciśnięty klawisz właściwy?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 77, dotyczy Zadania 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z bezpieczną przestrzenią pomiędzy podłożem a podstawą mniejszą niż 115 mm, umożliwiającą wsunięcie stopy operatora pod obrys teźże podstawy na całej jej bocznej powierzchni z lewej i prawej strony?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 78, dotyczy Zadania 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podglówkiem regulowanym kątowno $\pm 53^\circ$ systemem zapadkowym, zwalnianym dla bezpieczeństwa oburącz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowany zakres regulacji kątowej pod warunkiem wspomagania regulacji sprężyną gazową.

Pytanie 79, dotyczy Zadania 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podnóżkiem regulowanym elektromechanicznie w płaszczyźnie pionowej w zakresie $+90^\circ / -90^\circ$, bez dodatkowej regulacji manualnej niezależnej od napędu elektromechanicznego, rozsuwane na boki manualnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowany zakres regulacji kątowej pod warunkiem zachowania możliwości dodatkowej regulacji manualnej.

Pytanie 80, dotyczy Zadania 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu pleców w zakresie $+90^\circ / -50^\circ$?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 81, dotyczy Zadania 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym obszar przezierności dla promieni RTG od strony zagłówka z uwzględnieniem przesuwu wzdłużnego i przy zastosowaniu płyty plecowej górnej wynosi 1056 mm, co nieznacznie odbiega od wymogów SIWZ (różnica 44 mm)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 82, dotyczy Zadania 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podstawą ultrapiaską o kształcie równoległoboku, o grubości ok. 20 mm, z niewielkimi dwoma kołami umieszczonymi pod nią, niewidocznymi? Do ewentualnego przemieszczania stołu służy specjalny niewielki podnośnik nożny, bez niego podstawa jest stale zablokowana po podłożu. Operujący w tym rozwiązaniu nie wsuwa stóp pod podstawę, ale może w razie potrzeby umieścić je na jej brzegu.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 83, dotyczy Zadania 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z zaawansowanym awaryjnym panelem sterowania umieszczonym na kolumnie stołu, niezlicowanym z powierzchnią kolumny?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 84, dotyczy Zadania 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zaawansowany stół operacyjny z kolumną o przekroju większym niż 300 x 360 mm? Większy przekrój kolumny nie powinien decydować o wyborze oferty, jest wręcz parametrem lepszym, gdyż zapewnia większą stabilność dla całego stołu. Prosimy o zwiększenie tolerancji dla tego parametru

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 85, dotyczy Zadania 23

Czy zamawiający w zadaniu 23 zamówienia (DOSTAWA KONTENERÓW DO STERYLIZACJI) dopuści :

- kontenery o rozmiarze 30 cm x 28,5 cm x 13,8 cm (dł x szer x wys.)
- kontenery o rozmiarze 47 cm x 28,5 cm x 13,8 cm (dł x szer x wys.)
- kontenery o rozmiarze 59,2 cm x 28,5 cm x 20,5 cm (dł x szer x wys.)
- kontenery o rozmiarze 30 cm x 28,5 cm x 10,8 cm (dł x szer x wys.)
- kontener o rozmiarze 59,2 cm x 28,5 cm x 15,3 cm (dł x szer x wys.)

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 86, dotyczy Zadania 23

Czy zamawiający w zadaniu 23 zamówienia (DOSTAWA KONTENERÓW DO STERYLIZACJI) dopuści:

Kontenery pracujące w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną w postaci filtra PTFE (politetrafluoroetylen) na 1000 cykli sterylizacji umieszczonego w pokrywie kontenera,

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 87, dotyczy Zadania 23

Czy zamawiający w zadaniu 23 zamówienia (DOSTAWA KONTENERÓW DO STERYLIZACJI) dopuści:

-System plombowania wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku, plomba wskaźnikowa z klejącym tyłem i wskaźnikiem procesu sterylizacji

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 88, dotyczy Zadania 23

Czy zamawiający w zadaniu 23 zamówienia (DOSTAWA KONTENERÓW DO STERYLIZACJI) dopuści

Konstrukcja: wanna aluminiowa wyposażona w tabliczki opisowe po obu stronach wanny umożliwiające identyfikację kontenera, Pokrywa każdego z kontenerów dostępna w 5 kolorach, wykonana z aluminium , wyposażona w system bariery mikrobiologicznej w postaci filtrów PTFE wielorazowego użytku (na 1000 cykli sterylizacji)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pokrywy kontenera wykonanej z aluminium. Na pozostałe rozwiązania konstrukcyjne wyraża zgodę.

Pytanie 89, dotyczy Zadania 23

Czy zamawiający w zadaniu 23 zamówienia (DOSTAWA KONTENERÓW DO STERYLIZACJI) dopuści

Możliwość wymiany uszczelki w pokrywie kontenera przez serwis

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 90, dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 14 myjni dezynfektora, która widnieje pod nazwą pozycji DOSTAWA MYJKI ULTRADŹWIĘKOWEJ - 1 SZT ?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 91, dotyczy Zadania 14

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w tytule specyfikacji "DOSTAWA MYJKI ULTRADŹWIĘKOWEJ - 1 SZT.", która jednoznacznie wskazuje opisem na myjnię dezynfektor a nie myjnię ultradźwiękową?

Odpowiedź:

Nie. Nie popełniono omyłki pisarskiej.

Pytanie 92, dotyczy Zadania 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w jeden port RS232 do podłączenia zewnętrznej drukarki i PC ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 93, dotyczy Zadania 14

Zadanie nr 14 Ad. 9 Czy Zamawiający w punkcie 9 zmieni punktację parametrów technicznych na " ?10 faz = 10 pkt, <10 faz = 0pkt?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jest to parametr dodatkowo punktowany i nie ogranicza możliwości złożenia oferty.

Pytanie 94, dotyczy Zadania 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wyświetlacz LED informujący o wszystkich parametrach wymaganych przez zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 95, dotyczy Zadania 14

Zadanie nr 14 Ad. 19 Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez przepływomierzy ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 96, dotyczy Zadania 14

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w zawór spustowy? Rozwiązanie równoważne pompie spustowej, jednak tańsze w przyszłościowej eksploatacji.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 97, dotyczy Zadania 23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontenery 5 sztuk o rozmiarze 285x280x140mm (dł./szer./wys.) ?

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontenery 10 szt. o rozmiarze 465x280x140 mm (dł./szer./wys.) ?

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontenery 7 sztuk o rozmiarze 710x280x185 mm (dł./szer./wys.) ?

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontenery 7 sztuk o rozmiarze 580x280x205 mm (dł./szer./wys.) ?

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontenery 6 sztuk o rozmiarze 310x190x110 mm (dł./szer./wys.) ?

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontener 1 sztuka o rozmiarze 710x280x185 mm (dł./szer./wys.) ?

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontener 1 sztuka o rozmiarze 580x280x155 mm (dł./szer./wys.) ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 98, dotyczy Zadania 23

Czy Zamawiający zgodnie z punktem nr 7 i zawartą w nim punktacją, dopuszczając do zaoferowania system plomb jednorazowego użytku, zrezygnuje z punktacji dla wskazanego parametru technicznego ?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jest to parametr dodatkowo punktowany i nie ogranicza możliwości złożenia oferty.

Pytanie 99, dotyczy Zadania 23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontenery z pokrywą wykonaną z aluminium?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 100, dotyczy Zadania 23

Czy punkt 12 parametrów technicznych odpowiada ilościom koszy siatkowych do kontenerów zgodnie z punktem 2 parametrów technicznych ?

Odpowiedź:

Tak.

Zamawiający

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
mgr Mirosław Jętkowicz