

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji

Szpitalna 60

16-400 Suwałki

L.dz. SZW.DZI. 262.265.30/PN/WU/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia:	Doposażenie oddziałów szpitalnych w lampę zabiegową, stoły zabiegowe i operacyjne w ramach projektu pn. "Medycyna ratunkowa w sytuacjach kryzysowych" dofinansowanego w ramach Programu INTERREG VI A Litwa - Polska 2021-2027.
Numer referencyjny:	30/PN/WU/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Uczestnik 1

Pakiet nr 4

Ad 4. Czy Zamawiający dopuści obudowę kopuły głównej lampy w kształcie litery „Y” wpisanej w koło umożliwiającą pochylenie się lekarzom bez zasłaniania pola operacyjnego?

Odpowiedź: Tak

Ad 5. Czy Zamawiający dopuści obudowę kopuły głównej lampy w kształcie koła przy czym umożliwiającą pochylenie się lekarzom bez zasłaniania pola operacyjnego?

Odpowiedź: pkt 5 nie dotyczy obudowy kopuły głównej lampy

Ad 5. Czy Zamawiający dopuści obudowę kopuły głównej lampy w kształcie litery „X” wpisanej w koło umożliwiającą pochylenie się lekarzom bez zasłaniania pola operacyjnego?

Odpowiedź: pkt 5 nie dotyczy obudowy kopuły głównej lampy

Ad 13. Czy Zamawiający dopuści żywotność diod wynoszącą 50 000 h?

Odpowiedź: Nie

Ad 24. Czy Zamawiający dopuści stałą temperaturę barwową wynoszącą 4 350 K ?

Odpowiedź: Nie

Ad 25. Czy Zamawiający dopuści współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) wynoszący 98 ?

Odpowiedź: Nie

Ad 25. Czy Zamawiający dopuści współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) wynoszący 95,5 ?

Odpowiedź: Nie

Ad 26. Czy Zamawiający dopuści współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) wynoszący 98 ?

Odpowiedź: Tak

Ad 26. Czy Zamawiający dopuści współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) wynoszący 95 ?

Odpowiedź: Nie

Ad 27. Czy Zamawiający dopuści większy pobór mocy niż 70 W?

Odpowiedź: Nie

Ad 33. Czy Zamawiający dopuści wielkość kopuły wynoszącą 66 cm?

Odpowiedź: Tak

Uczestnik 2

Pytanie nr 1

Dotyczy projektowanych postanowień umowy - zał. nr 2 do SWZ, §1 ust. 17

Zwracamy się z prośbą o usunięcie ww. zapisu w całości. Lampy zabiegowe montowane są w konstrukcji budynku, więc nie ma możliwości dostarczenia i zamontowania urządzenia zastępczego, dodatkowo urządzenia są zamawiane pod

konkretny projekt, nie są trzymane na magazynie, więc tym trudniej jest dostarczyć urządzenie zastępcze odpowiadające temu przedstawionymi w specyfikacji postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 2

Dotyczy projektowanych postanowień umowy - zał. nr 2 do SWZ, §1 ust. 18

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na następujący:

W okresie gwarancji trzy naprawy tego samego elementu/podzespołu powodują wymianę danego elementu/podzespołu na nowy. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych podzespołów po naprawie powinien trwać do końca okresu gwarancji na całe urządzenie. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych na okres minimum 10 lat.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 3

Dotyczy projektowanych postanowień umowy - zał. nr 2 do SWZ, §1 ust. 21

Zwracamy się z prośbą o usunięcie ww. zapisu.

Lampa zabiegowa ani stoły nie posiadają oprogramowania, które wymagałoby aktualizacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 4

Dotyczy Załącznika Parametry techniczne cz. III - stół zabiegowy - 1 szt.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający w kolumnie 3 wymaga przy wszystkich parametrach "Tak, opisać".

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż w kolumnie 3 przy wszystkich parametrach należy wpisać "Tak, opisać".

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika w zakresie parametrów technicznych części 3 Stół zabiegowy - 1 szt.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

Termin składania ofert 31/07/2024r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 31/07/2024r. godz. 12:00

Termin związania z ofertą : 28/10/2024r.

Zamawiający
DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Adam Szałanda