

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku**  
Numer referencyjny: **ZP.3311.49-10.2024**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. **Pytanie:** „Dotyczy Formularz oferty Pakiet 4, 17, 22. Czy Zamawiający rozważy możliwość podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?(...)”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

2. **Pytanie:** „Pytania dotyczące Projektu Umowy. Dotyczy § 3 pkt 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł. netto”(…)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

3. **Pytanie:** „Dotyczy § 6 pkt 2. Prosimy o wyrażenie zgody na przesyłanie drogą elektroniczną faktur w formacie PDF na adres email wskazany przez Zamawiającego.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

4. **Pytanie:** „Dotyczy § 7 pkt 2. W związku z tym, iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 12 miesięcy, a zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy nie zasadne byłoby skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru do np. 9 m-cy?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

5. **Pytanie:** „Dotyczy § 8 pkt. 2 ust. 1, 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia / wartości brutto zareklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy (…)?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

6. **Pytanie:** „Dotyczy § 8 pkt. 2 ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10 % pozostałej do zrealizowania wartości umowy brutto.””

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

7. **Pytanie:** „Dotyczy Pakietu nr 4 pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemników o pojemności użytkowej 120 ml i całkowitej 140 ml, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SWZ.

8. **Pytanie:** „Dotyczy Pakietu nr 4 pozycja 23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek w pudełkach pakowanych po 96 sztuk przy zachowaniu ilości 5 opak.? Czy należy zwiększyć ilość do 6 op.?”

**Odpowiedź:** Ad. 1 – Zamawiający wyraża zgodę. Ad. 2 – Nie należy zwiększyć ilości do 6 op.

9. **Pytanie:** „Dotyczy Pakietu nr 4 pozycja 37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zatyczek/zakrętek w jednym kolorze?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

10. **Pytanie:** „Dotyczy Pakietu nr 17 pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści pipetki Pasteura z PE?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

11. **Pytanie:** „Dotyczy Pakietu nr 22 pozycja 2, 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wymazówek w próbówce z podłożem transportowym zarejestrowanych jako wyroby medyczne w klasie I.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

12. **Pytanie:** „Dotyczy Pakietu nr 22 pozycja 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ez pakowanych w zgrzewane torby foliowe? Jakiej pojemności powinny być ezy w poz. 6: 1 µl czy 10 µl?”

**Odpowiedź:** Ad. 1 – Zamawiający wyraża zgodę. Ad. 2 – Zamawiający wymaga: 1 µl i igła.

13. **Pytanie:** „Dotyczy Pakietu nr 22 pozycja 9. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wymazówek w opakowaniach po 500 sztuk?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego  
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

mgr Agnieszka Kruk  
/podpis/