

**UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W  
POZNANIU**

Przybyszewskiego 49

60-355 Poznań

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

**INFORMACJA  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Wyroby medyczne jednorazowego użytku dla Pracowni  
Cytostatyków

Numer referencyjny: DZP/127/2024

Zamawiający, **UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU**, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę:

**Część nr 9: Pakiet nr 9****Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.**

Osmańska 14

02-823 Warszawa

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości **232 200.00 zł brutto**.Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza oferta spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

**Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert wraz z łączną punktacją:**

Część zamówienia	Wykonawca	Kryterium - punktacja	Razem
Pakiet nr 9	<b>Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.</b> Osmańska 14 02-823 Warszawa	1 - Cena - 100.00	100,00
	<b>SKAMEX Spółka Akcyjna</b> ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	1 - Cena - 95.56	95,56

**Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:**

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Uzasadnienie odrzucenia oferty
8	<b>KD Medical Polska Sp. z o.o.</b> Legionów 192B 43-502 Czechowice-Dziedzice	<p>Oferta odrzucona w zadaniu 9 na podstawie <b>Art. 226 ust. 1 pkt 5</b> ustawy Pzp.</p> <p>Uzasadnienie: Zamawiający w pakiecie nr 9 poz. wymagał:</p> <p>1. Linia infuzyjna, bursztynowa, długości min. 160 cm do podawania cytostatyków z 2 bocznymi portami do podłączenia pojemnika z lekiem. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, zacisk zatrzaskowy i rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór bezigłowy do dostrzyknięć. Kolec z odpowietrzeniem zabezpieczonym klapką. Przyrząd nie zawiera DEHP. Przezroczysta komora kroplowa. Filtr 15um w komorze kroplowej. Produkt sterylne. Apyrogenne.</p> <p>2. Linia infuzyjna, bursztynowa, długości min. 160 cm do podawania cytostatyków z 4 bocznymi portami do</p>

		<p>podłączenia pojemnika z lekiem. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, zacisk zatrzaskowy i rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór bezigłowy do dostrzyknięć. Kolec z odpowietrzeniem zabezpieczonym klapką. Przyrząd nie zawiera DEHP. Przezroczysta komora kroplowa. Filtr 15um w komorze kroplowej. Produkt sterylny. Apirogenny.</p> <p>3. Zestaw przyłączeniowy z zaworem bezigłowym i min jednym zaciskiem zatrzaskowym. Zestaw umożliwiający podaż z worka i butelki. Kolec z odpowietrzeniem zabezpieczonym klapką.</p> <p>4. Zestaw przyłączeniowy z zaworem bezigłowym i filtrem 0,2 µm i minimum jednym zaciskiem zatrzaskowym. Zestaw umożliwiający podaż z worka i butelki. Kolec z odpowietrzeniem zabezpieczonym klapką.</p> <p>Wykonawca w pakiecie nr 9 poz. 1 zaoferował produkt, który nie spełnia warunków zawartych w SWZ. Zamawiający oczekiwał lini infuzyjnej z zaciskiem zatrzaskowym i rolkowym, natomiast Wykonawca oferuje zestaw do infuzji posiadający 2 zaciski zatrzaskowe i rolkowe - co potwierdza również dołączona do oferty karta katalogowa.</p> <p>Ponadto, Wykonawca w pakiecie nr 9 poz. 2 zaoferował produkt, który również nie zmienia warunków zawartych w SWZ. Zamawiający oczekiwał lini infuzyjnej z zaciskiem zatrzaskowym oraz rolkowym, natomiast Wykonawca zaoferował zestaw do infuzji z 2 zaciskami zatrzaskowymi i rolkowym - co potwierdza również dołączona do oferty karta katalogowa.</p> <p>Wobec powyższego Zamawiający jest zobowiązany do uznania złożonej oferty za niezgodną z zapisami zawartymi w SWZ i dokonania jej odrzucenia w zakresie Pakietu nr 9.</p>
--	--	--

#### Informacja o terminie zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 264 ust. 2 ustawy Pzp.

Umowa zostanie zawarta z datą **05.11.2024 r.**

### **Pouczenie**

Zamawiający informuje, że wobec czynności zamawiającego przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w art. 505 – 590 ustawy Pzp