

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy 17/17PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 10

Pakiet 36 poz 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego, zakres objętości oddechowej 150-1200ml, skuteczność filtracji względem bakterii $\geq 99,9999\%$, względem wirusów $\geq 99,999\%$, skuteczność filtracji wg NaCl $\geq 97,100\%$, opór przepływu 0,9 cm H₂O przy 30 l/min , 2,3 cm H₂O przy 60 l/min , 4,3 cm H₂O przy 90 l/min , objętość wewnętrzna 44ml, waga 21g, filtr ze złączem ukośnym 22M/15F-22F/15M, filtr z portem do kapnografii zakręcanym koreczkiem, sterylny.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 36 poz 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego, zakres objętości oddechowej 150-1200ml, skuteczność filtracji względem bakterii $\geq 99,9999\%$, względem wirusów $\geq 99,999\%$, skuteczność filtracji wg NaCl $\geq 97,100\%$, opór przepływu 0,8 cm H₂O przy 30 l/min , 2,1 cm H₂O przy 60 l/min , 3,7 cm H₂O przy 90 l/min , objętość wewnętrzna 36ml, filtr ze zdejmowanym złączem kątowym 90° 22M/15F-22F/15M, filtr z portem do kapnografii zakręcanym koreczkiem, sterylny.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 36 poz 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego, zakres objętości oddechowej 150-1200ml, skuteczność filtracji względem bakterii $\geq 99,9999\%$, względem wirusów $\geq 99,999\%$, skuteczność filtracji wg NaCl $\geq 97,100\%$, opór przepływu 0,8 cm H₂O przy 30 l/min , 2,1 cm H₂O przy 60 l/min , 3,7 cm H₂O przy 90 l/min , objętość wewnętrzna 36ml, masa 19g, filtr ze złączem prostym 22M/15F-22F/15M, filtr z portem do kapnografii zakręcanym koreczkiem, sterylny.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

W imieniu komisji przetargowej Zamawiającego

Referent
ds. Zamówień Publicznych
[Podpis]
inż. Małgorzata Jasiniok