

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup i dostawy odczynników, kontroli, kalibratorów i części zużywalnych wraz z  
dzierżawą analizatorów  
Numer referencyjny: ZP.3311.13-2.2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. **Pytanie:** "Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści o czułości 40 ng/ml?"

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

2. **Pytanie:** "Czy w poz. 3 Ze względu na specyfikę testów Zamawiający dopuści termin ważności wynoszący 9 miesięcy? Zważywszy na wymaganą ilość testów, taki termin ważności wydaje się wystarczający."

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego  
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

mgr Agnieszka Kruk  
/podpis/