

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy **17/17PN/2021**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 19

Pakiet nr 65

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania klipsów do klipsownic Grena typu Vclip.
2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania klipsów do klipsownic Grena typu LigaV.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga:**

**W rozmiarze M/L – średnie V clip**

**W rozmiarze L – duże Liga V**

**W rozmiarze M – małe V clip.**

Pakiet nr 68

3. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie worków o wymiarach 85x185 mm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

4. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie worków o wymiarach 160x200 mm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pakiet nr 76

5. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie staplerów ze zszywkami o wielkości grzbietu 6,5 mm, grubość 0,6 mm, niepowlekanych.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet nr 78

6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów o wysokości zszywki 4,5 mm.  
**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet nr 82

7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarze 21 do 34 mm, ostrze standardowe.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zgodnie z SWZ.**

W imieniu komisji przetargowej Zamawiającego

Referent

ds. Zamówień Publicznych

inż. Małgorzata Jasiniok