



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Bytom, 13.01.2022 r.

Nr sprawy: 2/2PN/2022

Dotyczy: **Zakup i dostawa Szybkich testów diagnostycznych (zestawy do wykrywania antygeny SARS – COV-2) dla Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.**

Odpowiedz na pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu testowego równoważnego, który nie wymaga dodatkowej czynności związanej z koniecznością wykonania kontroli zewnętrznej (pozytywnej i negatywnej) przez użytkownika testu ze względu na fakt, iż taka kontrola została już wykonana przez producenta. Natomiast kontrola prawidłowego przebiegu testu jest już zawarta w teście? Takie rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na zaoszczędzenie kaset testowych i możliwość wykorzystania ich do diagnostyki Pacjentów.

Stanowisko Zamawiającego:

Wymagamy dostarczenia kontroli zewnętrznej przynajmniej do każdej serii proponowanego produktu, ze względu na procedury kontroli jakości w laboratorium.

W imieniu Zamawiającego: