



Zduńska Wola dnia: 2024-11-04

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
ul. Królewska 29
98-220 Zduńska Wola
Tel. 43 824 4147
email sekretariat@szpital-zdwola.info

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na „**Dostawa materiałów medycznych sterylnych i niesterylnych dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. – II postępowanie**” – znak sprawy **ZSP.ZP.261.25.2024.**

Zamawiający, **Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o., ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola**, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ"):

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3, pozycji 8 fartuch ochronny jednoazowy foliowy z cienkiej folii w rozmiarze uniwersalnym?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3, pozycji 12 fartuch włókninowy z włókniny polipropylenowej?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3, pozycji 22 kieliszki do leków o pojemności 30ml? Pozostałe zgodnie z SWZ?



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy Zamawiający wymaga bądź czy dopuści w pakiecie 5, pozycji 1 worek chroniący dzieci przed utratą ciepła wykonany z miękkiego polietylenu w rozmiarze 38x30 lub 44x38 cm z kapturkiem (z możliwością regulacji), zapięciem rzepowym ułatwiającym włożenie dziecka oraz miękką podkładką pod plecy.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

5. Pakiet 4 poz. 5-7 Czy zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,09 – 0,11 mm, dłoni 0,06mm-0,08mm, oraz mankiecie 0,05mm – 0,06mm?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

6. Pakiet nr 4 poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic spełniających normę EN ISO 21420, która zastąpiła normę EN 420. Siła zrywu rękawic przed starzeniem 9 N, po starzeniu 8,5 N. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.: Zgodnie z SWZ

7. Pakiet nr 4 poz. 5-7 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic spełniających normę EN ISO 21420, która zastąpiła normę EN 420. Rękawice o grubości na palcu 0,09mm, na dłoni 0,08mm, na mankiecie 0,06mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ..

Odp.: Zgodnie z SWZ

8. Pakiet nr 4 poz. 1, 5-7 Zamawiający w wymagach podaje, iż na opakowaniach wszystkie napisy powinny być w języku polskim. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż wyraża zgodę na opakowania, które posiadają oznaczenia i napisy w języku polskim jak również posiadających dodatkowe informacje w innych językach w tym w języku angielskim oraz w postaci znormalizowanych symboli – zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi oznakowania wyrobów medycznych.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

9. Pakiet nr 4 poz. 1, 5-7 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 388.



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

Pragniemy wyjaśnić, iż zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym PPER 2016/425/UE zniesiony został obowiązek badania rękawic na odporność mechaniczną zgodnie z normą EN 388.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

10. Zamawiający informuje o dokonaniu omyłki pisarskiej w formularzu asortymentowo – cenowym w nazwie pakietu:

jest: „Pakiet nr 11”,

winno być: „Pakiet nr 1”

Zamawiający

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Szymczak
.....
Magdalena Szymczak

