

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom

WYKONAWCY  
ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony na "dostawę odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu".  
Numer referencyjny: 13/13PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny nr 2, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 25

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 testu o następującym składzie alergenowym:

t215	rBet v1 (Brzoza)
f76	nBos d4 – α-Laktoalbumina (Mleko krowie)
f77	nBos d5 – β-Laktoglobulina (Mleko krowie)
f78	nBos d8 – Kazeina (Mleko krowie)
f334	nBos d – Laktoferyna (Mleko krowie)
e204	nBos d6 – Surowiczca albumina wołowa (BSA)
f232	nGal d2 – Owalbumina (Białko jaja)
f233	nGal d1 – Owomukoid (Białko jaja)
f323	nGal d3 – Konalbumina (Białko jaja)
f356	nGal d4 – Lizozym (Białko jaja)
f422	rAra h1 (Orzech ziemny)
f423	rAra h2 (Orzech ziemny)
f424	rAra h3 (Orzech ziemny)
f427	rAra h9 (Orzech ziemny)
CCD	Marker CCD ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, wyrażamy zgodę. Taki skład panelu pozwala jednocześnie na rozszerzenie diagnostyki najczęstszych alergii pokarmowych u dzieci.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 4 testu o następującym składzie alergenowym:

i1	Jad pszczoły miodnej
i3	Jad osy pospolitej
i75	Jad szerszenia europejskiego
i208	rApi m1 - Fosfolipaza A2 (Jad pszczoły miodnej)
i213	rApi m2 - Hialuronidaza (Jad pszczoły miodnej)
i216	rApi m10 - Ikarapina/Białko bogate w reszty węglowodanowe (Jad pszczoły miodnej)
i209	rVes v5 - Antygen 5 (Jad osy pospolitej)
i211	rVes v1 - Fosfolipaza A1 (Jad osy pospolitej)
CCD	CCD marker ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dopuszcza w/w parametry lub wymogi wskazane w specyfikacji.

Zamawiający

