

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **dostawy nici i siatek chirurgicznych do Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.**

Numer referencyjny: **nici i siatki/497/2025**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1 Dotyczące asortymentu:** Zadanie 20 poz.3 : Czy Zamawiający dopuści siatkę o masie powierzchniowej 60÷85 g/m2? Reszta zgodna z SWZ

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 2 Dotyczące SWZ: Rozdział 12 SWZ:** Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty pełnomocnictwa bez wskazania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego dotyczy?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie nr 3** W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

1. § 6 W celu równego traktowania obu stron umowy, prosimy o dopisanie do wzoru umowy paragrafu o treści: "Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 30 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy."

2. § 2 ust.3 h) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: „Maksymalną wartość zmiany

wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 10 %."

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Ad 1 i Ad 2 : Zamawiający Zapisy umowy pozostawia bez zmian

**Pytanie nr 4 Pakiet 1, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: szew syntetyczny, pleciony poliglikolowy i polimlekowy USP 0, igła okrągła ½ koła 40 mm, dł. nici 90 cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie, zgodnie z zapisami SWZ

**Pytanie nr 5 Pakiet 1, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: szew syntetyczny, pleciony poliglikolowy i polimlekowy USP 1, igła okrągła ½ koła 40 mm, dł. nici 75 cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie, zgodnie z zapisami SWZ

**Pytanie nr 6 Pakiet 1, poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: szew syntetyczny, pleciony poliglikolowy i polimlekowy USP 1, igła okrągła przyostrzona ½ koła 37 mm, dł. nici 90 cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie, zgodnie z zapisami SWZ

**Pytanie nr 7 Pakiet 1, poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: szew syntetyczny, pleciony poliglikolowy i polimlekowy USP 2/0, igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 25 mm, dł. nici 75 cm, oraz USP 0, igła ½ koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym 48 mm, długość nici 75 cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie, zgodnie z zapisami SWZ

**Pytanie nr 8 Pakiet 1, poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: szew syntetyczny, pleciony poliglikolowy i polimlekowy USP 2/0, igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 mm, długość nici 75 mm ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie, zgodnie z zapisami SWZ

**Pytanie nr 9 Pakiet 1, poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: szew syntetyczny, pleciony poliglikolowy i polimlekowy USP 0, igła okrągła ½ koła 60 mm, dł. nici 120 cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie, zgodnie z zapisami SWZ

**Pytanie nr 10 Pakiet 4, poz. 1-4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: szew wchłaniający syntetyczny, monofilament z okresem wchłaniania 13-14 dni ok. 30% ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie, zgodnie z zapisami SWZ

**Pytanie nr 11 Pakiet 4, poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: szew wchłaniający syntetyczny, monofilament z okresem wchłaniania 7 dni ok. 70% ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie, zgodnie z zapisami SWZ

**Pytanie nr 12 Pakiet 4, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: szew wchłaniający syntetyczny, monofilament z długością nici 75 cm, pozostałe zgodnie z SWZ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 13 Pakiet 4, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: szew wchłaniałny syntetyczny, monofilament z długością nici 75 cm, i dł. IGŁY 35 mm zamiast 37 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie, zgodnie z zapisami SWZ

**Pytanie nr 14 Pakiet 4, poz. 4-5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: szew wchłaniałny syntetyczny, monofilament z długością nici 75 cm, pozostałe zgodnie z SWZ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 15 Pakiet 13, poz. 1-7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: szew syntetyczny, pleciony, powlekany z długościami nici 75 cm, zamiast 70 cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie, zgodnie z zapisami SWZ

**Pytanie nr 16 Pakiet 13, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: szew syntetyczny, pleciony, powlekany z dł. IGŁY 27 mm zamiast 26 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie, zgodnie z zapisami SWZ

**Pytanie nr 17 Pakiet 13, poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: szew syntetyczny, pleciony, powlekany z dł. IGŁY 27 mm zamiast 26 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie, zgodnie z zapisami SWZ

**Pytanie nr 18 Pakiet 13, poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: szew syntetyczny, pleciony, powlekany z dł. IGŁY 35 mm zamiast 37 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie, zgodnie z zapisami SWZ

**Pytanie nr 19** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1:

1. W razie wystąpienia zwłoki w dostawie towaru, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % wartości netto niezrealizowanego w terminie zamówienia jednostkowego lub jego części, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% netto niezrealizowanego w terminie zamówienia jednostkowego lub jego części oraz 5 % wartości niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający Zapisy umowy pozostawia bez zmian

Zamawiający

p.o. DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Monika Nawacka