

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony na "dostawę odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu".

Numer referencyjny: 13/13PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 19

Pakiet 5 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego czułość wynosi 97,8% a specyficzność 99%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 5 poz. 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia zewnętrznej kontroli pozytywnej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, wyrażamy zgodę, pod warunkiem gdy każdy test posiada swoją kontrolę wewnętrzną.

Pakiet 18 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zgodnie z załączoną ulotką?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Oferent nie załączył ulotki, więc nie możemy się ustosunkować do pytania.

Pakiet 18 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 25 sztuk

testów z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 19 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o następujących czułościach i swoistościach względem metody porównawczej PCR? Grypa A czułość 93,02% swoistość 97,26% Grypa B czułość 93,62% swoistość 97,84% Sars-Cov-2 czułość 95,00% swoistość 99,75% RSV czułość 94,12% swoistość 97,87%

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 20 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego czułość i specyficzność wynoszą: dla Rotawirusów: czułość – 99,9%, specyficzność – 98,8%, dla Adenowirusów: czułość – 99,9%, specyficzność – 99,5%? (wartości określono na podstawie porównania wyników z wynikami uzyskanymi innym testem komercyjnym)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 20 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego czułość wynosi 99%(GI) i 83,3%(GII)% a specyficzność 99% (GI i GII) względem metody porównawczej PCR? W porównaniu z w porównaniu z innym dostępnym na rynku testem immunochromatograficznym (Operon) czułość i specyficzność w obydwu genogrupach wynosi >99%.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 20 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego czułość wynosi 97,8% a specyficzność 97,5% względem qPCR?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT za dostarczony towar na adres e-mail? Jeśli tak to proszę o podanie adresu

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, efaktury@szpital2.bytom.pl

Zamawiający

