

Bytom dnia: 2021-07-21

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy 17/17PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 22

Pytanie 1 – PAKIET 91, poz. 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie fartuchów o następujących parametrach

Sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m², rekawy proste zakończone niepylącym poliestrowy mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapęcie na rzep szer. 2cm, dł 4,5 cm i 6,5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha na etykiecie fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 – wynikają z dokumentów, które możemy dostarczyć na wezwanie do Zamawiającego. Opakowanie z 2 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-127, XI-135, XXL-140. Termin ważności 3 lata. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 75N w kierunku wzdłużnym i min. 35N w kierunku poprzecznym: odporność na przenikanie cieczy min. 36cm H₂O - parametry potwierdzone kartą danych technicznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

W imieniu Zamawiającego