

**Szpital Specjalistyczny nr 2**  
Batorego 15  
41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy **32/32PN/2021.**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 4**

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 - siatka chirurgiczna najelitowa:

Siatkę najelitową, dootrzewnową, antyadhezyjną, miękką, niewchłaniającą, 2-warstwową, z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylen (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki i gwarantuje przepuszczalność dzięki której można uniknąć zagnieżdżenia się bakterii chorobotwórczych, z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała, nadające się do leczenia przepuklin i ubytków ścian brzucha zarówno metodą tradycyjną jak i laparoskopową. Grubość siatki 0,55 mm, gramatura średnia 108 g/m<sup>2</sup>, porowatość max 1,36 mm, z oznaczeniem strony implantacji, z możliwością przycinania siatki bez ryzyka rozwarstwienia protezy i utraty włókien polipropylenowych oraz posiadającą pamięć kształtu, w rozmiarze 20 x 25 cm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

7. Dotyczy Pakietu nr 12:

Prosimy o zwolnienie z wymogu dostarczenia na wezwanie próbki lub o możliwość zaoferowania próbki niesterylnej w mniejszym w rozmiarze 14 x 18 cm z uwagi na dużą wartość siatki?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie próbki niesterylnej.**

W imieniu Zamawiającego

