

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY
im. L. Zamenhofs w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85) 7450595

Białystok, 12.10.2023 r.

PN – 38/23/14/1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego PN-38/23/14 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do testów chorób infekcyjnych i autoimmunologicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do testów alergologicznych i reumatologicznych.

Informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania o przytoczonej poniżej treści:
na mocy art. 135 ust. 1 - 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412, 825), udzielamy **wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia.**

Treść pytań:

Pytanie nr 1:

W związku z toczącym się postępowaniem zwracamy się z następującymi zapytaniami w zakresie pakietu nr 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie buforu czyszczącego (płyn do płukania 500 mL, koncentrat do stosowania w aparacie do testów paskowych), który nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974) i tym samym nie posiada certyfikatu CE IVD?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2:

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie korekty zapisu umowy w § 4 w zakresie nazwy przedmiotu zamówienia (powinno być „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do testów alergologicznych i reumatologicznych”) oraz terminu realizacji zamówienia (powinno być 24 miesiące).

W treści w/w dokumentu wpisany jest okres 48 mscy, podczas kiedy wg zapisów SWZ dla pakietu nr 2 czas realizacji umowy to 24 miesiąc, a nazwa przedmiotu zamówienia dotyczy innego pakietu w postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zmienia treść § 4 umowy, który otrzymuje brzmienie:

§ 4

1. ***Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do testów chorób infekcyjnych i autoimmunologicznych wskazanych w Załączniku nr do niniejszej umowy dokonywana będzie w okresie 48 miesięcy od dnia podpisania umowy (dotyczy pakietu nr 1).***
2. ***Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora testów alergologicznych i reumatologicznych wskazanych w Załączniku nr ... do niniejszej umowy dokonywana będzie w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy (dotyczy pakietu nr 2).***
3. *Dostawy odczynników realizowane będą w ilości i asortymencie zgodnym z pisemnymi zamówieniami, przesyłanymi przez Zamawiającego pocztą e – mail.*

4. Dostawy odczynników odbywać się będą transportem zapewnionym przez Wykonawcę bezpośrednio do osoby składającej zamówienie, w odpowiednio oznakowanych opakowaniach, zapewniających pełną ochronę przedmiotu zamówienia przed czynnikami szkodliwymi.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy wraz z fakturą, w **terminie 7 dni roboczych** od dnia złożenia zamówienia.
6. Okres ważności dostarczonego towaru nie może być krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy.
7. Dostawa zostanie skontrolowana pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem z chwilą jej otrzymania. Gdy dostawa okaże się niewłaściwa pod względem ilościowym, brakujący towar zostanie dostarczony w **terminie 10 dni**. Koszty zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem oraz koszty dostarczenia brakującego asortymentu poniesie Wykonawca.
8. W przypadku dostawy towaru w całości lub w części o niewłaściwej jakości, Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację złożoną na piśmie w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, towar wolny od wad zostanie dostarczony w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji za zasadną. W przypadku nieustosunkowania się Wykonawcy do reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną i jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin do rozpatrzenia reklamacji.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru niż określona w niniejszej umowie.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymagana kalibracja aparatu (minimum 1 raz w miesiącu) była wykonywana przez przeszkolonego Pracownika Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający może doprecyzować jaki rodzaj czytnika kodów kreskowych jest wymagany? Czy Zamawiający miał na myśli jedno- czy dwukierunkowy czytnik kodów kreskowych?

Odpowiedź: Czytnik ma być wystarczający do wykonania testów i przesłania wyników do systemu Marcel.

Pytanie nr 5:

Czy dla pakietu nr 2 Zamawiający wymaga dostarczenia analizatora do testów paskowych, który jest fabrycznie nowy czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który jest w użyciu przez Zamawiającego, jest w pełni sprawny i posiada aktualny paszport techniczny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby analizator był fabrycznie nowy (vide: § 3 ust. 1 umowy). Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie analizatora, który jest w użyciu przez Zamawiającego, jest w pełni sprawny i posiada aktualny paszport techniczny.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w trakcie trwania umowy do każdego zamówionego opakowania zestawu testowego (każdy zawiera 16 pasków testowych) bezpłatnie była dołączona proporcjonalna liczba płytek inkubacyjnych (z 30 rynienkami kompatybilnymi z półautomatem)?

W tabeli załącznika nr 2b Zamawiający wskazał wymaganą liczbę opakowań płytek (poz. Nr 3- 94 szt , poz. Nr 4-16 szt), które we wskazanej liczbie zapewnią możliwość wykonania oznaczeń znacząco przekraczających liczbę badań wymaganych do wykonania w ramach pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jedną tackę do jednego opakowania (16 pasków) testów.

Pytanie nr 7:

W związku z toczącym się postępowaniem zwracamy się z następującymi zapytaniami w zakresie pakietu nr 2:

Zwracamy się z prośbą o wskazanie, którą wersję formularza/tabeli należy uznać za formularz asortymentowo-cenowy i posłużyć się nim kalkulując wartość oferty.

Tabela zawarta w formularzu ofertowym (zał. nr 1) pod względem wymaganej zawartości i pożądaných danych (dzierżawa?) odbiega bowiem od wartości wskazanych w tabeli załącznika nr 2B (odczynniki i dzierżawa?). W związku z powyższym nie ma możliwości skalkulowania wszystkich danych obejmujących zarówno asortyment odczynnikowy jak i dzierżawę analizatora w jednej tabeli. Prosimy o korektę i/lub wyjaśnienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż modyfikuje Formularz Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) w zakresie punktu I, który otrzymuje brzmienie:

Pakiet 1 – Odczynniki wraz z dzierżawą analizatora do testów chorób infekcyjnych i autoimmunologicznych

Wartość odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz części zużywalnych oferowanych przez Wykonawcę:

Lp.	Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, części zużywalne (wyszczególnić)	Jedn.	Ilość	Cena brutto	Wartość brutto	Stawka VAT (%)	Producent	Nazwa handlowa, nr katalogowy
1								
2								
3								

WARTOŚĆ NETTO ZŁ, WARTOŚĆ BRUTTO ZŁ

MIESIĘCZNE RATY DZIERŻAWNE ZA ANALIZATOR ZGODNIE Z OPZ (ZAŁ. NR 2 A) DO SWZ)

Analizator	Nazwa urządzenia, asortymentu, model, typ	Dzierżawa miesięcznie netto zł	Ilość miesięcy	Wartość netto zł (48 m-cy)	VAT %	Wartość brutto zł (48 m-cy)
			48			

WARTOŚĆ NETTO ZŁ, WARTOŚĆ BRUTTO ZŁ

Łączna wartość oferty (odczynniki wraz z dzierżawą) na okres 48 miesięcy wynosi: zł brutto

Pakiet 2 – Odczynniki wraz z dzierżawą analizatora do testów alergologicznych i reumatologicznych

Wartość odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz części zużywalnych oferowanych przez Wykonawcę:

Lp.	Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, części zużywalne (wyszczególnić)	Jedn.	Ilość	Cena brutto	Wartość brutto	Stawka VAT (%)	Producent	Nazwa handlowa, nr katalogowy
1								
2								
3								

WARTOŚĆ NETTO ZŁ, WARTOŚĆ BRUTTO ZŁ

MIESIĘCZNE RATY DZIERŻAWNE ZA ANALIZATOR ZGODNIE Z OPZ (ZAŁ. NR 2 B) DO SWZ)

Analizator	Nazwa urządzenia, asortymentu, model, typ	Dzierżawa miesięcznie netto zł	Ilość miesięcy	Wartość netto zł (24 m-cy)	VAT %	Wartość brutto zł (24 m-cy)
			24			

WARTOŚĆ NETTO ZŁ, WARTOŚĆ BRUTTO ZŁ

Łączna wartość oferty (odczynniki wraz z dzierżawą) na okres 24 miesięcy wynosi: zł brutto

KIEROWNIK
Szekcji Zamówień Publicznych

mgr Iwona Kisiel