



BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
49-301 BRZEG, ul. MOSSORA 1
tel. 77 444 65 75, sekretariat 77 444 65 36,
e-mail: zamowienia.publiczne@bcmbrzeg.pl
REGON: 000 313 437 NIP: 747 15 71 941

PN/4/2024

Brzeg, 6.09.2024 r.

Do wszystkich
Wykonawców, którzy pobrali
Specyfikację Warunków Zamówienia

II WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „[Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu](#)” – PN/4/2024.

Zamawiający - Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm. – dalej jako ustawa Pzp.) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły w dniu **23.08. 2024 r.** do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dotyczy Zał. nr 2.3 do SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy poz. 1 Tabela 1 - Opis przedmiotu zamówienia oraz pkt 3 Tabela 2 - Parametry techniczne i użytkowe bezwzględnie wymagane dla automatycznego analizatora hematologicznego z rozdziałem na 5 populacji:

Czy z uwagi na szeroki wachlarz oddziałów i poradni przyszpitalnych Brzeskiego Centrum Medycznego Zamawiający wymaga, aby analizator miał możliwość raportowania na wyniku parametrów, umożliwiających ocenę populacji krwinek czerwonych pod względem ich wielkości?

Wykonywanie tych parametrów umożliwia diagnostykę i różnicowanie niedokrwistości mikrocytarnych i makrocytarnych, zespołów mielodysplastycznych oraz monitorowanie leczenia.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga, żeby analizator miał możliwość raportowania na wyniku parametrów umożliwiających ocenę populacji krwinek czerwonych pod względem ich wielkości.

Pytanie nr 2

Dotyczy Zał. nr 2.3 do SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy Tabela 2 pkt 22 - Parametry techniczne i użytkowe bezwzględnie wymagane dla automatycznego analizatora hematologicznego z rozdziałem na 5 populacji:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie i podtrzymanie zapisów z załącznika nr 10.2 do SWZ - Wzór umowy dzierżawy §2 ust. 2 pkt c) - dotyczących usunięcia awarii w terminie do 48h w dni robocze, zaś reakcji na zgłoszenie do 24h w dni robocze.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał w powyższym zakresie ujednolicenia zapisów. Patrz: zmiana nr 1
(I Wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana treści SWZ).

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje, jako **stanowiące integralną część SWZ.**

Zgodnie z art. 135 ust. 6 oraz 137 ust. 2 ustawy Pzp stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Dyrektor
Brzeskiego Centrum Medycznego
Kamil Dybizbański

.....
Kierownik Zamawiającego