



tel.: +48 22 343 46 00
tel.: +48 22 815 30 11
fax: +48 22 343 45 25

IK.EZP.065.556.2019

Warszawa, dnia 02 sierpnia 2019 roku

ZMIANA TREŚCI SIWZ (01)

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), w imieniu Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę wyrobów medycznych**
Znak sprawy: ZP.065.2019

Zamawiający – Instytut Kardiologii informuje, że w Załączniku nr 2 do SIWZ dla Części nr 14 /2 pozycje/
w pozycji nr 14.1. „Zestawy do przezskórnej tracheostomii metodą Griegsa”
w pozycji nr 14.2. „Zestawy uzupełniające do przezskórnej tracheostomii metodą Griegsa”
w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia /parametry, wymagania/” dokonuje poniższej zmiany:

Pozycja nr 14.1. „Zestawy do przezskórnej tracheostomii metodą Griegsa” w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia /parametry, wymagania/” otrzymuje poniższe obowiązujące brzmienie:

- *Kompletny zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Griegsa z wielorazowym peanem zawierający: skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera*
- *Pakowane na jednej sztywnej tacy, umożliwiające szybkie otwarcie zestawu*
- *Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego*

Pozycja nr 14.2. „Zestawy uzupełniające do przezskórnej tracheostomii metodą Griegsa” w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia /parametry, wymagania/” otrzymuje poniższe obowiązujące brzmienie:

- *Kompletny zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Griegsa bez wielorazowego peana zawierający: skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera*
- *Pakowane na jednej sztywnej tacy, umożliwiające szybkie otwarcie zestawu*
- *Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego*

Pozostałe zapisy bez zmian.

W załączeniu do pisma zawierający powyższą zmianę Załącznik nr 2 do SIWZ.

W imieniu Zamawiającego

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych

Tomasz Berdyga