

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zakup materiałów do sterylizacji

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ.

**Dotyczy Pakietu 4 pozycja 1**

Czy Zamawiający wymaga aby testy pakowane były w opakowania strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła, zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Dotyczy Pakietu 4 Pozycji 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do ręcznej konserwacji i pielęgnacji narzędzi medycznych przed sterylizacją parą wodną, nie wpływającego na proces sterylizacji parowej, będącego mieszaniną farmaceutycznej klasy oleju wazelinowego oraz mieszaniną węglowodorów i gazu z ropy naftowej, nie zawierającego freonu i silikonu, dostępnego w opakowaniu 400 ml z końcówką dozującą?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Chełmie  
mgr Agnieszka Kruk /-/*