

Bytom dnia: 2022-08-30

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy 32/32PN/2022.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 34

Dotyczy Pakiet 76, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50cm x 60cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Pakiet 77 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej laminowanej folią polietylenową o gramaturze min. 28g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakiet 77 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej laminowanej folią polietylenową o gramaturze min. 40g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Pakiet 77 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 80cm x 220cm? Dotyczy Pakiet 77 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z dwóch warstw papieru laminowanych folią PE, gramatura ok. 55g/m2, prześcieradło wzmocnione poliestrowymi nitkami?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Pakiet 81 Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony zgodny z poniższym opisem: • Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy • Gramatura serwet 65 g/m2 • Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym • Uniwersalne zastosowanie • Zgodność z normą PN-EN 13795 Wskaźnik sterylności na opakowaniu zbiorczym (kartonie) Skład • 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm; • 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm; • 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm; • 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm; • 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny

30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm; • 4 ręczniki 30 x 40 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Pakiet 83 Czy Zamawiający dopuści fartuch zgodny z poniższym opisem? Sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMMMS 35g/m², rekawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapęcie na rzep o wymiarach min. szer. 2cm, dł 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie z 3 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Wskaźnik sterylizacji na opakowaniu zbiorczym (karton a' 40 szt.). Fartuch bez lateksu. Rozmiary M-115, L-127, XL-135, XXL-140. Termin ważności 5lat. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 75N w kierunku wzdłużnym i min. 35N w kierunku poprzecznym; odporność na przenikanie cieczy min. 36cm H₂O - parametry potwierdzone kartą danych technicznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Pakiet 86 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe z AQL 1,5?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakiet 86 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakiet 89, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuchy z folii pakowane a'100 szt. w opakowanie umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakiet 89, poz. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Pakiet 92, poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Pakiet 93 (101) Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym? Dotyczy Pakiet 93 (101) Czy Zamawiający dopuści fartuch w dwóch rozmiarach odpowiadającym rozmiarowi L i XL.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakiet 94, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakiet 94, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakiet 94, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści koszule wykonaną z włókniny SMS o gramaturze min. 30g/m²?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakiet 94, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści koszule wykonaną z włókniny SMS o gramaturze min. 33g/m²?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Pakiet 94, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści koszule wiązaną na troki wykonane z tego samego materiału co koszula?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Pakiet 94, poz. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści koszule z krótkim rękawem tworzącym się z wykroju koszuli?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy SWZ - wadium Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą. Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

W imieniu Zamawiającego

