



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

Sekretariat tel. 12 261 88 20, fax. 12 261 88 22, email: sekretariat@rckik.krakow.pl

Kraków, dnia: 2024-03-12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa pojemników na krew i jej składniki.

Numer referencyjny: ZP-06/2024

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 i art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie nr 1

Pytanie 1.

Zamawiający w pkt. 7 OPZ wymaga długości drenu od 120 do 145 cm. Prosimy o zaakceptowanie pojemników gdzie długość drenu czerpального wynosi średnio 146 cm z możliwym skurczem po sterylizacji wynoszącym ± 9 cm. Taka długość gwarantuje odpowiedni komfort wkłucia dla Operatora i jest z powodzeniem wykorzystywana przez wiele Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, między innymi w Rzeszowie, Lublinie, Łodzi czy Białymstoku.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby dren miał nie mniej niż 120 cm długości z możliwym skurczem po sterylizacji i nie więcej niż 146 cm.

Pytanie 2.

Zamawiający w pkt. 8 OPZ wymaga długości drenu na próbki pilotujące 70 -100 cm. Prosimy o zaakceptowanie pojemników gdzie wspomniana długość drenu wynosi średnio 96 cm z możliwym skurczem po sterylizacji wynoszącym ± 6 cm. Taka długość drenu pozwala na swobodne wykonanie odpowiedniej ilości pilotek i jest z powodzeniem wykorzystywana przez wiele Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, między innymi w Rzeszowie, Lublinie, Łodzi czy Białymstoku.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby dren na próbki pilotujące miał nie mniej niż 70 cm długości z możliwym skurczem po sterylizacji i nie więcej niż 100 cm.

Pytanie 3.

Zamawiający w pkt. 12 OPZ wymaga temperatury przechowywania nie mniej niż do +30°C. Prosimy o uznanie za spełniające powyższe wymaganie pojemników posiadających nominalną temperaturę przechowywania do +25°C z możliwością czasowego (łącznie do czterech tygodni) przechowywania w temperaturze do +40°C. Powyższe rozwiązanie jest z powodzeniem wykorzystywana przez wiele Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, między innymi w Rzeszowie, Lublinie, Łodzi czy Białymstoku.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane warunki przechowywania.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający wymaga aby osłonka igły gwarantująca jałowość zestawu była konstrukcyjnie wyposażona w system uniemożliwiający ponowne jej zamontowanie po wcześniejszym demontażu?

Stanowisko Zamawiającego:

Opis przedmiotu zamówienia nie zawiera takiego wymagania ze strony Zamawiającego.

Pytanie 5.

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga przezroczystych opakowań jednostkowych i zbiorczych (jeśli występują) celem możliwości weryfikacji zawartości opakowania bez konieczności jego otwierania.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający wymaga przezroczystych opakowań jednostkowych.

Zadanie nr 3

Pytanie 1.

Zamawiający w pkt. 2 OPZ wymaga długości drenu 45 – 50 cm. Prosimy o zaakceptowanie pojemników gdzie wspomniana długość drenu wynosi średnio 85 cm.

Stanowisko Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza długość drenu 85 cm i zmienia pkt. 2 OPZ.

Pytanie 2.

Zamawiający w pkt. 7 OPZ wymaga temperatury przechowywania do 30°C. Prosimy o zaakceptowanie pojemników posiadających nominalną temperaturę przechowywania do +25°C.

Stanowisko Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza temperaturę przechowywania do +25°C.

Pytanie 3.

Zamawiający w pkt. 9 OPZ wymaga aby do każdej dostawy dołączony był certyfikat jakości potwierdzający zgodność z Farmakopeą Europejską. Prosimy o zaakceptowanie oświadczenia Producenta potwierdzającego zgodność wyrobów z Farmakopeą Europejską.

Stanowisko Zamawiającego:

Nie, Zamawiający wymaga certyfikatu jakości do każdej dostawy, nie dopuszcza oświadczenia Producenta.

Pytanie 4.

Zamawiający w pkt. 10 OPZ wymaga aby karton transportowy zawierał nie więcej niż 50 sztuk zestawów. Prosimy o zaakceptowanie kartonu zbiorczego zawierającego 96 sztuk zestawów.

Stanowisko Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszczamy karton zbiorczy zawierający 96 sztuk.

Zadanie nr 4

Pytanie 1.

Zamawiający w pkt. 2 OPZ wymaga długości drenu 45 – 50 cm. Prosimy o zaakceptowanie pojemników gdzie wspomniana długość drenu wynosi średnio 76 cm.

Stanowisko Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza długość drenu 76 cm.

Pytanie 2.

Zamawiający w pkt. 6 OPZ wymaga temperatury przechowywania do 30°C. Prosimy o zaakceptowanie pojemników posiadających nominalną temperaturę przechowywania do +25°C.

Stanowisko Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza temperaturę przechowywania do +25°C.

Pytanie 3.

Zamawiający w pkt. 8 OPZ wymaga aby do każdej dostawy dołączony był certyfikat jakości potwierdzający zgodność z Farmakopeą Europejską. Prosimy o zaakceptowanie oświadczenia Producenta potwierdzającego zgodność wyrobów z Farmakopeą Europejską.

Stanowisko Zamawiającego:

Nie, Zamawiający wymaga certyfikatu jakości do każdej dostawy, nie dopuszcza oświadczenia Producenta.

Zadanie nr 5

Pytanie 1.

Zamawiający w pkt. 1 OPZ wymaga długości drenu ok. 45 – 55 cm. Prosimy o zaakceptowanie zestawów gdzie wspomniana długość drenu wynosi 31-37 cm.

Stanowisko Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza długość drenu od 31 cm.

Pytanie 2.

Zamawiający w pkt. 7 wymaga temperatury przechowywania do 30°C. Prosimy o zaakceptowanie pojemników posiadających nominalną temperaturę przechowywania do +25°C.

Stanowisko Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza temperaturę przechowywania do +25°C.

Pytanie 3.

Prosimy o zaakceptowanie pojemników o objętości nominalnej 1300 ml, wykonanych z materiału nie zawierającego plastyfikatora DEHP.

Stanowisko Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie akceptuje pojemników o objętości większej niż 1000 ml.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści pojemniki puste płytkowe o pojemności 600ml?

Stanowisko Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza pojemników o objętości mniejszej niż 1000 ml.

Zadanie nr 6

Pytanie 1.

Zamawiający w pkt. 14 OPZ wymaga aby etykieta macierzysta na pojemniku zawierała między innymi nazwę składnika krwi, dla którego pojemnik jest przeznaczony. Prosimy o zaakceptowanie zestawów gdzie wspomniana informacja znajduje się na opakowaniu jednostkowym zestawu.

Stanowisko Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, by informacja dotycząca składnika krwi, dla którego pojemnik jest przeznaczony znalazła się na opakowaniu jednostkowym zestawu.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wymaga filtra w miękkiej obudowie, minimalizującej ryzyko uszkodzeń mechanicznych produktu?

Stanowisko Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga filtra w miękkiej obudowie.

Zamawiający zamieszcza uaktualniony załącznik nr 1 do SWZ tj. plik:

„zał. 1 do SWZ 06-2024 - Opis Przedmiotu Zamówienia 20240312”.

Zmiana treści SWZ nie jest istotna dla sporządzenia oferty i nie wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, dlatego też Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.