

Bytom dnia: 2021-07-21

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Dostawa Specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **22/22PN/2021**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4

Pakiet 121

Czy Zamawiający dopuści filtr jak opisany ale z parametrami filtracyjnymi o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,9999% , przeciwpłatkowej 99.999% ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

W imieniu Zamawiającego

