

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów

Opieki Zdrowotnej w Nisku

ul. Kościuszki 1

37-400 Nisko

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.

Numer referencyjny: Z.II.260.009.Zp.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych fartuchów (różnice podkreślono i pogrubiono)? Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, wykonany z miękkiej, bezwonnej i przewiewnej włókniny **SMMS** o gramaturze 35 g/m². Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. **5,5**cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci nadruku. Fartuch spełniający wymagania EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy ≥ 56 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: ≥ 200 kPa, odporność na rozciąganie na sucho/mokro ≥ 62 N. Fartuch z 2 rękawkami do rąk 30,5x34cm owinięty w **serwetę włókninową** i zapakowany w opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe zawierające 4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod **UDI**; opakowanie pośrednie kartonowe – dispenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Rozmiar L/XL/XXL.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 2

dotyczy Pakietu nr 6 poz. 4-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych fartuchów (różnice podkreślono i pogrubiono)? Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, wykonany z miękkiej, bezwonnej i przewiewnej włókniny **SMMS** o gramaturze 35 g/m² Z DODATKOWYM WZMOCNIENIEM włókninowo-foliowym o gramaturze **35**g/m² w części przedniej i na rękawach. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. **5,5**cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2

wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze fartucha w postaci nadruku. Fartuch spełniający wymagania EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy ≥ 161 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: ≥ 200 kPa, odporność na rozciąganie na sucho/mokro ≥ 64 N Fartuch z 2 ręcznikami do rąk 30,5x34 cm owinięty w papier krepowy lub serwete włókninową i zapakowany w opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe zawierające 4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy lub UDI; opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Rozmiar XL / XXL.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 3

dotyczy Pakietu nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu (różnice podkreślono i pogrubiono)?

Zestaw serwet do operacji kończyn dwuwarstwowy wzmocniony.

Skład:

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm;

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66 x 85 cm;

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm;

1 osłona na kończynę 36 x 65 cm;

1 serweta do operacji kończyn 225 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów;

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serweta główna wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29 μ m + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55 g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 55 g/m² (łączna gramatura 110 g/m²). Odporność na przenikanie płynów min. 115 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 147/144 kPa. Serweta na stolik MAYO wykonana z nieprzemakalnej, piaskowanej folii polietylenowej o grubości 60 μ m z dodatkowym wzmocnieniem dwuwarstwowym PE+PP o gramaturze 55 g/m² (łączna gramatura 115 g/m²). Opakowanie jednostkowe typu papier/Folia. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod UDI. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Opakowanie pośrednie dyspenser kartonowy z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 4

dotyczy Pakietu nr 15 poz.18

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający ma na myśli wskazany w opisie opatrunek z matrycą dodatkowo impregnowaną srebrem ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza potrzebuje opatrunek z matrycą dodatkowo impregnowaną srebrem.

Pytanie nr 5

dotyczy Pakietu nr 15 poz. 19

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający ma na myśli wskazany w opisie opatrunek z matrycą dodatkowo impregnowaną srebrem ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza potrzebuje opatrunek z matrycą dodatkowo impregnowaną srebrem.

Pytanie nr 6

dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1-3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych o poniższych parametrach:

Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, wykonany z miękkiej, bezwonnej i przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m². Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6 cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze bez rodzaju fartucha w postaci wszywki. Fartuch spełniający wymagania EN 13795-1:2019. Parametry strefy krytycznej: odporność na przenikanie cieczy ≥ 70 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: ≥ 87 kPa, odporność na rozciąganie na sucho/mokro ≥ 90 N. Fartuch z 2 rękawkami do rąk 30x40 cm owinięty w serwetę włókninową (kodowanie kolorystyczne rozmiaru za pomocą kolorowego owinięcia) i zapakowany w opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe zawierające 2 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, kod kreskowy, fartuchy do transportu pakowane podwójnie - opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Rozmiary L, XL, XXL w zależności od pozycji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 7

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 4-5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych o poniższych parametrach:


Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, wykonany z miękkiej, bezwonnej i przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze min. 35 g/m², z dodatkowym wzmocnieniem włókninowo - foliowym o gramaturze min. 40g/m² w części przedniej i na $\frac{3}{4}$ długości rękawa. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6 cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze bez rodzaju fartucha w postaci wszywki. Fartuch spełniający wymagania EN 13795-1:2019. Parametry strefy krytycznej: odporność na przenikanie cieczy ≥ 115 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: ≥ 138 kPa, odporność na rozciąganie na sucho/mokro ≥ 90 N. Fartuch

z 2 ręcznikami do rąk 30x40 cm owinięty w serwetę włókninową (kodowanie kolorystyczne rozmiaru za pomocą kolorowego owinięcia) i zapakowany w opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe zawierające 2 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, kod kreskowy, fartuchy do transportu pakowane podwójnie - opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Rozmiary XL, XXL w zależności od pozycji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu serwet o składzie i parametrach jak poniżej:



- 1 x **osłona na stolik** Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 x **serweta na stół instrumentariuszki** 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm
- 1 x **serweta główna** o minimalnych wymiarach 200x320cm z elastometrycznym (samouszczelniającym się) owalnym otworem 7x5cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 105x105cm oraz uchwytem do mocowania kabli i drenów
- 1 x **nieprzylepna serweta** 150x150cm,
- 1 x włókninowa **osłona na kończynę** 35x80cm,
- 2 x włókninowe **taśmy samoprzylepne** 9x50cm,
- 2 x **ręczniki celulozowe** 30x40cm

Serweta główna	Laminat dwuwarstwowy PP+PE 62 g/m ² + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa Spunlace 70 g/m ²
Serweta nieprzylepna	Laminat dwuwarstwowy PP+PE 62 g/m ²
Serweta na stół instrumentariuszki	Folia piaskowana PE 50g/m ² + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa 30g/m ²
Oslona na stolik Mayo	Folia PE 0,065mm + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa 40 g/m ²

Odporność na przenikanie cieczy 240,7cm H₂O

Wytrzymałość na rozerwanie (na suchu)/(na mokro) 344,8 kPa / 206,9 kPa

Zestaw zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG, zawierające: nazwę producenta, nr LOT, nr REF, kod kreskowy, termin przydatności, datę produkcji. Zestaw posiada piktogramy z oznaczeniem kierunku rozkładania serwet. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich

rozmiary. Zestawy umieszczone w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 9

Dotyczy Pakietu nr 6: Poz. 1, 2, 3

Czy można zaoferować fartuchy wykonane z włókniny SMMS o gramaturze 35g/m² posiadające rękawy wszyte prosto umożliwiające swobodne ruchy użytkownika, z informacją o rozmiarze fartucha w postaci naklejki widocznej przed rozłożeniem fartucha? Fartuchy o odporności na przenikanie cieczy powyżej 32 cm H₂O, o odporności na rozerwanie na sucho/mokro wynoszącej min 170kPa, o odporności na rozciąganie na sucho/mokro wynoszącej powyżej 41N, zapakowane z 2 ręcznikami do rąk w rozmiarach 20cm x 30cm w serwetę włókninową, a następnie w sterylne opakowanie papierowo-foliowe, z 4 etykietami zawierającymi wymagane dane. Fartuch zapakowany w pośrednie opakowanie foliowe, następnie w opakowanie z kartonu. Pozostałe parametry zgodne z wymogami o.p.z. Zaoferowane fartuchy spełniają wszystkie wymogi normy EN 13795:2019.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 10

Dotyczy Pakietu nr 6 Poz. 4, 5

Czy można zaoferować fartuchy wykonane z włókniny SMMS o gramaturze 35g/m² z dodatkowym wzmocnieniem włókninowo-foliowym o gramaturze 28g/m² w części przedniej i na rękawach, posiadające rękawy wszyte prosto umożliwiające swobodne ruchy użytkownika, z informacją o rozmiarze fartucha w postaci naklejki widocznej przed rozłożeniem fartucha? Fartuchy o odporności na przenikanie cieczy powyżej 150 cm H₂O, o odporności na rozerwanie na sucho/mokro wynoszącej min 220kPa, o odporności na rozciąganie na sucho/mokro wynoszącej powyżej 70N, zapakowane z 2 ręcznikami do rąk w rozmiarach 20cm x 30cm w serwetę włókninową, a następnie w sterylne opakowanie papierowo-foliowe, z 4 etykietami zawierającymi wymagane dane. Fartuch zapakowany w pośrednie opakowanie foliowe, następnie w opakowanie z kartonu. Pozostałe parametry zgodne z wymogami o.p.z. Zaoferowane fartuchy spełniają wszystkie wymogi normy EN 13795:2019.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 11

Dotyczy Pakietu nr 18

Czy można zaoferować obłożenie o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm 1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57 g/m². Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109 g/m². Odporność na przenikanie płynów powyżej 170cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro powyżej 270kPa. Serweta na stolik Mayo wykonana z ciemnozielonej włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m² i niebiesko- zielonej folii polietylenowej o gramaturze 55g/m², połączonych równomiernie przy użyciu kleju topliwego. Zestaw spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019. Na opakowaniu min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę

ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu zestawu znajduje się etykieta pokazująca elementy wchodzące w skład zestawu oraz wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw zapakowany w pośrednie opakowanie foliowe, następnie w opakowanie z kartonu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy Pakietu 4, poz. 1-8

Czy zamawiający oczekuje opakowania typu blister lub torebka tzn. papier –folia lub papier-papier?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje opakowania typu blister lub torebka nie określając rodzaju materiału opakowania.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Dyrektor
SPZZOZ w Nisku
Paweł Tofil
/podpisano elektronicznie/