

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony na "dostawę odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu".

Numer referencyjny: 13/13PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 10

proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuści testy bez zewnętrznej kontroli pozytywnej, posiadające tylko wewnętrzną kontrolę testu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycji 2 dopuści test charakteryzujący się czułość >94% i swoistość >93%, punkt odcięcia 50ug/g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w pakiecie 17 dopuści podłoże w szklanych probówkach o pojemności 10 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w pakiecie 18 dopuści testy bez zewnętrznej kontroli pozytywnej, posiadające tylko wewnętrzną kontrolę testu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający w pakiecie 18 pozycji 2 dopuści test o czułość 92,7%, i swoistość 8%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający w pakiecie 18 pozycji 4 dopuści test gdzie ilość w opakowaniu wynosi 20 szt, co po przeliczeniu da 60szt. i pokryje zapotrzebowanie zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający w pakiecie 22 pozycji 3 dopuści krążki w konfekcji 30 sztuk w opakowaniu i zaoferowanie 9 takich opakowań co w pełni pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający w pakiecie 23 pozycjach 3 i 4 dopuści testy bez dzielonych płytek?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Mikro płytki powinny być dzielone na 12 pasków po 8 studzienek zawierających kolejne rozcieńczenia.

Zamawiający