



BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

49-301 BRZEG, ul. MOSSORA 1
tel. 77 444 65 75, sekretariat 77 444 65 36,
e-mail: zamowienia.publiczne@bcmbrzeg.pl
REGON: 000 313 437 NIP: 747 15 71 941

PN/27/2020

Brzeg, dnia 30.12.2020 r.

**Do wszystkich
Wykonawców, którzy pobrali
Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, środków kontrastowych oraz akcesoriów pomocniczych do wykonywania badań TK dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – PN / 27 / 2020.

Zamawiający - Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 – dalej jako ustawa Pzp.*) informuje, że w dniach 16.12.2020 – 23.12.2020 r. wpłynęły zapytania do treści SIWZ, na które Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający **w Części nr 1 w pozycji 68** wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu typu spike do pobierania płynów z opakowań płynów infuzyjnych z automatyczną zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla ochrony przed przypadkowym wyciekem płynu, z płaskim portem umożliwiającym dezynfekcję oraz z długim kolcem zapewniającym stabilne połączenie z butelką lub workiem. W IFU wspomnianego spika znajduje się informacja, że może on być używany przez 96 h. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Część nr 10, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści kleszcze stalowe? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 3

Część nr 10, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści igłę o średnicy 21G lub 23G (do wyboru przez Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 4

Część nr 10, poz. 7. Czy Zamawiający dopuści pętle owalne o rozmiarach wyłącznie 10mm, 15mm, 25mm, i 32mm, plecione z drutu o grubości 0,36mm i średnicy osłonki 2,4mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 5

Część nr 10, poz. 8. Czy Zamawiający dopuści kosz kompatybilny z kanałem roboczym 2,8mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 6

Część nr 10, poz. 10. Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o otwarciu ramion klipsa wyłącznie 16mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 7

Część nr 10, poz. 11. Czy Zamawiający dopuści kleszcze o średnicy osłonki 2,4mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 8

Część nr 10

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec o pojemności 6,1-9,5 mm³?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 9

Część nr 10

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczotek do czyszczenia zaworów i portów o długości 25,5 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 10

Część nr 10

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie pętli o długości 2400 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 11

Część nr 10

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie pętli wykonanych z plecionego drutu o średnicy 0,33 mm, średnica pętli heksagonalnych 10, 15, 20, 25 i 32 mm, średnica pętli asymetrycznych 15, 20, 25 i 32 mm, średnica osłonki 2,4 mm, długość 240 cm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 12.

Część nr 10

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie klipsów o szerokości rozwarcia 15 mm i 16 mm, średnica cewnika 2,5-2,6 mm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 13.

Część nr 10

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy osłonki 2,4 mm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 14.

Część 1, poz. 22-26,53,54,62-64

Czy zamawiający wydzieli poz. **22-26,53,54,62-64** do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanych wyżej pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 15.

Część 1, poz. 22-26

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na

cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zał. Nr 2.1 poz. 22-26 do SIWZ.

Pytanie nr 16.

Część 1, poz. 62

- **Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?**
- **Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm ?**

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządu do przetaczania bez ftalanów i wyraża zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm.

Pytanie nr 17.

Część 1 poz. 63-64

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18.

Część 1 poz. 63-64

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS/ IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez dodatkowego zaczepek na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biopercyjnej, natomiast kolekcja igły biopercyjnej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zał. Nr 2.1 poz. 63-64 do SIWZ.

Pytanie nr 19.

Część 1 poz. 63-64

Czy Zamawiający dopuści IS/IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zał. Nr 2.1 poz.63-64 do SIWZ.

Pytanie nr 20.

Część 2. Poz. 1,5

Czy zamawiający wydzieli poz. 1,5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22.

Część 2, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23.

CZĘŚĆ NR 12

Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły kulkowej w rozmiarze 1,25 x 81 mm, zaklasyfikowanej do klasy IIa reg. 6 wyrobów medycznych, pakowanej indywidualnie w opakowania handlowe a'25szt?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24.

CZĘŚĆ NR 12

Poz. nr 15,17 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nożyczek opatrunkowych oraz kleszczyków do zaciskania drenów zaklasyfikowanych do klasy I sterylnej wyrobów medycznych?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25.

CZĘŚĆ NR 12

Poz. nr 23 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania miski nerkowej, zakwalifikowanej przez producenta jako wyrób użytkowy, który w świetle wymogów dyrektywy 93/42/EEC nie jest wyrobem medycznym?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 26.

PROJEKT UMOWY

- § 7, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:
- §7 ust. 1 pkt 1) do kwoty 10% wartości **niezrealizowanej części umowy netto** – tak jak zapisano w §7 ust. 2 zgonie z zasadą równości traktowania obu stron umowy.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów umowy.

Pytanie nr 27.

Pakiet nr 1

Poz.25

W związku z zaprzestaniem produkcji przez jedyne, dostępne na rynku RP producenta strzykawek bursztynowych o pojemności 20ml (firmy Polfa Lublin), prosimy o wykreślenie z pakietu przedmiotowej pozycji lub dopuszczenie do składania ofert na strzykawki o pojemności 50ml, spełniające pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza do składania ofert strzykawkę o pojemności 50 ml przy jednoczesnym spełnianiu pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 28.

Pakiet nr 1

Poz. 51-52

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na standardowe rampy bez systemów bezigłowych, z przedłużaczem o długości 50cm, europejskiego lidera w ich produkcji firmy Vygon /Francja/ - tak jak obecnie stosowane.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 29.

Pakiet nr 1

Poz. 82

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na zestawy do kaniulacji trzykanałowe w rozmiarze 4,5F z kompatybilną dla tego rozmiaru igłą prowadzącą 21G oraz przewodnikiem typu J o długości 40cm oraz w rozmiarach 5-6Fr ze standardowym dla tych rozmiarów przewodnikiem typu J o długości 48cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. (pozostałe rozmiary zgodnie z siwz), polskiego lidera w ich produkcji firmy Balton.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30.

Pakiet nr 2

Poz. 9

W związku z zaprzestaniem produkcji sond Sengstakena o podanej w siwz charakterystyce i rozmiarach, prosimy o wykreślenie z pakietu przedmiotowej pozycji lub dopuszczenie do składania ofert na równoważne sondy Sengstakena o innych, ale zbliżonych parametrach technicznych, w równoważnych rozmiarach, przeznaczonych do wykonywania tych samych procedur, co sondy opisane w siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do składania ofert na równoważne sondy o zbliżonych parametrach technicznych, w równoważnych rozmiarach przeznaczonych do wykonywania tych samych procedur, co sondy o parametrach opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 31.

Pakiet nr 2

Poz. 11

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do lewatywy z workiem o pojemności 1750ml, drenem o długości 1200 lub 1350mm /do wyboru przez Zamawiającego/- tak jak obecnie stosowane - zakończone atraumatycznie wykończona kanką z jednym otworem centralnym, wykonane z antyalergicznym, atraumatycznym materiałów, europejskiego lidera w ich produkcji firmy Convatec-Unomedical /Dania/.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 32.

Pakiet nr 8

Poz. 11

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na zestawy z drenem o długości 180-210 cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - tak jak obecnie stosowane.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 33.

Pakiet nr 13

Poz. 18-19

1. Prosimy o potwierdzenie, iż opisana w siwz cyt „samodomykająca się zastawka komory płuczącej „oddzielająca samoistnie cewnik od pacjenta” to zastawka jednoelementowa - tak jak w obecnie stosowanych zestawach.
2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane systemy, jako wyroby do wielogodzinnego użytkowania, ze względu na „zamknięty kształt” wyrobu medycznego oraz ewentualne niepożądane, karcynogenne działania EO w przemysłowym procesie sterylizacji oraz degazacji, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu - tak jak obecnie stosowane.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 34.

Pakiet nr 13

Poz. 46

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowana igła biopsyjna to półautomatyczna igła do biopsji tkanek miękkich, umożliwiającą pobranie wycinków 15mm lub 22mm, w zależności od ustawienia i potrzeb klinicznych, spełniająca wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 35.

Pakiet nr 13

Poz. 53-56

W związku z zaprzestaniem produkcji rurek LT-D, prosimy o dopuszczenie do składania ofert na rurki LTS-D, z dodatkowym światłem, podnoszącym ich walory użytkowe, które w pełni spełniają rekomendację NAP4 dla drugiej generacji nadgłośniowych urządzeń wentylacyjnych z kanałem do drenażu/odsysania - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - tak jak obecnie stosowane.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 36.

Pakiet nr 14

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne rurki bez mankieta o długości 190mm,

spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - tak jak obecnie stosowane.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 37.

Pakiet nr 14

Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne rurki bez mankietu o długości 210mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - tak jak obecnie stosowane.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 38.

Pakiet nr 14

Poz. 60

W związku z zaprzestaniem produkcji rurek Biesalskiego, o podanej w siwz charakterystyce i rozmiarach, prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne rurki polskiego lidera w ich produkcji, firmy Sumi, o zbliżonych parametrach technicznych, przeznaczonych do wykonywania tych samych procedur, co rurki opisane w siwz, w rozmiarach 5.0-10.0 co 1, bez lub z mankietem uszczelniającym, do dowolnego wyboru w trakcie realizacji umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 39.

Pakiet nr 14

Poz. 66-67

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne rurki Guedela, wykonane z materiałów równoważnych do PCV, bez zawartości ftalanów, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 40.

Pakiet nr 14

Poz. 66-67

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki Guedela, powinny posiadać jednoelementową konstrukcję ze zintegrowanym blokerem zgryzu, gwarantującym podwyższony stopień bezpieczeństwa użytkowania w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie.

Pytanie nr 41.

Pakiet nr 18

Poz. 26-30

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya 100% silikon, ze względu na ich przeznaczenie do długotrwałego użytkowania, powinny posiadać min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji, identyfikujące produkt - tak jak obecnie stosowane - oraz długość min. 41cm dla mężczyzn i min. 23cm dla kobiet do dowolnego wyboru w trakcie trwania umowy, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Pytanie nr 42.

Pakiet nr 20

Poz. 20-22

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne dreny do drenażu opłucnej z trójkątnym, ostrym trokarem - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43.

Pakiet nr 20

Poz. 32

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do drenażu wysokociśnieniowego, z zassanym podciśnieniem początkowym 900mbar, analogicznie do zestawów z poz. 25 oraz butelek wymiennych z poz. 33-34 - tak jak w obecnie stosowanych - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 44.

Do roz. XIV pkt 1 lit.b) SIWZ Kryterium oceny ofert w zakresie terminu dostawy. Mając na uwadze szczególnie okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o zmianę kryterium oceny ofert, polegającego na określeniu terminu dostawy poprzez wydłużenie terminu minimalnego do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia oraz odpowiednią zmianę terminu maksymalnego. Nadmieniamy przy tym, że przyjęcie przez Zamawiającego urealnionych, dostępnych dla większej ilości Wykonawców terminów dokonywania dostaw znacząco przyczyni się do wzrostu konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, a tym samym korzystnie wpłynie na oferowane ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę kryterium oceny ofert – Termin dostawy zamówienia.

Pytanie nr 45.

Do §1 ust.4 projektu umowy. Ze względu na stan epidemii i wzmożone środki ostrożności prosimy o wydłużenie czasu na dostawę leków „na cito” do 16 godzin, oraz leków „na ratunek” do 12 godzin.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powyższe pytanie i odwołanie się do wskazanej regulacji nie dotyczy wzoru umowy obowiązującego dla prowadzonego postępowania przetargowego Nr PN/27/2020. Przepis §1 ust.4 projektu umowy, stanowiącego Zał. Nr 3 do SIWZ, dotyczy daty i miejsca każdorazowej dostawy oraz wydania artykułów objętych przedmiotem umowy a nie zapisów o dostawie leków „na cito”.

Pytanie nr 46.

Do §1 ust.7 i §7 ust. 5 projektu umowy. Ze względu na stan epidemii i wzmożone środki ostrożności prosimy o wydłużenie czasu na załatwienie reklamacji do 4 dni od jej zgłoszenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Zgodnie z pkt. 4 ppkt 3) Zał. Nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy, Wykonawca w formularzu ofertowym winien wskazać termin, w ciągu którego załatwi reklamację, nie dłuższy niż 3 dni robocze.

Pytanie nr 47.

Do treści §3 ust. 1 wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów §3 ust. 1 wzoru umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż zmiana ilościowa przedmiotu umowy nie stanowi zmiany umowy, tym samym Zamawiający nie narusza art. 144 ust. 2 w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy prawo zamówień publicznych, a także brak jest podstaw prawnych do twierdzenia, iż postanowienie jest nieważne. Zgodnie z paragrafem 1 przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa artykułów w pozycjach i ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, po zgłoszeniu zamówienia pisemnie, przekazanego za pomocą faksu na numer : lub w formie dokumentu elektronicznego doręczonego na adres e-mail: w ciągu ... dni roboczych od momentu zgłoszenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 13:00, loco Apteka Szpitalna, od 8:00-14:00 loco magazyn ogólny Zamawiającego pod adresem: 49-301 Brzeg, ul. Mossora 1.

Tym samym istotą stosunku prawnego wynikającego z przedmiotowego postępowania przetargowego zakończonego podpisaniem umowy jest wyłonienie wykonawcy, który w ustalonych cenach i terminach będzie dostarczał przedmiotowe artykuły do szpitala. Jest bowiem rzeczą oczywistą, iż ilości są szacowane na podstawie dotychczasowych doświadczeń i będą one ulegać zmianie zależnie od stanu i liczby pacjentów. Zamawiający nie jest w stanie oszacować kto i kiedy zachoruje i czy dany chory wybierze Zamawiającego celem podjęcia leczenia u niego. Zamawiający odmawia zatem modyfikacji treści umowy. Zarzut wykonawcy wynika bowiem z niezrozumienia istoty umowy oraz nie odnosi się do zmian umowy.

Pytanie nr 48.

Do treści §7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za rozwiązanie umowy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie nr 49.

Do treści §7 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za opóźnienie dostawy lub reklamacji/gwarancji w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy dziennie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie nr 50.

Punkt IX SIWZ – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Na mocy art. 77 pkt. 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086), dalej Tarcza 4.0, wyłączono obowiązek wnoszenia wadium przewidziany w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, ma się przyczynić do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększyć dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzić koniunkturę gospodarczą. Skoro ustawodawca, z uwagi na sytuację ekonomiczno-gospodarczą towarzyszącą epidemii COVID-19, złagodził wymogi dotyczące postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w odniesieniu do postępowań o najwyższych wartościach, to tym bardziej Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania poniżej progów unijnych. Dokonując oceny stosowności podejmowanych w ramach postępowania działań można sięgnąć do dalszej części uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, gdzie jako przesłanki mogące przemawiać za koniecznością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy Pzp) wskazano okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmywy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku nie jest celowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu wniesienia wadium we wszystkich częściach postępowania.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SIWZ w dokumentach zamówienia tj: w SIWZ oraz Zał. Nr 1 do SIWZ – formularzu oferty poprzez wykreślenie zapisów odnoszących się do wymogu żądania wadium.

Zmienione załączniki zostaną opublikowane na stronie prowadzonego postępowania <https://e-ProPublico.pl/> oraz na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bcm.brzeg-powiat.pl/>.

Pytanie nr 51.

Część nr 1, pozycje 1-8,11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty większej ilości wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu poz. od 1-8 i 11.

Pytanie nr 52.

Część nr 1, pozycje 14-18,20,21,26

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty większej ilości wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 53.

Część nr 1, pozycje 58,59,62,63

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty większej ilości wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 54.

Cześć nr 1, pozycja 14-17

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające przedłużoną skalę uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności nominalnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55.

Cześć nr 1, pozycja 14-17

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające mlecznobiały kontrastujący tłok?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56.

Cześć nr 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'50 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości do 2400 opakowań?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57.

Cześć nr 1, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny z igłą w rozmiarze 0,4x13 mm, posiadającą uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58.

Cześć nr 1, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny pakowaną a'100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem do 6 opakowań?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59.

Cześć nr 1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą w rozmiarze 0,45x13 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60.

Cześć nr 1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny pakowaną a'100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem do 18 opakowań?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61.

Cześć nr 1, pozycja 63

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji o komorze kroplowej w części przezroczystej 55 mm i całkowitej 60 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62.

Cześć nr 9 poz. 20

Czy Zamawiający oczekuje sterylnej pisaka skórnej z 5cm skalą umieszczoną na korpusie oraz dodatkową papierową dwustronną linijką 15cm/6 cali?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Pytanie nr 63.

Część nr 9, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do chirurgicznego mycia rąk sklasyfikowaną jako wyrób medyczny i opatrzoną 8% stawką VAT?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64.

Część nr 18 poz. 4 - 9

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania g.d.o. bez numerycznego oznaczenia rozmiaru na łączniku?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Pytanie nr 65.

Część nr 18 poz. 11 - 14

Czy Zamawiający dopuści cewniki do przerywanego odsysania o standardowej powierzchni, przezroczyste, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Pytanie nr 66.

Część nr 18 poz. 15 - 17

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a o długości 270mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67.

Część nr 18 poz. 16 - 17

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z balonem o pojemności 3-5ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Pytanie nr 68.

Część nr 18 poz. 18 - 25

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a sterylizowane tlenkiem etylenu (EO)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 69.

Część nr 18, pozycja 18-25

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a pakowane podwójnie w opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia/papier?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70.

Część nr 18 poz. 26 - 30

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a bez oznaczenia producenta na cewniku?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Pytanie nr 71.

Część nr 18, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści cewnik zewnętrzny niesterylny, od środka pokryty warstwą kleju, dzięki temu kapturek idealnie dopasowuje się do ciała, nie spada i nie przecieka, gwarantując ochronę przed zabrudzeniem?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72.

Część nr 18 poz. 33 - 34

Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzer z trzema otworami przelewowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Pytanie nr 73.

Część nr 18 poz. 42

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości 1050mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74.

Część nr 19 poz. 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści dreny łączące o średnicy wewnętrznej 5,6mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 75.

Część nr 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści dren Kehra o długości ramion 45 x 18cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Pytanie nr 76.

Część nr 19 poz. 8 - 12

Czy Zamawiający dopuści dren typu Redon wykonany z PCV, krzyżowa perforacja o długości 14 cm (kilkadziesiąt otworów o wielkości ok. 1-2mm), zwinięty w „ślimak” w opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 77.

Część nr 19 poz. 8 - 15

Czy Zamawiający dopuści dren typu Redon pakowany podwójnie zewnątrz folia/papier, wewnątrz folia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78.

Część nr 19 poz. 16 - 19

Czy Zamawiający dopuści dren typu Ulmer z trokarem, z perforacją o stałej wielkości otworów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Pytanie nr 79.

Część nr 19 poz. 20 - 22

Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z miękkiego PCV z trokarem ostrym, o długości ok. 340mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80.

Część nr 19 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji opłucnej ze strzykawką z jednostronną skalą pomiarową?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Pytanie nr 81.

Część nr 19 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy w zwoju o dł. 30m z ewentualnym przeliczeniem ilości i jego wycenę (Zamawiający nie sprecyzował zamawianej ilości)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ w ilości 10 szt.

Pytanie nr 82.

Część nr 19, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści wysokopróżniowy system drenażu rany operacyjnej pakowany podwójnie pakowany: zewnętrznie folia/papier, wewnętrznie folia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83.

Część nr 19, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści niskociśnieniowy system drenażu rany operacyjnej pakowany podwójnie pakowany: zewnętrznie folia/papier, wewnętrznie folia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84.

Część nr 19 poz. 27

Czy Zamawiający dopuści niskociśnieniowy system do drenażu krwaków z mieszkiem o pojemności 20ml, 25 ml lub 50ml?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 85.

Część nr 19 poz. 27

Czy Zamawiający dopuści niskociśnieniowy system do drenażu krwaków z pakowany podwójnie pakowany: zewnętrznie folia/papier, wewnętrznie folia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 86.

Część nr 19 poz. 28 - 29

Czy Zamawiający dopuści niskociśnieniowy system do drenażu rany operacyjnej z drenem tupu Redona o stałej wielkości otworów w jednym drenie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Pytanie nr 87.

Część nr 19, pozycja 23,24,27,28,32,33,34,35

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej ilości oczekuje w zamówieniu (nie sprecyzowano ilości).

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje, że w poz. 23, 24, 27, 28, 32,33,34 oczekuje ilości po 10 szt. W poz. 35 Zamawiający oczekuje wyliczenia w ilości 500 szt.

Pytanie nr 88.

Część nr 19, pozycja 30-31

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do odsysania ran płaski (bez harmonijki), pakowany w opakowanie foliowe?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89.

Część nr 19 poz. 32

Czy Zamawiający dopuści wysokociśnieniowy system do drenażu rany operacyjnej z zassanym ciśnieniem początkowym 900 mbar?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90.

Część nr 19, pozycja 33-34

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wymienny do wysokopróżniowego systemu drenażu pakowany podwójnie pakowany: zewnętrznie folia/papier, wewnętrznie folia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91.

Czy w związku z gwarancją na OPTIVANTAGE Zamawiający wymaga produktów certyfikowanych i zatwierdzonych przez producenta wstrzykiwacza kontrastu?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 92.

Dotyczy wzoru umowy § 7 pkt. 1

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. Dodatkowo brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do:

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w prawidłowej realizacji każdorazowej dostawy lub wypełnienia zobowiązań z tytułu reklamacji i / lub gwarancji, w wysokości: 0,2% nie więcej jednak niż 10% wartości tejże dostawy brutto

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie zapisu § 7 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy który otrzymuje następujące brzmienie:

„2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w prawidłowej realizacji każdorazowej dostawy lub wypełnienia zobowiązań z tytułu reklamacji i/lub gwarancji, w wysokości 2,00% wartości tejże dostawy brutto.”

Zmieniony wzór umowy, stanowiący Zał. Nr 3 do SIWZ zostanie opublikowany na stronie prowadzonego postępowania <https://e-ProPublico.pl/> oraz na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bcm.brzeg-powiat.pl/>.

Pytanie nr 93.

Dotyczy wzoru umowy § 7 pkt. 7

Prosimy Zamawiającego modyfikację w/w ustępu umowy poprzez dodanie następującego sformułowania:

„W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5, Zamawiający **wezwe wykonawcę do usunięcia naruszenia, wyznaczając mu dodatkowo termin (nie krótszy niż 5 dniowy). W przypadku braku usunięcia naruszenia** Zamawiający będzie miał uprawnienie do nabycia artykułów u innego dostawcy (...).

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie zapisu § 7 ust.7 wzoru umowy który otrzymuje następujące brzmienie:

*„W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5, Zamawiający **wezwe wykonawcę do usunięcia naruszenia, wyznaczając mu dodatkowo termin (nie krótszy niż 3 dniowy). W przypadku braku usunięcia naruszenia, Zamawiający będzie miał uprawnienie do nabycia artykułów u innego dostawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując jednocześnie roszczenie o zapłatę kar umownych i o naprawienie szkody.”***

Pytanie nr 94.

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 3.

Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną, w związku z czym prosimy Zamawiającego o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie zapisu § 8 ust.3 wzoru umowy który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu

dodatkowego i bez obowiązku zapłaty kar umownych lub odszkodowania, w przypadku, gdy Wykonawca pomimo jednego pisemnego upomnienia, nieterminowo i nienależycie realizuje przedmiot umowy – w terminie 30 dni liczonych od dnia skutecznego doręczenia upomnienia.

Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy termin, nie krótszy niż 5 dni.”

Pytanie nr 95.

Dotyczy wzoru umowy § 10

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do umowy treści klauzuli o sile wyższej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja dodania tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy dodatnie Paragrafu o treści:

- 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.*
- 2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.*
- 3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Ustawodawca przewidział odpowiednie narzędzia dla wsparcia Wykonawców w tym przedmiocie. Umowa będzie zawierana po ponad 9 miesiącach obowiązywania stanu epidemii w Polsce, a zatem wiele podmiotów dostosowało się do nowych warunków umownych.

Pytanie nr 96.

Pakiet 1, poz. 22-24

Czy Zamawiający wydzieli poz. 22-24 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 22-24 z pakietu nr 1.

Pytanie nr 97.

Pakiet 1, poz. 22-24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 3-częściowej posiadającej logo umożliwiające identyfikację wyrobu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zał. Nr 2.1 poz. 22-24 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie nr 98.

Pakiet 1, poz. 62-65

Czy Zamawiający wydzieli poz. 62-65 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 99.

Pakiet 1, poz. 63

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetoczeń płynów infuzyjnych w opakowaniu folia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 100.

Pakiet 1, poz. 65

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie bezpiecznego przyrządu do przetaczania płynów posiadającego elastyczną komorę kroplową, wolną od PVC, i ftalanów (do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo pacjenta), przystosowany do infuzji grawitacyjnej, z dodatkowym łącznikiem Y, długość drenu 180 cm. Posiadający specjalny zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiegający przedostaniu się powietrza do linii gdy butelka jest pusta, i utrzymujący stały poziom płynu. Przyrząd wyposażony w filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekami płynu z drenu. Pomaga zapobiegać zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI). Pomaga zmniejszać straty w płynach infuzyjnych poprzez ograniczenie do zera niekontrolowaną utratę płynu poprzez kapanie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zał. Nr 2.1 poz. 65 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie nr 101.

dot. Załącznika nr 2.23 do SIWZ – Formularz cenowy – część 23, poz.5

Czy Zamawiający dopuści w części nr 23, poz. 5 zwinięty dren przedłużający ~~152cm~~ **150 cm**?

Niniejszym informujemy, że proponowane złącze jest wykonane z elastycznego materiału w związku z powyższym różnica w długości jest nieznaczna. Zgoda na powyższe pozwoli innym Wykonawcom na złożenie ofert konkurencyjnych cenowo.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zał. Nr 2.23 poz. 5 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie nr 102.

Pakiet 2 poz. 8,9,10, 14,15, 17, 19,20

Zwracam się z prośbą o wyłączenie pozycji 8,9,10, 14,15, 17, 19,20 z pakietu 2 w celu złożenia konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanych wyżej pozycji do osobnego pakietu.

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 2.22 do SIWZ, stanowiącego formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Części 22 – Dostawa środków cieniujących do TK, polega na dopisaniu w Zał. Nr 2.22 – formularzu asortymentowo-cenowym poz. 3 w następującym brzmieniu:

„Na czas trwania umowy Wykonawca przekaze nieodpłatnie Zamawiającemu ogrzewacz środka kontrastowego (cieplarka)”

Zmienne załączniki: SIWZ, Zał. Nr 1 do SIWZ – formularz oferty, Zał. Nr 2.1 do 2.25 do SIWZ – formularze asortymentowo-cenowe oraz Zał. Nr 3 do SIWZ – wzór umowy zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania <https://e-ProPublico.pl/> oraz na stronie internetowej

Zamawiającego: <http://bcm.brzeg-powiat.pl/>.

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1) **przedłuża terminy:**

- **składania ofert** z dnia 11.01.2021 r, godz.: 10:00, **na dzień 18.01.2021 r. , godz.: 10:00;**
- **otwarcia ofert** z dnia 11.01.2021 r., godz.:11:00 **na dzień 18.01.2021 r., godz.:10:30.**

Zamawiający przypomina, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia SIWZ i dokonane zmiany treści SIWZ, jako stanowiące **integralną część SIWZ.**

.....
Kierownik Zamawiającego