

Numer postępowania: **ZP-271-53/24**

Kraków, dnia 29.08.2024 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ (2)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego”**

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 w zw. z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami oraz informuje o dokonanych zmianach:

Pytanie nr 1

Część 1: Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę z zużyciem energii 277 kWh/rok?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Modyfikacji ulega załącznik nr 5 do SWZ.

Pytanie nr 2

Część 1: Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę z maksymalnym załadunkiem 345 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Modyfikacji ulega załącznik nr 5 do SWZ.

Udzielone wyjaśnienia i zmiany SWZ są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały załączniki, w których w ramach udzielonych odpowiedzi konieczne było wprowadzenie zmian.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.