

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego w celu utworzenia Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii**

Numer referencyjny: ZP.3311.25-2.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

ZADANIE 1 – Jednostka zaopatrzenia medycznego - kolumna sufitowa – 1 szt.

Tabela – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. **Pytanie:** „Dot. lp.12 Czy Zamawiający dopuści możliwość mocowania pótek po jednej stronie kolumny na dowolnej wysokości?”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
2. **Pytanie:** „Dot. lp.12 W związku z wymaganym parametrem wysokości konsoli głównej wynoszącym 1000 mm, czy Zamawiający dopuści 4 półki?”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
3. **Pytanie:** „Dot. lp.12 Czy Zamawiający dopuści półki o wymiarach 400x360 mm?”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
4. **Pytanie:** „Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przygotowanie miejsca do montażu kolumny oraz doprowadzenie niezbędnych mediów leży po stronie Zamawiającego.”
Odpowiedź: Przygotowanie miejsca do montażu leży po stronie Wykonawcy.
5. **Pytanie:** „Czy istnieje bezpośredni dostęp do pomieszczenia znajdującego się dokładnie nad miejscem instalacji kolumny, w celu posadowienie płyty stropowej? Jeżeli jest, to czy istnieje możliwość montażu w tym pomieszczeniu płyty w posadzce?”
Odpowiedź: Tak, istnieje bezpośredni dostęp do pomieszczenia znajdującego się dokładnie nad miejscem instalacji kolumny. Tak, istnieje możliwość montażu w tym pomieszczeniu płyty w posadzce.
6. **Pytanie:** „Prosimy Zamawiającego o informację, czy w miejscu wyznaczonym do instalacji kolumny, poprowadzone są rurociągi, przewody elektryczne, kanały wentylacyjne lub sieć przeciwpożarowa.”
Odpowiedź: Nie.
7. **Pytanie:** „Prosimy Zamawiającego o informację, jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu kolumny? Jaka jest wysokość sal, gdzie ma być zamontowane powyższe urządzenie, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?”

Odpowiedź: Strop wykonany jest z płyt prefabrykowanych wykonanych z wypełnieniem z pustaków Akermana. Część stropu o szerokości 1500 mm została wzmocniona płytą żelbetową o wystarczającej nośności. Wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszanego 287 cm, odległość sufitu podwieszanego do stropu właściwego ok. 10 cm.

ZADANIE 4 – Ruchome zawieszenie sufitowe na 2 monitory – 1 szt.

ZADANIE 5 – Ruchome zawieszenie sufitowe na 3 monitory – 1szt.

Tabela – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

8. **Pytanie:** „*Prosimy Zamawiającego o informację, jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu ruchomych zawieszek sufitowych na monitory? Jaka jest wysokość sali, gdzie mają być zamontowane powyższe urządzenia, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?*”

Odpowiedź: Strop wykonany jest z płyt prefabrykowanych wykonanych z wypełnieniem z pustaków Akermana. Część stropu o szerokości 1500 mm została wzmocniona płytą żelbetową o wystarczającej nośności. Wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszanego 287 cm, odległość sufitu podwieszanego do stropu właściwego ok. 10 cm.

9. **Pytanie:** „*Prosimy Zamawiającego o informację, czy w miejscu wyznaczonym do instalacji ruchomych zawieszek sufitowych na monitory, doprowadzona jest instalacja elektryczna?*”

Odpowiedź: Instalacja elektryczna nie jest doprowadzona. Rozdzielnia elektryczna zlokalizowana jest w pomieszczeniu przylegającym do sali zabiegowej w której będą montowane zawieszki sufitowe z możliwością poprowadzenia przewodów do miejsc montażu nad sufitem podwieszanym.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

mgr Agnieszka Kruk
/podpis/