

Bytom dnia: 2021-07-21

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Dostawa Specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **22/22PN/2021**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 40 zestawu do inwazyjnego pomiaru ciśnienia IPC do kardiomonitora Infinity Delta ze zintegrowanym zamkniętym systemem do pobierania próbek krwi. Zestaw wyposażony w pojedynczą linię pomiarową z minimalną przestrzenią zalegania dł. 195cm (180cm + 15cm linie ciśnieniowe + kranik trójdrożny ze zintegrowanym bezigłowym portem do pobierania próbek krwi z antybakteryjną powłoką z jonami srebra), z wbudowaną w system strzykawką aspiracyjną zapewniającą powrót krwi do pacjenta, przetwornik z systemem płuczającym 3ml/h z dwoma możliwościami przepłukiwania. Linia płuczająca z suwakową klemą do czasowych przerw w infuzji zakończona biuretą z filtrem cząstkowym. Zestaw kompatybilny z kablami typu Hospira, ICU, Abbott poprzez wodoszczelny wtyk bezpinowy „RJ”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, długość linii 121cm.

W imieniu Zamawiającego

